

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1720711430863
Denumirea procedurii “Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista suplimentată 12)”

Denumirea lot/pozitie	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință/ Numarul de inregistrare la AMDM
1	2	3	4	5	6	7
LOT 12						
270110 Autoclav 21 -25 L, cu vacuum, clasa B	STR-23	Turcia	TEK-BAL Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.	Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni	Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B DA Pag. 76 User Manual Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox DA Pag. 2 Product Specification Exterior Vopsit electrostatic rezistent la coroziuni DA Pag. 2 Product Specification	CE/ DM000390467

			Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu Uşa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilităţi de setare timp eliberare automată a vaporilor Volum interior 21 - 25 L Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date da Tip date pastrate/printate data	Securitate la supraîncălzire obligatoriu DA Pag. 20 User Manual Securitate la suprapresiune obligatoriu DA Pag. 21 User Manual Alarmer acustică vizuală DA Pag. 85 User Manual Control Microprocesor DA Pag. 21 User Manual Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu DA Pag. 21 User Manual Uşa rămâne blocată până la finalizarea procesului de sterilizare obligatoriu DA Pag. 49 User Manual Setarea de către utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu DA Pag. 46 User Manual Imprimanta obligatoriu DA Pag. 26 User Manual Afişaj alfanumeric DA Pag. 42 User Manual Ciclu de strilizare DA Pag. 75 User Manual Ciclu de presiune pozitivă DA Pag. 75 User Manual Ciclu de vacuum obligatoriu DA Pag. 75 User Manual 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata DA Pag. 82 User Manual Sistem de uscare obligatoriu DA Pag. 48 User Manual Facilităţi de setare timp DA Pag. 75 User Manual	
--	--	--	---	---	--

				timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 3.5 l Alimentare 220V, 50 Hz"	eliberare automată a vaporilor DA Pag. 26 User Manual Volum interior 23L Rafturi da, 3 tavi DA Pag. 2 Product Specification Regimuri de sterilizare 8 DA Pag. 32 User Manual Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C DA Pag. 19 User Manual Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare DA Pag. 75 User Manual Înregistrator date obligatoriu DA Tip date pastrate/printate data DA Pag. 36 User Manual Timp DA Pag. 75 User Manual temperatura DA Pag. 77 User Manual presiune DA Pag. 77 User Manual Capacitatea rezervorului de apă 4 l DA Pag. 32 User Manual Alimentare 220V, 50 Hz DA Pag. 32 User Manual	
--	--	--	--	---	--	--

Numele, Prenumele: Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău