

Specificatii Tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1745308759218 / 21409143 din 13.05.2025									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea centralizată a REAGENȚILOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025 – REPETAT 2								Lot : 18, 19, 22, 72, 75	Pagina 1 din 1
Cod CPV	Nr lot	Denumirea Lot	Denumirea pozitiei	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta Nr de inregistrare la AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33600000-6	18	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67), ambalaj până la 100 teste	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) (reagent 1.67), ambalaj până la 100 teste	Urinalysis reagent Dipsticks-2 GLU+KET Nr.catalog U031-02	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de minimi 3 luni.	U-2 - GLU+Ket - test rapid. Teste pentru determinarea a 2 parametri în urină (glucoza+corpi cetonici) . Ambatate 100 teste/kit - termenul de stabilitate de 3 luni - Instructiunea . Instructiunea certificatul de conformitate, CatalogProductList (pagina 28) - se anexeaza.	CE, ISO . Inregistrat la AMDM cu nr. DM000377343
33600000-6	19	Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68), ambalaj până la 100 teste	Teste pentru determinarea proteinei în urina (reagent 1.68), ambalaj până la 100 teste	Urinalysis reagent Dipsticks-1 PRO Kit -100 teste Nr.catalog U031-01	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambalaj până la 100 teste Expres teste diagnostice p/u analiza pentru testele cu un termen de stabilitate de minim 3 luni	U-1- PRO - - test rapid. Teste pentru determinarea proteinei în urina Ambatate 100 teste/kit - termenul de stabilitate de 3 luni Instructiunea , certificatul de conformitate, CatalogProductList (pagina 28) - se anexeaza.	CE, ISO . Inregistrat la AMDM cu nr. DM000377342
33600000-6	22	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80)	Test rapid pentru screening la consumul de droguri (reagent 1.80)	Multi Drugs Rapid Test Pannel 10 parametri Nr.catalog DOA-1104	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Test Panel -test rapid pentru screening la consumul de droguri: MOR - MDMA - MAMP - COC - THC - AMP - BZO - BAR - PCP - MTD. Determinare în urină. (Echivalent DOA-10 Test-Panel)	Multi Drugs Rapid Test Pannel -10 parametri -Test rapid pentru screening la consumul de droguri : MOR - MDMA - MAMP - COC - THC - AMP - BZO - BAR - PCP - MTD. Determinare în urină - panel. Se anexeaza instructiune si certificatul de conformitate	CE, ISO , Certificatul de conformitate
33600000-6	72	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica + toxina A+B (reagent NEW)	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica + toxina A+B (reagent NEW)	Clostridium difficile GDH+Toxina A+ Toxina B Combo cassette nr.catalog ICD-635	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Test rapid pentru determinarea glutamat dehidrogenazei (GDH) in materii fecale prin metoda cromatografica + toxina A+B la clohidrium Deficile. Ambalarea de până la 20 teste în set	Test rapid - Determinarea toxinelor A si B, GDH si Clostridium difficile in masele fecale ,metoda imunocromatografica.Ambalaj 20 teste/set Se anexeaza: CE , Declaratie Conformity, Catalog pag.5 , Instructiune.	CE, ISO Inregistrat la AMDM cu nr. DM000377324
33600000-6	75	Strip-test la troponina I în ser (3.98)	Strip-test la troponina I în ser (3.98)	Troponin I test rapid -casetă, nr.Catalog CTI-402	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Test la troponina I în ser de tip strip-test sau tip casetă. Sensibilitatea minim 98,5 % (valoarea cut-off),specificitatea minim 98,4%	Cardiac Troponin I rapid -Teste express pentru determinarea Troponina I, în ser/plasmă - Test caseta Sensibilitate -98,4% , Specificitate - 98 % Se anexeaza instructiune si certificatul de conformitate	CE ,ISO Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377338

Numele,Prenumele : Varman Irina .În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Dokucaev,6

semnat electron