

		Specificații tehnice (F4.1)							
		[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă –							
		Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1627999616349					Data: 03.09.2021	
		Autoritatea contractanta	CAPCS						
		Denumirea licitației:	Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021					Lot: _____	Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
3310 000-1	1	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor	QV -500	China	ARI Medical Technology Co	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere. Dipozitiv pentru vizualizarea venelor în timp real, neinvaziv Acumulator intern (Li-ion) Materialul - plastic Sursa de lumină-două lămpi infraroșii Distanța optimă a imaginii 200 mm ±50 mm Rezoluție imagine ≥ 1024x768 Precizia alinierii ≤0.5 mm Energia radiațiilor infraroșii ≤108 μW/m2 Luminozitate reglabilă Adâncime de recunoaștere vasculară între 0-10 mm Opțiuni de montare podea	Dispozitiv pentru vizualizarea venelor Descriere. Dipozitiv pentru vizualizarea venelor în timp real, neinvaziv Acumulator intern (Li-ion) Materialul - plastic Sursa de lumină-două lămpi infraroșii Distanța optimă a imaginii 200 mm ±50 mm Rezoluție imagine ≥ 1024x768 Precizia alinierii ≤0.5 mm Energia radiațiilor infraroșii ≤108 μW/m2 Luminozitate reglabilă Adâncime de recunoaștere vasculară între 0-10 mm Opțiuni de montare podea	ISO, CE, Declarație de conformitate
3310 000-1	2	Pulsoximetru de buzunar pentru copii	Pulsoximetru de buzunar pentru copii	CMS50Q A/QB	China	Contec Medical Systems Co	Descrierea Pulsoximetrului de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) la copii Parametru Specificație Tip pacient pediatric da Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100% Pulsul ±3% între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afisaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD Alarmer Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" da "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii incluse - 1 set	Descrierea Pulsoximetrului de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) la copii Parametru Specificație Tip pacient pediatric da Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100% Pulsul ±3% între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afisaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD Alarmer Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" da "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii incluse - 1 set	

3310 000- 1	6	Fotoliu recoltarea singelui	Fotoliu recoltarea singelui	OM 1424	Turcia	OMMED Saglik Urunleri	Fotoliu pentru recoltarea singelui Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea singelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini Înnălțimea suportului pentru mâini reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg	Fotoliu pentru recoltarea singelui Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea singelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mâini Înnălțimea suportului pentru mâini reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg	ISO, CE, Declaratie de conformitate
3310 000- 1	17	Masa pentru infasat model 1	Masa pentru infasat model 1	OM 918	Turcia	OMMED Saglik Urunleri	Masă pentru înfășat copii (model 1) Parametri tehnici solicitați: Înălțime – min. 90 cm Lungime –min. 80 cm Lățime –min. 70 cm Saltea inclusă, grosime ≥ 5cm Raft pentru depozitare inclus	Masă pentru înfășat copii (model 1) Parametri tehnici solicitați: Înălțime – min. 90 cm Lungime –min. 80 cm Lățime –min. 70 cm Saltea inclusă, grosime ≥ 5cm Raft pentru depozitare inclus	
3310 000- 1	18	Masa pentru infasat model 2	Masa pentru infasat model 2	OM 918	Turcia	OMMED Saglik Urunleri	Masă pentru înfășat copii (model 2) Parametri tehnici solicitați: Înălțime – min. 90 cm Lungime – 70 cm Lățime –70 cm Saltea inclusă, grosime min. ≥ 5cm Raft pentru depozitare inclus	Masă pentru înfășat copii (model 2) Parametri tehnici solicitați: Înălțime – min. 90 cm Lungime – 70 cm Lățime –70 cm Saltea inclusă, grosime min. ≥ 5cm Raft pentru depozitare inclus	

Semnăt:	Numele, Prenumele: Stela POTINGA În calitate de: Administrator	
Ofertantul: SA TEHOPTIMED	Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova	