

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1761737133210 din 04.11.2025
Obiectul achiziției: Diverse produse de laborator (eprubete, kituri de extracție a acizilor nucleici, truse pentru diagnosticul prin tehnici de biologie moleculară – PCR și ELISA, medii de cultură, reagenți chimici).	

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 4. Set de calibrare Quantstudio5	A26343 + 4432364	SUA	ThermoFisher	Conform caietului de sarcini	1.1. Set de calibrare spectrală pentru sistem PCR în timp real compatibil pentru modelul Quantstudio 5. Cerințe tehnice: Kit de calibrare spectrală pentru sistem PCR în timp real Quantstudio 5 (format 96-well, 02 ml), format: plăci de calibrare 96-well, volum de reacție 0.2 ml. Conținut: trei plăci 96-well ce conțin zece coloranți fluorescenți utilizați pentru calibrarea spectrală a sistemelor PCR în timp real. Fiecare placă conține un set distinct de coloranți fluorescenți: FAM™, VIC™, ROX™, SYBR™, Green, ABY™, JUN™, MUSTANG PURPLE™, TAMRA™, NED™ și Cy®5. Compatibilitate: sisteme de detecție optică multiplx pentru PCR în timp real, format 96-well. Scop: calibrare spectrală completă, stabilirea spectrelor pure pentru fiecare colorant și a valorilor de multiomponent pentru analiza multiplex. Condiții de transport: în gheață uscată. 1.2. Plăci de calibrare pentru ”Region of Interest”(ROI) și verificare fundal optic, format 96-well (0,2 ml). Cerințe tehnice minime: Format: două plăci 96-well (0,2 ml). Compatibilitate: blocuri optice de reacție 96-well utilizate în sisteme PCR în timp real. Scop: Calibrarea și verificarea ”Region of Interest” și a fundalului optic al sistemului conform procedurilor standard de întreținere. Utilizarea: pentru testarea și întreținerea performanțelor sistemelor de detecție optică. Condiții de transport: În gheață uscată. Setul ofertat include: - QuantStudio™ 3/5 10-Dye Spectral Calibration Kit, 96-well, 0.2 mL, Catalog number A26343 - Region of Interest (ROI) and Background Plates, 96-well, Catalog number 4432364	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau