

Specificatie tehnica completat

Modelul: OP-G7+Chair (GOEPEL); Număr DM: DM000568780 ; Producător: OPTOMIC Espana S.A.; Țara: Spania.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant
Fotoliu electric cu 2 secțiuni cu înălțime reglabila, utilizata pentru ginecologie, ecografie, examene colposcopice si diagnostic. Conceput pentru a fi utilizat si in intervențiile chirurgicale. Fiecare ajustare a fotoliului este permisa de la pedala de picior. Pedala activeaza: reglare înălțimii, mișcarea Trendelenburg si mișcarea spatat in sus/jos. Structura este realizata din otel, Astfel de rășini garantează o protecție ridicata si oferă un nivel ridicat de rezistenta in timpul operațiilor de curatare,dezinfectare. Specificatii tehnice fotoliu electric ginecologic : Dimensiuni: 72 x 105 cm, ±5 cm. Înălțimea si inclinarea spătarului, ajustabile împreuna cu mișcarea Trendelenburg se realizează cu 3 elemente Reglarea înălțimii minim de la 500 pana la 800 mm Ajustare Trendelenburg minim 12 ° Reglarea spătarului, electric, minim de la 10 ° până la 75 ° Greutatea maxima admisa: minim 180 Kg Accesorii (standard incluse la livrare): -Tava detașabila si extractibila, realizata din otel inoxidabil -Suportți pentru coapse realizate din poliuretan moale, acoperiți cu material textil rezistent la apa . -Cotiere capitonate, reglabile in înălțime	DA Fotoliu electric cu 2 secțiuni cu înălțime reglabila, utilizata pentru ginecologie, ecografie, examene colposcopice si diagnostic. Conceput pentru a fi utilizat si in intervențiile chirurgicale. DA Fiecare ajustare a fotoliului este permisa de la pedala de picior. Pedala activeaza: reglare înălțimii, mișcarea DA Pag. 16 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR Trendelenburg si mișcarea spatat in sus/jos. DA pag. 17 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR Structura este realizata din otel DA vopsit prin metoda electrostatica astfel incit garanteza o rezistenta maxima la soulurile de dezinfectare Astfel de rășini garantează o protecție ridicata si oferă un nivel ridicat de rezistenta in timpul operațiilor de curatare,dezinfectare. DA Specificatii tehnice fotoliu electric ginecologic : Dimensiuni: 660 mm x 860 mm(modu fotoliu) si 1750 mm (mod de pat) dinmeseunea de 105 cm poate fi optiunita prin modificarea unghiului de inclinarea spatatului el find arajat independeta de procedura sau indicele corporal al pacientului. pag. 31 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR Înălțimea si inclinarea spătarului, ajustabile împreuna cu mișcarea DA capitolul 9.2 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR Trendelenburg se realizează cu 3 elemente DA 1 se ridica picioarele 2 se intreapta spatatu pe orizontal 3 se schimba unchiul de inclinatie a fotoliului conform proceduri de trendelenburg Reglarea înălțimii minim de la 480mm pana la 1020 mm pag. 18 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR DA Ajustare Trendelenburg -30 ° si anti-trendelenburg 8° pag. 11 din brosură OP-G7+ Reglarea spătarului, electric, minim de la 30 ° până la 70 ° DA pag. 18 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR DA Greutatea maxima admisa: 310 Kg pag. 11 din brosură OP-G7+ Accesorii (standard incluse la livrare): -Tava detașabila si extractibila, realizata din otel inoxidabil DA inclusa -Suportți pentru coapse realizate din poliuretan moale, acoperiți cu material textil rezistent la apa . DA tip GOEPEL -Cotiere capitonate, reglabile in înălțime DA

Anexa 3

-Clema echipotetiala -Baterie reîncărcabila -Suport pentru colposcop, adaptabile la stânga sau la dreapta, nu în interior. -Suport cu masa pentru ginecolog cu braț extensibil, pivotant din oțel inoxidabil, adaptabil la stânga sau la dreapta, -Husa de protecție PVC -Comutator de mână pentru controlul înălțimii reglare, reglare secțiune pelvis și reglarea secțiunii din spate, -Cotiera de braț, rotativă și înclinabilă mijloc de articulație sferică, reglabil pe înălțime, culisabil orizontal, clemă și curea de fixare, -Tapițerie pentru gât, -Suport din inox, pentru picioare, plăci pentru picioare și alte accesorii de fixat la balustrada laterala. -Suport pentru corp de iluminat de examinare adaptabil la stânga sau la dreapta, • Tehnologie LED, minim 50 000 lx la 0,5 m • Câmp iluminat 180 mm, ±10 mm • Redare precisă a culorilor • Culori deschise 3300 K- 4400 K • Puterea de iluminare reglabilă Scaun mobil pentru medii, reglabil înălțime NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient.	- Clema echipotetiala DA - Baterie reîncărcabila NU seprata tip UPS - Suport pentru colposcop, adaptabile la stânga sau la dreapta, nu în interior. DA pag. 9 din broșura OP-G7+ - Suport cu masa pentru ginecolog cu braț extensibil, pivotant din oțel inoxidabil, adaptabil la stânga sau la dreapta, NU - Husa de protecție PVC DA pentru capul coloposcopului si pentru fotoliu separat - Comutator de mână pentru controlul înălțimii reglare, reglare secțiune pelvis și reglarea secțiunii din spate, DA - Cotiera de braț, rotativă și înclinabilă mijloc de articulație sferică, reglabil pe înălțime, culisabil orizontal, clemă și curea de fixare, NU - Tapițerie pentru gât, DA (este inclusă in standart) -Suport din inox, pentru picioare, plăci pentru picioare și alte accesorii de fixat la balustrada laterala.DA -Suport pentru corp de iluminat de examinare adaptabil la stânga sau la dreapta, DA pag. 24 din Instructions for use OP-G7+ CHAIR • Tehnologie LED, de la 5000-68. Lx la distanta de 30 cm DA • Câmp iluminat 250 mm DA • Redare precisă a culorilor DA • Culori deschise 3300 K- 4400 K • Puterea de iluminare reglabilă DA Scaun mobil pentru medic, reglabil înălțime DA inclus NOTĂ: Se acceptă doar dispozitive medicale produse de companii din Japonia sau din statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Procedura de atribuire a contractului de achiziție este reglementat conform contractului de finanțare încheiat către Donator (Ambasada Japoniei) și agreeate de către Beneficiar (IMSP CS Râșcani). DA Manufactured by companies of Japan or the member states of the Organization for Economic Co-operation and Development. The procedure of awarding the procurement contracts will be regulated according to the above set out by the Donor and agreed to by the Recipient. DA
---	--