

<p><i>ВладМиВа</i></p> <p>СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</p>	<p>СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ</p> <p>ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: www.vladmiva.ru e-mail: postmaster@vladmiva.ru</p>
<p>ИЗДЕЛИЕ</p>	<p>БЕЛАЦИН</p>
<p>УПАКОВКА</p>	<p>Порошок (банка) - 50 г Жидкость (флакон) - 30 г</p>
<p>ОПИСАНИЕ</p>	<p>Стоматологический силикатный двухкомпонентный пломбировочный цемент</p>
<p>ПО ТРЕБОВАНИЯМ</p>	<p>В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, ГОСТ Р 51744-2001 и директивой ЕЭС 93/42 ЕС</p>
<p>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ</p>	
<p>Материал (вещество)</p>	<p>РЕГ. № CAS (Стомат. Ассоц) Кол. (%)</p>
<p><u>Жидкость:</u></p>	
<p>Кислота ортофосфорная</p>	<p>7664-38-2 ~35,0 %</p>
<p>Вода дистиллированная</p>	<p>— ~45,0 %</p>
<p>Модификатор</p>	<p>— ~20,0</p>
<p><u>Порошок:</u></p>	
<p>Алюмофторсиликатное стекло</p>	<p>7631-86-9 ~25,0 %</p>
<p>Кварц молотый</p>	<p>14808-60-7 ~25,0 %</p>
<p>Наполнитель</p>	<p>— ~15,0</p>
<p>Красители</p>	<p>— ~5,0 %</p>
<p>ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА</p> <p>В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 51744-2001</p>	
<p>СЕРТИФИКАЦИИ</p>	<p>ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р</p>
<p>Дата 20/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА</p>	<p>Подпись, печать</p> 