

1.

### ÎM „Autoritate Grup” SRL

MD-2064, r-nul Dubăsari, s. Coșnița, str. Păcii 68 A;

Tel. : (+373 22) 921470 fax: (+373 22)592016

B.C. Moldova-Agroindbank S.A.;

Cod:AGRNMD2x832;

c/f: 1012600005027

### Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

	Numărul procedurii de achiziție: <b>MD-1589549653624 din 28.06.2020, autoritatea contractanta - CRDV</b>
	Denumirea procedurii de achiziție: <b>Chituri diagnostice LDSA</b>

Nr. lot	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar de referință
1	2	3	4	5	6	7	8

1	<p>Detecția virusului pestei porcine clasice prin imunofluorescență la porci domestici și sălbatici</p>	<p><b>PESTITES T-R-FITC</b></p>	<p>Romania</p>	<p>Romvac</p>	<p>Set de 250 doze Conjugat marcat cu FITC pentru detecția virusului PPC în flacoane cu 0,5 ml utilizat la diluția de lucru 1/50. Sa se garanteze o conservabilitate la -20°C de minimum un an cu pastrarea dilutiei recomandate de lucru.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Suplimentar :Evans blau 0.5 mg/40 ml.Sa permita utilizarea pe frotiuri, criosectiuni.Marcat de producător pentru uz veterinar.</p>	<p>Set de 250 doze Conjugat marcat cu FITC pentru detecția virusului PPC în flacoane cu 0,5 ml utilizat la diluția de lucru 1/50. Sa se garanteze o conservabilitate la -20°C de minimum un an cu pastrarea dilutiei recomandate de lucru.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Suplimentar :Evans blau 0.5 mg/40 ml.Sa permita utilizarea pe frotiuri, criosectiuni.Marcat de producător pentru uz veterinar.</p>	<p><b>ISO</b></p>
---	---	-------------------------------------	----------------	---------------	---	---	-------------------

2	Set Elisa pentru detectia anticorpilor specifici ai proteinei VP7 a virusului Bluetongue la rumegătoare	IDVBTC-5P	FRANTA	ID-VET	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser și plasma</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluție</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare 18-24 ore (overnight).Soluția de spălare concentrată (1:25)</p> <p>Compatibil speciei de animal menționat. Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.</p>	<p>Set de 480 doze, utilizezeaza principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat de a fi utilizat pe probe individuale ser și plasma</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluție</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare 18-24 ore (overnight).Soluția de spălare concentrată (1:25)</p> <p>Compatibil rumegatoarelor. Produsul (setul) este standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară este prezentă .</p> <p>Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Propunerea tehnică trebuie cuprinde pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitat.</p> <p>Estimativ: Lot: F67</p>	ISO Stand. la etalon OIE
3	Set Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului Pestei Porcine Africane	ING1.1.PP A.K.3/5	SPANIA	INGENASA	Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA	Set - 480 doze, utilizezează principiul ELISA	ISO Stand. la

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat (cu diluția 1 :100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluție</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare de a fi posibil in 18-24 ore (overnight). Soluția de spălare concentrată (1:25)Compatibil speciei de animal menționat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garanție a produselor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat (cu diluția 1:100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale de ser</li> <li>- control pozitiv lichid</li> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluție</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare de a fi posibil în 18-24 ore (overnight). Soluția de spălare concentrată (1:25)Compatibil speciei de animal-porcine.Termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) este standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea produsului solicitat. Estimativ: Lotul: 051119</p>	etalon <b>OIE</b>
4	Set Elisa pentru detecția <b>antigenului</b> virusului Pestei Porcine Africane	ING1.1.PPA. K.2	SPANIA	INGENASA	<p>Set de 96 doze, să utilizeze principiul ELISA de blocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu anticorpi specifici monoclonali VP 73,</li> </ul>	<p>Set - 96 doze, utilizează principiul ELISA de blocare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu anticorpi specifici</li> </ul>	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>

					<p>cu stripuri separate de 96 de godeuri,  - conjugat lichid concentrat (cu diluția 1:100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale  - control pozitiv lichid  - control negativ lichid  - soluție de diluție  - soluție substrat  - soluția de spălare concentrată (25x)  - soluție stop  Soluția de spălare concentrată (1:25) Compatibil speciei de animal menționat. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.</p>	<p>monoclonali VP 73, cu stripuri separate de 96 de godeuri,  - conjugat lichid concentrat (cu diluția 1:100 în diluant furnizat) de a fi utilizat pe probe individuale  - control pozitiv lichid  - control negativ lichid  - soluție de diluție  - soluție substrat  - soluția de spălare concentrată (25x)  - soluție stop  Soluția de spălare concentrată (1:25) Compatibil speciei – porcine. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul este standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Propunerea cuprinde pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate.  Estimativ: Lot: 011019</p>	
5	Set Elisa pentru detecția anticorpilor specifici virusului Influenței Aviare	IDVFLUA CA-5P	FRANTA	ID-VET	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA  - microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,  - conjugat concentrat (10x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser  - control pozitiv lichid</p>	<p>Set – 480, utilizează principiul ELISA  - microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,  - conjugat concentrat (10x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser  - control pozitiv lichid</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluare</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Soluția de spălare concentrată (20x). Compatibil speciei de animal menționat. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate. De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- control negativ lichid</li> <li>- soluție de diluare</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Soluția de spălare concentrată (20x). Compatibil speciilor de animale - pasări. Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării. Produsul (setul) este standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă. Estimativ: Lot: F31</p>	
6	Set Elisa pentru detecția anticorpilor împotriva proteinelor nestructurale virusului Febrei Aftoase în ser sangvin la rumeătoare și suine	IDVFMDN SPC-5P	FRANTA	ID-Vet	<p>Set de 480 doze să utilizeze principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat (30x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser</li> <li>- control pozitiv lichid (ready-to-use)</li> <li>- control negativ lichid (ready-to-use)</li> <li>- soluție de diluare</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul> <p>Modul de testare: incubare 16-18 ore (overnight). Soluția de spălare concentrată (200x) Compatibil speciei</p>	<p>Set – 480, utilizează principiul ELISA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- microplăci (poliester) căptușite cu antigen cu stripuri separate de 96 de godeuri,</li> <li>- conjugat concentrat (10x) cu diluant, de a fi utilizat pe probe individuale de ser</li> <li>- control pozitiv lichid (ready-to-use)</li> <li>- control negativ lichid (ready-to-use)</li> <li>- soluție de diluare</li> <li>- soluție substrat</li> <li>- soluția de spălare concentrată</li> <li>- soluție stop</li> </ul>	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>

					de animal menționat.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Propunerea tehnică trebuie sa cuprinda pliante, cataloage, fișe tehnice editate de producător, cu descrierea completă a produselor solicitate, De asemenea, se va respecta denumirea produselor din caietul de sarcini, in limba romana, precizandu-se producatorul, lotul si perioada de garantie a produselor.	Modul de testare: incubare 16-18 ore (overnight). Soluția de spălare concentrată (20x) Compatibil speciilor de animal menționate.Cu termen de valabilitate de minim 1 an din data livrării.Produsul (setul) este standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă. Estimativ: Lot: G34	
7	Antigen colorat cu Rose-Bengal pentru diagnosticul brucelozei la bovine, porcine, ovine și caprine (B.abortus, B.melitensis, B.suis) prin reacția de seroaglutinare rapidă (RSAR)	IDVRSARB	FRANTA	ID-Vet	Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal, trebuie să fie standartizat la OIEISS conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/45 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/55. 1 flacon – 90-100 ml, 3000-3300 doze, <b>în total 390000-429000doze</b> , lichid. Aprovizionat cu consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an.Produsul (setul) sa fie standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Marcat de producător pentru uz veterinar.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	Suspensie de Brucella abortus inactivată și colorată cu Rose-Bengal este standartizat la OIEISS conform cerințelor Directivei Europene CEE 64/432 pentru a da o reacție pozitivă la diluția de 1/45 a serului internațional anti-brucella abortus (OIEISS) și o reacție negativă cu același ser pentru diluția de 1/55.Flacon – pina100 ml,cantiate doze per unitate 3300 – 4000doze, <b>total lot 429 000doze</b> , lichid.  Consumabile de unica folosinta pentru efectuarea reactiei (plastine si bastoane) in cantitatea suficienta.  Valabil la livrare minim 1 an.Produsul (setul) este standartizat la kitul etalon OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Marcat de	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>

						producător pentru uz veterinar. Instrucțiunea de lucru în limba de stat la livrare. Estimativ: Lot: 028	
7.1	Ser-control pozitiv brucelic	IDVMRI-BRU	FRANTA	ID-Vet	1 flacon x 1-2 ml, lichid sau liofilizat. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	1 flacon x 1 ml, liofilizat. Valabil la livrare minim 1 an. Produsul este fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucțiunea de lucru în limba de stat la livrare.	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>
7.2	Ser-control negativ brucelic	IDVMRIN EG-BRU	FRANTA	ID-Vet	1 flacon x 1-2 ml; lichid sau liofilizat. Produsul sa fie fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	1 flacon x 1 ml, liofilizat. Produsul este fabricat conform referințelor OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiunea de lucru în limba de stat la livrare.	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>
8	Brucella abortus antigen pentru Reacția de Fixare a Complementului (RFC)	IDVAG-BRU	FRANTA	ID-Vet	Suspensie de Brucella abortus biovar 1 Weybridge strain 99, inactivat. Calibrat față de ser de referință internațional (OIESS) <b>cu rezultatul 50% hemolisis in diluție 1/200.</b> 1fl x 50-100ml Certificat, valabilitate la livrare minim 1 an. Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucțiunea de lucru în limba de stat. Marcat de producător pentru uz veterinar.	Suspensie de Brucella abortus biovar 1 Weybridge strain 99, inactivat. Calibrat față de ser de referință internațional (OIESS) cu rezultatul 50% hemolisis in diluție 1/200. 1fl x 100ml Valabil la livrare minim 1 an. Produsul este standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă. Instrucțiunea de lucru în limba de stat la livrare. Marcat de producător pentru uz veterinar.	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>



8.1	Buffer veronal pentru reacția de fixare a complementului (RFC)	VB-4L	FRANTA	ID-Vet	concentrație (5X), 1 buc= 1 flacon x 100ml, certificat Valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	Concentrație 4X, 1 flacon x 1000 ml. Valabilitate la livrare minim 1 an. Instrucțiune de lucru în limba de stat la livrare.	<b>ISO</b> Stand. la etalon <b>OIE</b>
9	Set pentru diagnosticul leucozei enzootice bovine (LEB) prin reacția de imunodifuziei în gel de agar-AGID				Componente: antigen LEB – 1 flacon (150-250 doze) standartizat fața de ser de referința OIE - E05, liofilizat ser pozitiv LEB – liofilizat; diluant agar-amestic - gata preparat cu tampon TRIS, pH 7,2 matrița pentru godeuri conform «Prospectului de la producător» Certificat de calitate.Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Valabilitate la livrare minim 1 an.Instrucțiunea de lucru în limba de stat.	Componente: antigen LEB – 1 flacon (120-150 doze), liofilizat ser pozitiv LEB – liofilizat; diluuant agar-amestic - gata preparat cu tampon TRIS, pH 7,2 matrița pentru godeuri conform prospectului de la producător. Produsul sa fie standartizat la etalonul de referință OIE – confirmarea documentară se prezintă în ofertă.Valabilitate la livrare minim 1an.	<b>ISO</b>

Numele, Prenumele: **Cucu Vasile** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **ÎM Autoritate Grup** Adresa juridică : r-nul Dubăsari s.Coșnița Str. Păcii 68 A

Adresa de reședință : mun.Chișinău str. Primăverii 11