MORETTI S.p.A.
Via Bruxelles, 3 – Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)
Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

info@morettispa.com
www.morettispa.com
P. IVA 00306090515
Meccanografico AR 005370

Reg. Imp. Arezzo 3932
R.E.A. 68869
Cap. Soc. € 500.000
C/C Postale 13682521

SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo STD
	Rev. 04 – 31.10.2018

LTD82x	Pulsiossimetro palmare DIMED con allarmi e display grafico.

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione non invasiva della saturazione di ossigeno nel sangue e del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Pulsiossimetro di grande affidabilità e precisione, leggero, compatto e idoneo per il monitoraggio di adulti, bambini e neonati. Display LCD ad alta risoluzione. Operazioni con pulsanti brevi e concise, disegnato con impugnatura anatomica antiscivolo, può fornire informazioni continue ed affidabili sulla saturazione di ossigeno. Particolarmente adatto ad ogni Clinica Specializzata, Ospedale e per il trasferimento dei pazienti o per l'assistenza domiciliare. Possibilità di visualizzare il TREND (andamento) in modo GRAFICO ed in modalità TABELLA degli ultimi 10 minuti su un'unica schermata. 300 ore di memoria per 100 pazienti diversi. Possibilità di collegamento al computer con software dedicato opzionale

Immagine prodotto

RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante ai sensi 93/42	*EDAN INSTRUMENTS INC*
Paese di produzione	*CINA*
Codice produttore	*H100B*
Classe di dispositivo 93/42	*Classe IIa*
Codice di classificazione GMDN	*45607*
Codice di classificazione CND	*Z1203020408*
MATERIALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Interno sensore	*Silicone*
DATI TECNICI	
Formato del display	*LCD 128x 64 dot*
Display saturazione SPO2	*0 – 100%*
Display pulsazioni cardiache	*30-254 Bpm*
Alimentazione	*4 pile AA da 1,5V o Alimentatore esterno da 6V*
Durata	*48 h*
Precisione di misurazione SPO2	*+/- 2%*
Precisione di misurazione BPM	*+/- 2 Bpm*
Precisione di misurazione temperatura	*+/- 0,1 ° (solo LTD823)*
Memoria	*100 Pazienti – 300 Ore*
Dimensioni	*160 x 70 x37 mm*
Peso	*165g (senza batterie)*
VARIANTI	
LTD822 – Sensore compatibile BCI	**LTD823 – Sensore e modulo interno NELLCOR**

Digitally signed by Dicusar Vladimir
Date: 2024.07.18 10:07:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova