

To: **Centrul Pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate**Ref: **In relation to the tender- Achiziționarea dispozitivelor medicale Angiograf monoplanar, Cardiac conform necesității instituției medico-sanitare publice Institutul de Cardiologie**

MANUFACTURER DECLARATION

We, GE Medical Systems Société en Commandite Simple, a company duly existing under the laws of France, having a registered seat at 283 Rue de la Minière, 78530 Buc, France, part of GE HealthCare, in its capacity as manufacturer of Angiographic X-ray Systems Model Allia IGS 3,

do hereby declare that the offered tender equipment - Allia IGS 3 monoplane (with 20 cm detector), Monoplane Angiograph for cardiac/Radiological System for Electrophysiology and Pacemaker Implant Room, manufactured by GE HealthCare, complies with the Tender requirements “Technical Specifications” as follows:

Nr. Crt.	Technical requests in Romanian	Technical requests translated into English
1	Sistemul radiologic digital monoplan este destinat procedurilor de electrofiziologie cardiacă (EP), implant de pacemaker/ICD/CRT și proceduri intervenționale cardiace asociate, capabil să furnizeze imagini de înaltă calitate la doză minimă de radiații	The monoplane digital radiology system is intended for cardiac electrophysiology (EP), pacemaker/ICD/CRT implantation and associated cardiac interventional procedures, capable of providing high-quality images at minimal radiation dose.
2	Angiograf digital capabil să susțină proceduri EP complexe și implanturi de dispozitive	Digital angiograph capable of supporting complex EP procedures and device implants.
3	Echipamentul oferit este nou, neutilizat anterior, din generație curentă de producție, cu anul fabricării minim 2026.	The equipment offered is new, previously unused, from the current production generation, manufactured in minimum 2026.
4	Tehnologie FPD (Flat Panel Detector)	FPD (Flat Panel Detector) technology
5	Tub radiologic cu o capacitate termică mare (3.7 MHU), capabil să gestioneze timpii lungi de fluoroscopie specifici procedurilor EP.	X-ray tube with a high thermal capacity (3.7 MHU), capable of handling the long fluoroscopy times specific to EP procedures.
6	Sistemul permite integrarea semnalelor de la sistemul de poligrafie și harta de navigare 3D.	The system allows the integration of signals from the polygraphy system and the 3D navigation map.
7	Disponibilitatea pieselor de schimb este de 10 ani de la data punerii în funcțiune a unități livrate.	The availability of spare parts is 10 years from the date of commissioning of the delivered unit.
8	GE HealthCare se angajează să notifice în scris cu cel puțin 12 luni înainte orice încetare a producției echipamentului sau a disponibilității pieselor de schimb.	GE HealthCare undertakes to provide a written notice at least 12 months in advance of any cessation of equipment production or spare parts availability.
9	O listă reprezentativă a pieselor critice (cu coduri de referință) este inclusă în Anexa la prezenta declarație.	A representative list of critical spare parts (including reference codes) is included in the Annex to this declaration.
10	GE HealthCare confirmă că piesele de schimb sunt furnizate în baza cataloagelor și politicilor globale standard de preț, aplicabile la momentul comenzii. Având în vedere natura dinamică a producției și a lanțului de aprovizionare, GE HealthCare nu stabilește prețuri fixe pe termen lung.	GE HealthCare confirms that spare parts are supplied based on global standard price catalogs and policies, applicable at the time of order. Given the dynamic nature of production and the supply chain, GE HealthCare does not establish long-term fixed prices.

On behalf and for GE Medical Systems SCS


GE MEDICAL SYSTEMS
Société en Commandite Simple
283, rue de la Minière
78530 BUC - FRANCE
RCS Versailles B 315 013 359
Tél. +33.(0)1.30.70.40.40

GE Medical Systems SCS
Jennifer Thery - EMEA Contract Specialist
Authorized Signatory
Date of signature: March 16, 2026

ANNEX 1 – LIST OF CRITICAL SPARE PARTS

Ref: 5760335 – 180 V XP-Power Assy
Ref: 5877607 – 48 V XP-Power Assy
Ref: 8780022-100 – A-PC Chassis
Ref: 5628552-2 – Programmed Rotation V3 Board
Ref: 5392131 – Programmed Heater V7 Board
Ref: 5413924-5 – 1 kVA UPS with SNMP Board
Ref: 5661563 – 1 kVA UPS Battery
Ref: 5816515 – UPS SNMP Board
Ref: 5873260 – Control Panel Omega
Ref: 5870943 – 20 cm Dynamic Detector
Ref: 5460827-2 – Angio Collimator
Ref: D2804A – Performix 160A Tube + Holder
Ref: 5416114 – Coolix 4100 Chiller
Ref: 5131740 – SMC Appolo Conditioner