

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1770711530090 din 16 febr 2026, 10:00 - 19 febr 2026, 14:00

Obiectul achiziției: Detergenți/dezinfectanți și consumabile pentru dezinfecție și sterilizare a.2026, COP

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
		Lot.2 Detergent și dezinfectant pentru mașinile Medivators ISA						
33 10 00 00- 1	2	2.1 Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent)	Proteazone Plus	Italia	Steris/ Cantel	Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISACLEAN™ Detergent) NB: Mașina Medivators ISA (2024) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. Ambalaj canistră cu volum minim 5 litri. • Activ și testat împotriva biofilmului microbial • 4 enzime active împotriva proteinelor, lipidelor/grăsimilor, carbohidraților, componentelor celulare • Formulă unică datorită prezenței activatorului ISAZONE™ (agent microbiologic nou patentat) • Compatibil cu toate mărcile de endoscoape datorită pH-ului neutru • Dezvoltat special pentru curățarea manuală sau utilizarea în MEDIVATORS™ Reproces™ Endoscopes	Detergent enzimatic pentru masina pentru dezinfecție și sterilizare Medivators ISA Ambalaj canistră cu volum 5 litri. Activ și testat împotriva biofilmului microbial 4 enzime împotriva proteinelor, lipidelor/grăsimilor, carbohidraților, componentelor celulare. Compatibil cu toate mărcile de endoscoape datorită pH-ului neutru	DM00019 7599

331 000 00- 1	2	2.2 Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfectie și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant)	ISASPOR	Italia	Steris/ Cantel	Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfectie și sterilizare Medivators ISA (2024) (tip ISASPOR™ Dezinfectant) NB: Mașina Medivators ISA (2024) se află în termenul de garanție - utilizarea altor produse duc la pierderea garanției. Acțiunea sinergică a Activatorului ISAZONE™ și Acid Peracetic (PAA) • Revendicare de sterilizare conform UNI EN ISO 14937 la temperatura camerei • PAA de pornire scăzut și pH 6 garantat compatibilitate ridicată cu dispozitivele medicale • Timp de dezinfectie a ontactului: 3 minute • Chimie de unică folosință; fără aldehyde • Testat clinic, microbiologic și toxicologic • Proiectat special pentru utilizare în reprocesorul endoscopului MEDIVATORS™ ISA™	Dezinfectant (set din 10 litri activator (sol.A) + 10 litri sol acid peracetic (Sol B) pentru masina pentru dezinfectie și sterilizare Medivators ISA sterilizare conform UNI EN ISO 14937 la temperatura camerei , PAA de temperatura scăzut și pH 6, compatibilotate ridicată cu dispozitivele medicale. Timp de de contact: 3 minute • Chimie de unică folosință; fără aldehyde • Testat clinic, microbiologic și toxicologic.	DM00019 7380
		Lot.5 Detergent enzimatic pentru mașina Ligașur						
331 000 00- 1	5	5.1 Detergent enzimatic pentru mașina „Ligașur” a blocului operator (tip PROTEAZONE™ Detergent).	Proteazone	Italia	Steris/ Cantel	***Litri soluție de lucru*** Curățarea și decontaminarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale. Testat și compatibil cu materialele a dispozitivelor medicale. Complet compatibil cu PAA (fără reacție pe bază de acid) Compoziție: Agenți tensioactivi și minim 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, vegetala) , surfactanți, pH- neutru. (ambalaj ≤ 1L). Activ pe bacterii, viruși și ciuperci Clasa IIb. Activ pentru eliminarea biofilmului microbial din dispozitivele medicale invazive și neinvazive. Dozare: 0,25%, Expoziția: ≤ 5 min. Sigur pentru personal. Funcționează la temperatura camerei și cu spumă scăzută de lungă durată. Produs concentrat lichid. Termen de valabilitate min 2 ani. Să fie prezentată confirmarea de la producător cu referire la compatibilitatea cu dispozitivul Ligasur.	***Litri soluție de lucru*** Curățarea și decontaminarea endoscoapelor și instrumentelor chirurgicale. Testat și compatibil cu materialele a dispozitivelor medicale. Complet compatibil cu PAA (fără reacție pe bază de acid) Compoziție: Agenți tensioactivi și 4 enzime (grupa zaharide, proteica, lipidica, componente celulare) , surfactanți, pH- neutru. (ambalaj 1L). Activ pe bacterii, viruși și ciuperci Clasa IIb. Activ pentru eliminarea biofilmului microbial din dispozitivele medicale invazive și neinvazive. Dozare: 0,25%, Expoziția: ≤ 5 min. Sigur pentru personal. Funcționează la temperatura camerei și cu spumă scăzută de lungă durată. Produs concentrat lichid.	DM00023 8756

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL**

Adresa: **mun. Chişinău, str. N. Testemiţanu 17/6**