

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1649244943423 din06.04.2022						
Obiectul achiziției: Stent carotidian (conform specificației atașate)						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Stent pentru artere carotide double layer	CGuard Carotid Embolic Prevention System CRX0620, CRX0720 CRX0820, CRX0920 CRX1020, CRX0630, CRX0730, CRX0830, CRX0930, CRX1030, CRX0640, CRX0740 CRX0840, CRX0940 CRX1040, CRX0660, CRX0860, CRX1060	Israil	InspireMD	Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care divizează cellule mari în 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 mm ² . Sistemul de livrare: RX. Lungimea utilă: 143 cm. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 5 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 7 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). Diametre: 5,00 – 10,00 mm lungimi 16;18;20;25;30;40 mm. Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată.	Stent din nitinol, construit din două straturi de meșă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, , aria unei microcelule constituie 150 μm - 180 μm. Sistemul de livrare: RX. Lungimea utilă: 135 cm. Compatibilitate: arc ghid 0.014". Compatibilitate sisteme de protecție anti-emboli: toate existente. Compatibilitate teacă: 6 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). Compatibilitate cateter ghid: 8 Fr (pentru toatemărimile ale stentului). Diametre: 6,00 – 10,00 mm lungimi 20; 30;40;60 mm. Structura din meșe impletite, care permite autoajustare în artere cu anatomie complicată.	1.Certificat CE 2.Certificat ISO 13485
TOTAL	1					

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator
Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: c. Stauceni