

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21179879 din 04.04.2024**Obiectul de achiziție: AcAchiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024 (repetat)**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 54						
Manifold cu 3 robineti	42.05.40000 42.05.40001 42.05.40002 42.05.40003	China	SCW MEDICATH LTD	Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. cu 1 pana la 5 port cel puțin 138 de configuratii disponibile din policarbonat cu posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati.	Manifolds - trei părți Lumen intern mare (diametrul al doilea) Aceasta este rotația Fără latex „ON”, „OF” Adaptor v/rotativ pentru dreapta, 3 port 250, 500 PSI REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236678, DM000236675, DM000236680, DM000236681	CE
Total lot 54						
Lotul 81						
Set inflator cu manometru de presiune înaltă	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: siringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cmși stopcock) Prevazut cu Y valva cu doua conectoare, manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236621	CE
Total lot 81						
Lotul 90						
Set siringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	42.16.10003 42.16.10000	China	SCW MEDICATH LTD	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile.	SERINGA ANGIOGRAFICĂ 1. Corpul de curățare Oferă o clarificare excelentă și netedă, cum ar fi sticlă, ar putea vedea balon de aer și mediu de contrast 2. Ar putea fi utilizat pentru scanarea tomografică computerizată, angiografie, rezonanță magnetică nucleară și imagistică 3. Mare Varietate de seringi, ar putea potrivi atât de multe injectoare. Folosit pentru Medrad - STELLANT, MCT+ OP-100; VCT610; ECT710 Volum (ml) - 200. Models Single, Dual REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000232453, DM000232450	CE
Total lot 90						

Lotul 95						
Sistema de perfuzie cu presiune inalta	42.04.40006	China	SCW MEDICATH LTD	Contine: seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripioare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil.	1. citire corectă, inflație fiabilă și deflație. 2. Manerul de design umanizat modernizat facilitează funcționarea medicului. 3. Proiectarea blocării permite o operație cu o singură mână în deflație. Volumul (ml) 30 Dispozitiv de umflare a balonului, Stopcock ("RIGHT ON") + set de valve de hemostază (Push Pull cu linie de extensie 25cmși stopcock) Prevazut cu Y valva cu doua conectoare, manometru până la 30atm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000236621	CE
Total lot 95						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**