

Dispozitiv fizioterapeutic pentru electroterapie, 4 canale cu troliu Cod 400142	MODULO PLUS, FISIOLINE SRL, Italia (MODULOPLUS01)
Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită
<p>Descriere Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă</p> <p>Parametru Specificație Ecran color Canale independente ≥ 4 buc "Tipuri de curenți " TENS obligatoriu "Minim alte 10 tipuri de forme de unde – (de ex. Galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenți, Trabert)" Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Semnal stimulare CC și CV obligatoriu Timpul de tratament, diapazon $\geq 1-60$ min Alarma finalizare tratament obligatoriu Protocole de lucru presetate obligatoriu Protocole de lucru personalizate obligatoriu Alimentare 230V 50Hz $\pm 10\%$ Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (aduți): ≥ 1 set (1 set = 4 buc) să se indice codul produsului "Set de electrozi aduți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, ≥ 1 set (1 set = 4 buc), să se indice codul produsului" Set de accesorii standard - obligatoriu Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., să se indice codul produsului Troliu pentru dispozitiv ≥ 1 buc, să se indice codul produsului</p>	<p>Da, Dispozitiv pentru fizioterapie destinat pentru tratamentul cu curenți electrici de frecvență joasă, medie și înaltă.</p> <p>Parametru Specificație Da, Ecran color, 7 inch, touch-screen/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ INTERFACE Da, Canale independente 4 buc. Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ STIMULATION CHANNELS/ 4 completely independent and electrically insulated channels Da, Tipuri de curenți Da, TENS obligatoriu, Da, Minim alte 10 tipuri de forme de unde: galvanic, diadinamic, interferential, Kotz, bifazic, faradic, dreptunghiular, triunghiular, sinusodal, microcurenți, Traebert Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS Da, Calcul automat al reobazei, cronaxiei obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ OPERATING MODES AND AVAILABLE CURRENTS/ Diagnostics: Da, Semnal stimulare CC și CV/ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ OUTPUT STAGE Da, Timpul de tratament diapason 1-60 min Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ TIMING Da, Alarma finalizare tratament obligatoriu Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ ACOUSTIC SIGNAL Da, Protocole de lucru presetate 200 protocole Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ PRESET PROTOCOLS Da, Protocole de lucru personalizate 150 programe Modulo_WEB_112021_Env/ pag.2/ CREATION OF PERSONALIZED PROGRAMS Da, Tensiune 220V, 50 HZ Modulo_WEB_112021_Env/ pag.3/ MAINS POWER SUPPLY Accesorii Set de electrozi pentru electroterapie (aduți): 1 set (1 set = 4 buc) cod. MO584 Set de electrozi aduți, pentru electroforeză, cu bureți absorbanti, (1 set = 4 buc) cod. MO584 Da, Set de accesorii standard - obligatoriu Da, Siguranță de rezervă ≥ 1 buc., fuse Da Troliu pentru dispozitiv Troleu dispozitiv 1 buc., model DINAMICO, cod.FI347</p>