

SPECIFICAȚII TEHNICE
pentru IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Numărul procedurii de	ocds-b3wdp1-MD-1637914384733 / 21047631	din 03 ianuarie 2022
Obiectul de achiziției Reactive și consumabile de laborator 1 (2022)		

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
		Lot 2. Analizator biochimic automat MINDRAY BS 200, BS-240 Pro						
2.1	33600000-6	2.1. AST (GOT)	ASAT	Polonia	Cormay	2.1. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 2x43,75 ml	CE, ISO
2.2	33600000-6	2.2. ALT (GPT)	ALAT	Polonia	Cormay	2.2. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 2x43,75 ml	CE, ISO
2.3	33600000-6	2.3. Albumin	ALBUMIN	Polonia	Cormay	2.3. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 1x34 ml	CE, ISO
2.4	33600000-6	2.4. Fosfataza Alcaină	ALP	Polonia	Cormay	2.4. Fosfataza Alcaină - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 1x38,5 ml	CE, ISO
2.5	33600000-6	2.5. alfa-Amylase	AMYLASE	Polonia	Cormay	2.5. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 2x30 ml	CE, ISO
2.6	33600000-6	2.6. Calciu	CALCIUM	Polonia	Cormay	2.6. Calciu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 2x36 ml	CE, ISO
2.7	33600000-6	2.7. Cholesterol total	CHOLESTEROL	Polonia	Cormay	2.7. Cholesterol total - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 4x35 ml	CE, ISO
2.8	33600000-6	2.8. Creatinine	CREATININE	Polonia	Cormay	2.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standart p/u aparat 4x18,75 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.9	33600000-6	2.9. Gamma-GT	GGT	Polonia	Cormay	2.9. Gamma-GT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x38 ml	CE, ISO
2.10	33600000-6	2.10. Glucose GOD	GLUCOSE	Polonia	Cormay	2.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x35 ml	CE, ISO
2.11	33600000-6	2.11. Iron	IRON	Polonia	Cormay	2.11. Iron -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x56,5 ml	CE, ISO
2.12	33600000-6	2.12. LDH	LDH	Polonia	Cormay	2.12. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x38 ml	CE, ISO
2.13	33600000-6	2.13. Magneziu	MG	Polonia	Cormay	2.13. Magneziu - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x31 ml	CE, ISO
2.14	33600000-6	2.14. Total Protein	TOTAL PROTEIN	Polonia	Cormay	2.14. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 3x28,5 ml	CE, ISO
2.15	33600000-6	2.15. Trigliceride	TG	Polonia	Cormay	2.15. Trigliceride - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 6x31 ml	CE, ISO
2.16	33600000-6	2.16. Urea	UREA	Polonia	Cormay	2.16. Urea -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x37,5 ml	CE, ISO
2.17	33600000-6	2.17. Uric Acid	UA	Polonia	Cormay	2.17. Uric Acid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x37,5 ml	CE, ISO
2.18	33600000-6	2.18. LDL Colesterol	LDL CHOLESTEROL	Polonia	Cormay	2.18. LDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x42 ml	CE, ISO
2.19	33600000-6	2.19. HDL Colesterol	HDL CHOLESTEROL	Polonia	Cormay	2.19. HDL Colesterol - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x34 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.20	33600000-6	2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol	HDL/LDL CALIBRATOR	Polonia	Cormay	2.20. Calibrator HDL, LDL colesterol -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1 ml	CE, ISO
2.21	33600000-6	2.21. CK	CK	Polonia	Cormay	2.21. CK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x37 ml	CE, ISO
2.22	33600000-6	2.22. Phosphorus	PHOSPHORUS	Polonia	Cormay	2.22. Phosphorus - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x32 ml	CE, ISO
2.23	33600000-6	2.23 .CRP reagent	CRP	Polonia	Cormay	2.23 .CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1x50 ml	CE, ISO
2.24	33600000-6	2.24. CRP calibrator	CRP CALIBRATOR	Polonia	Cormay	2.24. CRP calibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 5x2 ml	CE, ISO
2.25	33600000-6	2.25. Turbidos control	IMMUNO-CONTROL I	Polonia	Cormay	2.25. Turbidos control - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x3 ml	CE, ISO
2.26	33600000-6	2.26. Bilirubina directa	BILIRUBIN TOTAL	Polonia	Cormay	2.26. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x32,75 ml	CE, ISO
2.27	33600000-6	2.27. Bilirubina totala	BILIRUBIN DIRECT	Polonia	Cormay	2.27. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2x55 ml	CE, ISO
2.28	33600000-6	2.28. Alkaline detergent	Alkaline Washing Solution	Polonia	Cormay	2.28. Alkaline detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 3x35 ml	CE, ISO
2.29	33600000-6	2.29. Acidic detergent	Acid Washing Solution	Polonia	Cormay	2.29. Acidic detergent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 3x35 ml	CE, ISO
2.30	33600000-6	2.30. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical	Reaction Cuvettes	Polonia	Cormay	2.30. Bloc de reacție de 10 cuve pentru disc de reacție din plastic optical - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: bloc din 10 cuve compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 250 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
2.31	33600000-6	2.31. Cuve standarde pentru probe	Sample Cups	China	SKG Medical	2.31. Cuve standarde pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 500 buc	CE, ISO
2.32	33600000-6	2.32. Cuve de reacție 10 buc	Reaction Cuvettes	China	Mindray	2.32. Cuve de reacție 10 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 10 buc	CE, ISO
2.33	33600000-6	2.33. Filtru de apă	Water Filter	China	Mindray	2.33. Filtru de apă - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: filtru compatibil cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 2 buc	CE, ISO
2.34	33600000-6	2.34. Lampa fotometrică	Photometer Lamp	China	Mindray	2.34. Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibile cu aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Produs este original de la producatorul analizatorului BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1 buc	CE, ISO
2.35	33600000-6	2.35. Multicalibrator nivel I	Multicalibrator Level 1	Polonia	Cormay	2.35. Multicalibrator nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.36	33600000-6	2.36. Multicalibrator nivel II	Multicalibrator Level 2	Polonia	Cormay	2.36. Multicalibrator nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.37	33600000-6	2.37. Material de control nivel I	CORMAY SERUM HN	Polonia	Cormay	2.37. Material de control nivel I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.38	33600000-6	2.38. Material de control nivel II	CORMAY SERUM HP	Polonia	Cormay	2.38. Material de control nivel II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO
2.39	33600000-6	2.39. Detergent concentrat B	Detergent Solution B	Polonia	Cormay	2.39. Detergent concentrat B - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator BS-200, BS-240 Pro Ambalaj standard p/u aparat 1 L	CE, ISO
		Lot 3. Analizator biochimic automat HUMASTAR 300 SR						
3.1	33600000-6	3.1. Aditiv pentru soluție de spălare	Wash Additive	Germania	Human	3.1. Aditiv pentru soluție de spălare -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 4x25 ml	CE, ISO
3.2	33600000-6	3.2. Albumin	ALBUMIN	Germania	Human	3.2. Albumin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 6x150 teste	CE, ISO
3.3	33600000-6	3.3. alfa-Amylase	AMYLASE	Germania	Human	3.3. alfa-Amylase - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 3x260 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
3.4	33600000-6	3.4. ALT (GPT)	ALAT	Germania	Human	3.4. ALT (GPT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 5x310 teste	CE, ISO
3.5	33600000-6	3.5. AST (GOT)	ASAT	Germania	Human	3.5. AST (GOT) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 5x310 teste	CE, ISO
3.6	33600000-6	3.6. Bilirubina directa	BILIRUBIN DIRECT	Germania	Human	3.6. Bilirubina directa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 5x210 teste	CE, ISO
3.7	33600000-6	3.7. Bilirubina totala	BILIRUBIN TOTAL	Germania	Human	3.7. Bilirubina totala - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 5x210 teste	CE, ISO
3.8	33600000-6	3.8. Creatinine	CREATININE	Germania	Human	3.8. Creatinine - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 1x275 teste	CE, ISO
3.9	33600000-6	3.9. Cuve pentru probe	Sample cups	China	GongDong	3.9. Cuve pentru probe - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; Compatibil cu analizator biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 400 buc	CE, ISO
3.10	33600000-6	3.10. Glucose GOD	GLUCOSE	Germania	Human	3.10. Glucose GOD - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x210 teste	CE, ISO
3.11	33600000-6	3.11. Diluent	DILUENT	Germania	Human	3.11. Diluent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 4x20 ml	CE, ISO
3.12	33600000-6	3.12. Material de control nivel Normal	SERODOS (R)	Germania	Human	3.12. Material de control nivel Normal - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x5 ml	CE, ISO
3.13	33600000-6	3.13. Material de control nivel Patologic	SERODOS PLUS (R)	Germania	Human	3.13. Material de control nivel Patologic - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x5 ml	CE, ISO
3.14	33600000-6	3.14. Multicalibrator	AUTOCAL	Germania	Human	3.14. Multicalibrator - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 4x5 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
3.15	33600000-6	3.15. Cuve pentru disc de reacție	Reaction Cuvettes	Germania	Human	3.15. Cuve pentru disc de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve pentru disc de reacție compatibil cu analizor(conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 200 buc	CE, ISO
3.16	33600000-6	3.16. Soluție pentru spălare specială I	Special Wash Solution	Germania	Human	3.16. Soluție pentru spălare specială I - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 12x30 ml	CE, ISO
3.17	33600000-6	3.17. Soluție pentru spălare specială II	Special Wash Solution 2	Germania	Human	3.17. Soluție pentru spălare specială II - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x50 ml	CE, ISO
3.18	33600000-6	3.18. Total Protein	TOTAL PROTEIN	Germania	Human	3.18. Total Protein - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x210 teste	CE, ISO
3.19	33600000-6	3.19. Urea	UREA	Germania	Human	3.19. Urea - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 5x250 teste	CE, ISO
3.20	33600000-6	3.20. LDH	LDH	Germania	Human	3.20. LDH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 2x180 teste	CE, ISO
3.21	33600000-6	3.21 .Lampa fotometrică	Photometer Lamp	Germania	Human	3.21 .Lampa fotometrică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: lampa compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 1 buc	CE, ISO
3.22	33600000-6	3.22. CRP reagent	CRP	Germania	Human	3.22. CRP reagent - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon-cartridge cu bar cod compatibil cu analizor. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 250 teste	CE, ISO
3.23	33600000-6	3.23 .CRP standart 2*1ml	CRP standard	Germania	Human	3.23 .CRP standart 2*1ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 2x1 ml	CE, ISO
3.24	33600000-6	3.24. Turbidos control 4*3 ml	Turbidos control	Germania	Human	3.24. Turbidos control 4*3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 4x3 ml	CE, ISO
3.25	33600000-6	3.25. Solutie de curatare pentru cuve	Cuvette Clean	Germania	Human	3.25. Solutie de curatare pentru cuve - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standart p/u aparat 6x55 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
3.26	33600000-6	3.26. Set de mentenanță	Maintenance kit	Germania	Human	3.26. Set de mentenanță - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului biochimic automat HUMASTAR 300SR Ambalaj standard p/u aparat 1 set	CE, ISO
		Lot 5. Analizator electroliților automat Humalyte Plus 5, Germania						
5.1	33600000-6	5.1. Reagent pack	Reagent Pack for Humalyte Plus 5	Germania	Human	5.1. Reagent pack - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box - 1000ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1000 ml	CE, ISO
5.2	33600000-6	5.2 .Solutie p/u mentinerea K+	K Filling Solution	Germania	Human	5.2 .Solutie p/u mentinerea K+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.3	33600000-6	5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH	Na/Cl/pH Filling Solution	Germania	Human	5.3. Solutie p/u mentinerea Na+ / Cl-/pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.4	33600000-6	5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+	Ca Filling Solution	Germania	Human	5.4. Solutie p/u mentinerea Ca2+ - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.5	33600000-6	5.5. Solutie p/u mentinerea Ref	Reference Filling Solution	Germania	Human	5.5. Solutie p/u mentinerea Ref - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.6	33600000-6	5.6. Na+ - conditioner	Na Conditioner	Germania	Human	5.6. Na+ - conditioner Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.7	33600000-6	5.7. Solutie QC	QC Solution	Germania	Human	5.7. Solutie QC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.8	33600000-6	5.8. Solutie de curatare	Weekly Cleaning solution	Germania	Human	5.8. Solutie de curatare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon - 100ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
5.9	33600000-6	5.9. Electrode K	K electrode	Germania	Human	5.9. Electrode K - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
5.10	33600000-6	5.10. Electrode Na	Na electrode	Germania	Human	5.10. Electrode Na - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.11	33600000-6	5.11. Electrode Cl	Cl electrode	Germania	Human	5.11. Electrode Cl - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.12	33600000-6	5.12. Electrode Ca	Ca electrode	Germania	Human	5.12. Electrode Ca - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.13	33600000-6	5.13. Electrode pH	pH electrode	Germania	Human	5.13. Electrode pH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.14	33600000-6	5.14. Electrode de referință	Ref electrode	Germania	Human	5.14. Electrode de referință - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.15	33600000-6	5.15. Rotor pentru pompa peristaltică	Rotor for peristaltic pump	Germania	Human	5.15. Rotor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.16	33600000-6	5.16. Motor pentru pompa peristaltică	Motor for peristaltic pump	Germania	Human	5.16. Motor pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
5.17	33600000-6	5.17. Tub pentru pompa peristaltică	Tube for peristaltic pump	Germania	Human	5.17. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului electroliților automat Humalyte Plus 5 Ambalaj standard p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
		Lot 6. Analizator automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900, Mindray, China						
6.1	33600000-6	6.1. HBsAg	HBsAg	China	Mindray	6.1. HBsAg -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standard p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.2	33600000-6	6.2. Anti HCV	Anti-HCV	China	Mindray	6.2. Anti HCV - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standard p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standard p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
6.3	33600000-6	6.3. T PSA	TPSA	China	Mindray	6.3. T PSA - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.4	33600000-6	6.4. T3	T3	China	Mindray	6.4. T3 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.5	33600000-6	6.5. T4	T4	China	Mindray	6.5. T4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.6	33600000-6	6.6. FT4	FT4	China	Mindray	6.6. FT4 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.7	33600000-6	6.7. Anti - TG	Anti-TG	China	Mindray	6.7. Anti - TG - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.8	33600000-6	6.8. Anti - TPO	Anti-TPO	China	Mindray	6.8. Anti - TPO - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.9	33600000-6	6.9. TSH	TSH	China	Mindray	6.9. TSH - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x50 teste	CE, ISO
6.10	33600000-6	6.10. HBsAg calibrator 3x2 ml	HBsAg calibrators	China	Mindray	6.10. HBsAg calibrator 3x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.11	33600000-6	6.11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml	HBsAg Positive Control	China	Mindray	6.11. HBsAg control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.12	33600000-6	6.12. HBsAg control negativ 6*2 ml	HBsAg Negative Control	China	Mindray	6.12. HBsAg control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.13	33600000-6	6.13. Anti HCV calibrator 2*2 ml	Anti-HCV calibrators	China	Mindray	6.13. Anti HCV calibrator 2*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 2x2 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
6.14	33600000-6	6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml	Anti-HCV Positive Control	China	Mindray	6.14. Anti HCV control pozitiv 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.15	33600000-6	6.15. Anti HCV control negativ 6*2 ml	Anti-HCV Negative Control	China	Mindray	6.15. Anti HCV control negativ 6*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.16	33600000-6	6.16. FT4 calibrator 3*2 ml	FT4 calibrators	China	Mindray	6.16. FT4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.17	33600000-6	6.17. T4 calibrator 3*2 ml	T4 calibrators	China	Mindray	6.17. T4 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.18	33600000-6	6.18. T3 calibrator 3*2 ml	T3 calibrators	China	Mindray	6.18. T3 calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.19	33600000-6	6.19. TSH calibrator 3*2 ml	20. TSH calibrator 3*2 ml	China	Mindray	6.19. TSH calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.20	33600000-6	6.20. Anti TG calibrator 3*2 ml	Anti-TG calibrators	China	Mindray	6.20. Anti TG calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat, compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.21	33600000-6	6.21. Anti TPO calibrator 3*2 ml	Anti-TPO calibrators	China	Mindray	6.21. Anti TPO calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.22	33600000-6	6.22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml	Thyroid Function Multi Control (L)	China	Mindray	6.22. Tireoid multicontrol L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.23	33600000-6	6.23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml	Thyroid Function Multi Control (H)	China	Mindray	6.23. Tireoid multicontrol H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.24	33600000-6	6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml	Anti-thyroid Antibodies Control (L)	China	Mindray	6.24. Anticorpi anti-tireoid control L 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
6.25	33600000-6	6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 ml	Anti-thyroid Antibodies Control (H)	China	Mindray	6.25. Anticorpi anti-tireoid control H 3*5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 6x2 ml	CE, ISO
6.26	33600000-6	6.26. T PSA calibrator 3*2 ml	TPSA calibrators	China	Mindray	6.26. T PSA calibrator 3*2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x2 ml	CE, ISO
6.27	33600000-6	6.27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml	Tumor Marker Multi Control (L)	China	Mindray	6.27. Tumor multicontrol L, 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.28	33600000-6	6.28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml	Tumor Marker Multi Control (H)	China	Mindray	6.28. Tumor multicontrol H , 3x5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 3x5 ml	CE, ISO
6.29	33600000-6	6.29. Cuve de reacție	Reaction Cuvettes	China	Mindray	6.29. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: cuve compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 21x2x88 buc	CE, ISO
6.30	33600000-6	6.30. Soluție substrat, 4x75 ml	Substrate Solution	China	Mindray	6.30. Soluție substrat, 4x75 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 4x75 ml	CE, ISO
6.31	33600000-6	6.31. Soluție de spălare, 10 L	Wash Buffer	China	Mindray	6.31. Soluție de spălare, 10 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 10 L	CE, ISO
6.32	33600000-6	6.32. Detergent C, 12x17 ml	Detergent C	China	Mindray	6.32. Detergent C, 12x17 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului automat de imunologie prin chemiluminiscenta CL-900i Ambalaj standart p/u aparat: 12x17 ml	CE, ISO
		Lot 7. Analizator imunoenzimatic automat ELISYS UNO, Human Germania						
7.1	33600000-6	7.1. HBsAg Elisa	HBsAg	Germania	Human	7.1. HBsAg Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului imunoenzimatic automat Elisys Uno Ambalaj standart p/u aparat: 96 teste	CE, ISO
7.2	33600000-6	7.2. Anti HCV sumar Elisa	Anti-HCV sumar	Germania	Human	7.2. Anti HCV sumar Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului imunoenzimatic automat Elisys Uno Ambalaj standart p/u aparat: 96 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
7.3	33600000-6	7.3. PSA Elisa	PSA	Germania	Human	7.3. PSA Elisa - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu locașele analizorului (conform anexei 17 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului imunoenzimatic automat Elisys Uno Ambalaj standart p/u aparat: 96 teste	CE, ISO
		Lot 8. Analizator hematologic automat SYSMEX KX-21 N, Japan						
8.1	33600000-6	8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L	Cellpack	Japonia	Sysmex	8.1. Reagent p/u diluarea tuturor fracțiilor celulare, 20 L - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibile cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componenta: Sodium clorid - 6,4g/l, Boric Acid - 1,0g/l, Sodium tetraborat - 0,2g/l, EDTA-2K - 0,2g/l.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 20 L	CE, ISO
8.2	33600000-6	8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml	Stromatolyzer-WH	Japonia	Sysmex	8.2. Reagent p/u lizarea eritrocitelor, trombocitelor și diluarea leucocitelor p/u efectuarea enumerării ulterioare a leucocitelor 3 diff, 3*500 ml. - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 3x500 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componenta: Ammoniumsalt organice cuaternar 8,5g/l, Sodium chloride 0,5g/l.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 3x500 ml	CE, ISO
8.3	33600000-6	8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului	Cellclean	Japonia	Sysmex	8.3. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Componenta: Sodium Hypochlorite - 5,00%.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 50 ml	CE, ISO
8.4	33600000-6	8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut)	Eightcheck-3WP L	Japonia	Sysmex	8.4. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1,5 ml	CE, ISO
8.5	33600000-6	8.5. Materialul de control (nivel normal)	Eightcheck-3WP N	Japonia	Sysmex	8.5. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1,5 ml	CE, ISO
8.6	33600000-6	8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt)	Eightcheck-3WP H	Japonia	Sysmex	8.6. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon 1,5 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1,5 ml	CE, ISO
8.7	33600000-6	8.7. Transducer WBC	Transducer No.8 (WBC)	Japonia	Sysmex	8.7. Transducer WBC - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.8	33600000-6	8.8. Tub Assy	Tub Assy No.12	Japonia	Sysmex	8.8. Tub Assy - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
8.9	33600000-6	8.9. Tub silicon	Tub Silicon F739-8	Japonia	Sysmex	8.9. Tub silicon - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.10	33600000-6	8.10. Tub Pharmed	Tub Pharmed	Japonia	Sysmex	8.10. Tub Pharmed - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
8.11	33600000-6	8.11. Sensor de nivel	Level sensor (No.23 assy)	Japonia	Sysmex	8.11. Sensor de nivel - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex KX-21N Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
		Lot 9. Analizator hematologic automat SYSMEX XN-1000i, Japan						
9.1	33600000-6	9.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare 20 L	Cellpack DCL	Japonia	Sysmex	9.1. Reagent DCL pentru diluarea tuturor fracțiilor celulare 20 L - Componenta: Polymethine dye 0,03%, Methanol 7,9%, Ethylene glycol 99,9% . Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: canistra 20 l compatibila cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 20 L	CE, ISO
9.2	33600000-6	9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. 2x22ml	Fluorocell WDF	Japonia	Sysmex	9.2. Reagent Fluorocell WDF p/u colorarea structurii interne a leucocitelor din probele diluate și lizate în prealabil. 2x22ml - Componenta: Polymethine dye - 0,002%, Methanol - 3,00%, Ethylene glycol - 96,90%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set 2x22ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 2x22 ml	CE, ISO
9.3	33600000-6	9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L	Lysercell WDF	Japonia	Sysmex	9.3. Reagent Lysercell WDF p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a leucocitelor 4diff (limfocite, monocite, eozinofile, neutrofile+bazofile) 2L - Componenta: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 2 L	CE, ISO
9.4	33600000-6	9.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge 3x500 ml	Sulfolyser	Japonia	Sysmex	9.4. Reagent Sulfolyser pentru determinarea automată a concentrației de hemoglobină din sânge 3x500 ml - Componenta: Sodium Lauryl Sulphate - 1,7 g/l. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3x500 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
9.5	33600000-6	9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate și lizate în prealabil. 2x82ml	Fluorocell WNR	Japonia	Sysmex	9.5. Reagent Fluorocell WNR p/u colorarea structurii interne celulelor nucleate din probele diluate și lizate în prealabil. 2x82ml - Componența: Organic quaternary amonium salts 0,07%, nonionic surfactant 0,17%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 2x82 ml	CE, ISO
9.6	33600000-6	9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L	Lysercell WNR	Japonia	Sysmex	9.6. Reagent Lysercell WNR p/u lizarea eritrocitelor în scopul determinării a bazofilelor,leucocitelor și eritrocitelor nucleate, 5L - Componența: Organic quaternary amonium salts 0,20%, nonionic surfactant 0,10%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: flacon compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 5 L	CE, ISO
9.7	33600000-6	9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului.	Cellclean	Japonia	Sysmex	9.7. Detergent p/u îndepărtarea resturilor de lizant, reziduuri celulare, proteine din sistemul hidraulic al analizatorului. - Componența: Sodium Hypochlorite - 5,00%. Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: flacon 50 ml	CE, ISO
9.8	33600000-6	9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut)	XN Check L1	Japonia	Sysmex	9.8. Materialul de control patologic (nivel scăzut) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3 ml	CE, ISO
9.9	33600000-6	9.9. Materialul de control (nivel normal)	XN Check L2	Japonia	Sysmex	9.9. Materialul de control (nivel normal) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3 ml	CE, ISO
9.10	33600000-6	9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt)	XN Check L3	Japonia	Sysmex	9.10. Materialul de control patologic (nivel înalt) - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3 ml	CE, ISO
9.11	33600000-6	9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml	XN CAL	Japonia	Sysmex	9.11. Calibrator Hemoglobina 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 3x3 ml	CE, ISO
9.12	33600000-6	9.12. Unitate pentru prelucrarea eprubetelor	ASP_ASSY (PM) NO.8	Japonia	Sysmex	9.12. Unitate pentru prelucrarea eprubetelor - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
9.13	33600000-6	9.13. Tray kit	XN Tray kit	Japonia	Sysmex	9.13. Tray kit - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Protocol de adoptare (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului hematologic automat Sysmex XN-1000i Ambalaj standart p/u aparat: 1 buc	CE, ISO
		Lot 10. Analizator balanței acido-bazică automat ABL-825, Radiometer Dania						
10.1	33600000-6	10.1. Soluție pentru curățare	Cleaning Solution	Danemarca	Radiometer	10.1. Soluție pentru curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 175 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 175 ml	CE, ISO
10.2	33600000-6	10.2. Soluție pentru calibrare 1	Calibration Solution 1	Danemarca	Radiometer	10.2. Soluție pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 200 ml	CE, ISO
10.3	33600000-6	10.3. Soluție pentru calibrare 2	Calibration Solution 2	Danemarca	Radiometer	10.3. Soluție pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 200 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 200 ml	CE, ISO
10.4	33600000-6	10.4. Soluție pentru spălare "Rinse"	Rinse Solution	Danemarca	Radiometer	10.4. Soluție pentru spălare "Rinse" - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 600 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 600 ml	CE, ISO
10.5	33600000-6	10.5. Soluție deproteinizantă hipochlorid	Hypochloride Solution	Danemarca	Radiometer	10.5. Soluție deproteinizantă hipochlorid - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box 100 ml compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 100 ml	CE, ISO
10.6	33600000-6	10.6. Gaz pentru calibrare 1	Calibration Gas 1	Danemarca	Radiometer	10.6. Gaz pentru calibrare 1 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 34 bar	CE, ISO
10.7	33600000-6	10.7. Gaz pentru calibrare 2	Calibration Gas 2	Danemarca	Radiometer	10.7. Gaz pentru calibrare 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: balon cu gaz 34 bar compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 34 bar	CE, ISO
10.8	33600000-6	10.8. Set pentru calibrare tHb, S7770	Calibration Solution tHb	Danemarca	Radiometer	10.8. Set pentru calibrare tHb, S7770 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 4 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 4 fl	CE, ISO
10.9	33600000-6	10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2	QUALICHECK 5+, Level 2	Danemarca	Radiometer	10.9. Set AutoCheck 5+, nivel 2 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: Set 30 fiole compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 30 fl	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
10.10	33600000-6	10.10. Membrane box p/u Lactat electrod	Membrane Box Lac	Danemarca	Radiometer	10.10. Membrane box p/u Lactat electrod - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: box cu 4 membrane compatibil cu analizor (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului balanței acido-bazic automat ABL-825. Ambalaj standart p/u aparat: 4 buc	CE, ISO
		Lot 12. Coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior Germania						
12.1	33600000-6	12.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml	Hemostat Thrombin Time	Germania	Human	12.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 3x3 ml	CE, ISO
12.2	33600000-6	12.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml	Hemostat Thromboplastin	Germania	Human	12.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 6x10 ml	CE, ISO
12.3	33600000-6	12.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml	Hemostat aPTT-EL	Germania	Human	12.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml -Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 6x4 ml	CE, ISO
12.4	33600000-6	12.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klaus, 5x2 ml	Hemostat Fibrinogen	Germania	Human	12.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klaus, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 5x2 ml	CE, ISO
12.5	33600000-6	12.5. Hemostat Calibrator 6*1 ml	Hemostat Calibrator	Germania	Human	12.5. Hemostat Calibrator 6*1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro, Junior. Ambalaj: 4x1 ml	CE, ISO
12.6	33600000-6	12.6. Cuve de reacție	Cuvettes HUMACLOT Junior	Germania	Human	12.6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Junior. Ambalaj: 500 buc	CE, ISO
12.7	33600000-6	12.7. Cuve de reacție	Cuvettes HUMACLOT Quattro	Germania	Human	12.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometru optic HUMANCLOT Quattro. Ambalaj: 5x500 ml	CE, ISO
		Lot 13.Coagulometru automat SYSMEX-560, Japan						
13.1	33600000-6	13.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml	Hemostat Thrombin Time	Germania	Human	13.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 3x3 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
13.2	33600000-6	13.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml	Hemostat Thromboplastin	Germania	Human	13.2. Set p/u detrmnarea protrombinei atestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x10 ml	CE, ISO
13.3	33600000-6	13.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml	Hemostat aPTT-EL	Germania	Human	13.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x4 ml	CE, ISO
13.4	33600000-6	13.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klaus, 5x2 ml	Hemostat Fibrinogen	Germania	Human	13.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klaus, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 5x2 ml	CE, ISO
13.5	33600000-6	13.5. Plasma de control normală 6x1 ml	Hemostat Control Plasma N	Germania	Human	13.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
13.6	33600000-6	13.6. Plasma de control patologică 6x1 ml	Hemostat Control Plasma P	Germania	Human	13.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
13.7	33600000-6	13.7. Cuve de reacție	Reaction Cuvettes	Japonia	Sysmex	13.7. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 3000 buc	CE, ISO
13.8	33600000-6	13.8. Cuve conice 1,5 ml	Sample Cups	China	SKG Medical	13.8. Cuve conice 1,5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1000 buc	CE, ISO
13.9	33600000-6	13.9. Cuve conice 4 ml	Sample Cups	Japonia	Sysmex	13.9. Cuve conice 4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulograf automat SYSMEX-560. Ambalaj: 100 buc	CE, ISO
13.10	33600000-6	13.10. Soluție de curățare	CA Clean I	Japonia	Sysmex	13.10. Soluție de curățare - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 50 ml	CE, ISO
13.11	33600000-6	13.11. Catcher assy CA5H	Catcher assy CA5H	Japonia	Sysmex	13.11. Catcher assy CA5H - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
13.12	33600000-6	13.12. Filtru	Filter	Japonia	Sysmex	13.12. Filtru - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
13.13	33600000-6	13.13. Sensor pentru catcher	Sensor for catcher	Japonia	Sysmex	13.13. Sensor pentru catcher - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru Sysmex-560 (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulografului automat SYSMEX-560. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
		Lot 14. Coagulometru automat C 3100, Mindray, China						
14.1	33600000-6	14.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml	Hemostat Thrombin Time	Germania	Human	14.1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT, 3x3 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 3x3 ml	CE, ISO
14.2	33600000-6	14.2. Set p/u detrmnarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml	Hemostat Thromboplastin	Germania	Human	14.2. Set p/u detrmnarea protrombinei ataestat ISI 1,1-1,15, 6x10 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x10 ml	CE, ISO
14.3	33600000-6	14.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml	Hemostat aPTT-EL	Germania	Human	14.3. Set p/u detrmnarea timpului de tromboplastină parțial activat, 6x4 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x4 ml	CE, ISO
14.4	33600000-6	14.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2 ml	Hemostat Fibrinogen	Germania	Human	14.4. Set p/u determinarea fibrinogenului, metoda Klauss, 5x2 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 5x2 ml	CE, ISO
14.5	33600000-6	14.5. Plasma de control normală 6x1 ml	Hemostat Control Plasma N	Germania	Human	14.5. Plasma de control normală 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
14.6	33600000-6	14.6. Plasma de control patologică 6x1 ml	Hemostat Control Plasma P	Germania	Human	14.6. Plasma de control patologică 6x1 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Protocolul de adoptare la coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 6x1 ml	CE, ISO
14.7	33600000-6	14.7. Cuve de reacție 5x1000	Reaction Cuvettes	China	Mindray	14.7. Cuve de reacție 5x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 5x1000 buc	CE, ISO
14.8	33600000-6	14.8. Cuve pentru probe, 1x1000	Sample Cups	China	SKG Medical	14.8. Cuve pentru probe, 1x1000 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru C 3100, Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; compatibil cu coagulometru automat C3100. Ambalaj: 1000 buc	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
14.9	33600000-6	14.9. Soluție de curățare I, 10x15 ml	Cleaning Solution I	China	Mindray	14.9. Soluție de curățare I, 10x15 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 10x15 ml	CE, ISO
14.10	33600000-6	14.10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml	Cleaning Solution II	China	Mindray	14.10. Soluție de curățare II, 1x2500 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: Flacon 50 ml compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 2500 ml	CE, ISO
14.11	33600000-6	14.11. Tub pentru pompa peristaltică	Tube for peristaltic pump	China	Mindray	14.11. Tub pentru pompa peristaltică - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Compatibil cu coagulometru C 3100 Mindray (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014)	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul coagulometrului automat C3100. Ambalaj: 1 buc	CE, ISO
		Lot 17. Analizator AFIAS-6, Boditech Med, Korea						
17.1	33600000-6	17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab	AFIAS COVID-19 Ab	Coreea	Boditech Med	17.1.Test AFIAS COVID-19 Ab - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.2	33600000-6	17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb	AFIAS COVID-19 nAb	Coreea	Boditech Med	17.2.Test AFIAS COVID-19 nAb - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.3	33600000-6	17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo	AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo	Coreea	Boditech Med	17.3.Test AFIAS COVID-19 Ag/Flu Ag Combo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.4	33600000-6	17.4.Covid -19 Ab Control 2*0.5ml	COVID-19 Ab Control	Coreea	Boditech Med	17.4.Covid -19 Ab Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.5	33600000-6	17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml	COVID-19 nAb Control	Coreea	Boditech Med	17.5. Covid -19 nAb Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.6	33600000-6	17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml	COVID-19 Ag Control	Coreea	Boditech Med	17.6. Covid -19 Ag Control 2*0.5ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.7	33600000-6	17.7. Test AFIAS IL-6	AFIAS IL-6	Coreea	Boditech Med	17.7. Test AFIAS IL-6 - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.8	33600000-6	17.8. Test AFIAS Ferritin	AFIAS Ferritin	Coreea	Boditech Med	17.8. Test AFIAS Ferritin - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.9	33600000-6	17.9. Ferritin Control 2*0.5 ml	Ferritin control	Coreea	Boditech Med	17.9. Ferritin Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
17.10	33600000-6	17.10. Test AFIAS Cardiac Triple	AFIAS Cardiac Triple	Coreea	Boditech Med	17.10. Test AFIAS Cardiac Triple - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.11	33600000-6	17.11. Test AFIAS NT- pro BNP	AFIAS NT- pro BNP	Coreea	Boditech Med	17.11. Test AFIAS NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.12	33600000-6	17.12. Test AFIAS CK - MB	AFIAS CK-MB	Coreea	Boditech Med	17.12. Test AFIAS CK - MB - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.13	33600000-6	17.13. Test AFIAS D-Dimer	AFIAS D-Dimer	Coreea	Boditech Med	17.13. Test AFIAS D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.14	33600000-6	17.14. D-dimer Control 2*0.5 ml	D-Dimer control	Coreea	Boditech Med	17.14. D-dimer Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.15	33600000-6	17.15. Test AFIAS CRP	AFIAS CRP	Coreea	Boditech Med	17.15. Test AFIAS CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.16	33600000-6	17.16. CRB - Control 2*0.5 ml	CRP control	Coreea	Boditech Med	17.16. CRB - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.17	33600000-6	17.17. Test AFIAS PCT	AFIAS PCT	Coreea	Boditech Med	17.17. Test AFIAS PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.18	33600000-6	17.18. Test AFIAS HbA1c	AFIAS HbA1c	Coreea	Boditech Med	17.18. Test AFIAS HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.19	33600000-6	17.19. HbA1c - Control 2*0.5 ml	HbA1c control	Coreea	Boditech Med	17.19. HbA1c - Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
17.20	33600000-6	17.20. Test AFIAS AFP	AFIAS AFP	Coreea	Boditech Med	17.20. Test AFIAS AFP - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO
17.21	33600000-6	17.21. AFP Control 2*0.5 ml	AFP Control	Coreea	Boditech Med	17.21. AFP Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x1 ml	CE, ISO
17.22	33600000-6	17.22. Test AFIAS CEA	AFIAS CEA	Coreea	Boditech Med	17.22. Test AFIAS CEA - Cerințele p/u test: Cerințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 24 teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV / Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
17.23	33600000-6	17.23. CEA Control 2*0.5 m	CEA Control	Coreea	Boditech Med	17.23. CEA Control 2*0.5 ml - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias: set - 2*0,5 ml (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 2x1 ml	CE, ISO
17.24	33600000-6	17.24.Cartus de spalare pentru AFIAS, 100 buc	Washing cartridge	Coreea	Boditech Med	17.24. Cartus de spalare pentru AFIAS, 100 buc - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat Afias (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 100 buc	CE, ISO
		Lot 19. Set reagenți p/u investigații imunologice						
19	33600000-6	1. CRP	Humatex CRP	Germania	Human	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO
20	33600000-6	2. ASLO	Humatex ASO	Germania	Human	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO
21	33600000-6	3. RF	Humatex RF	Germania	Human	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 100 teste	CE, ISO
22	33600000-6	4. Lupus erimatos	SLE Latex Test	Germania	Human	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 20 teste	CE, ISO
		Lot 20 Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale						
32	33600000-6	5. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-A	Anti-A monoclonal	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 10 ml	CE, ISO
35	33600000-6	8. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-B	Anti-B monoclonal	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 10 ml	CE, ISO
36	33600000-6	9. Reagent monoclonal - Țoliclon anti-AB	Anti-AB monoclonal	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 10 ml	CE, ISO
38	33600000-6	11. Reagent monoclonal - Țoliclon Duoclon anti-D IgM + Ig G	Anti-D IgM /IgG monoclonal	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 10 ml	CE, ISO
40	33600000-6	13. Ser polispecific antiglobulinic	Anti-HG polyspecific/ monoclonal	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 10 ml	CE, ISO
41	33600000-6	14. Solutie LISS	LISS Solution	Austria	Dialab	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, pentru realizarea examinărilor imunohematologice, (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conform cerințelor; ambalaj 10 ml	CE, ISO
		Lot 23 Veselă și articole de ustensilă						
84	33600000-6	20. Eprubete Eppendorf 1,5 ml	Centrifugation tube	China	GongDong	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Conform cerințelor; 1,5 ml	CE, ISO
85	33600000-6	21. Hârtie termică 110mm x 30m	Thermal paper	Germania	Human	Mărime: 110mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Mărime: 110mm x 30m / rulon	CE, ISO
86	33600000-6	22. Hârtie termică 57mm x 30m	Thermal paper	Germania	Human	Mărime: 57mm x 30m / rulon (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Mărime: 57mm x 30m / rulon	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
102	33600000-6	38. Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl	Tips Box 96Wells	China	GongDong	Vîrfuri universale în stative 0-100 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Conform cerințelor	CE, ISO
103	33600000-6	39. Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl	Tips Box 100Wells	China	GongDong	Vîrfuri universale în stative 100-1000 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Conform cerințelor	CE, ISO
		Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator						
114	33600000-6	114. Eprubete cu clot activator	Vacuum Tube, red cap,Clot activator	China	SKG Medical	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete cu clot activator, vacutainer (fără gel). Volum 4 sau 5 ml. IVD CE. Capac roșu, tichetă. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Prezentare exemple de eprubete. CE	Conform cerințelor; Volum 5 ml	CE, ISO
116	33600000-6	116. Eprubete cu K3 EDTA. Vacuum Tub. 3 ml.	Vacuum Tube, purple cap,EDTA K3	China	SKG Medical	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete pentru investigații hematologice cu K3EDTA. Volum 3 ml. Vacuum Tub. Cu capac violet, tichetă. IVD. CE. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de la producător. Certificat condițiilor de transportare. Certificat European. Prezentare exemple de eprubete.	Conform cerințelor; Volum 3 ml	CE, ISO
117	33600000-6	117. Eprubete de unică folosință 13x75	G1005	China	GongDong	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Eprubete polisteren cu diametru 13mm, înălțime 75mm fără capac. Conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010. Prezentarea obligator: Certificat de Conformitate de la producător. Prezentare exemple de eprubete.	Conform cerințelor; Marime: 12x75 Volum: 5ml. PS	CE, ISO
		143. Analizator automatizat AFIAS-6. REF: FPRR020						
143	33600000-6	1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71	AFIAS COVID-19 Ag	Coreea	Boditech Med	1. Test rapid Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19), metoda FIA. REF: SMFP-71 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Determinarea Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componenta setului: 24 cart-teste cu reagenți incorporați, de unica folosință compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice mai mult de 98%. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Conform cerințelor; produs este original de la producatorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standart p/u aparat: 24 teste	CE, ISO

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1		2	3	4	5	6	7
143	33600000-6	2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-29	COVID-19 Ag Control	Coreea	Boditech Med	2. Boditech Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag) Control, 2x0,5ml. REF: CFPO-293 - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set de controale pentru efectuarea controlului intern de calitate în investigații de determinare a Antigen SARS-CoV-2 (COVID-19) prin metoda FIA. Componenta setului: flaconașe 2x0,5ml cu Antigen SARS-CoV-2 în formă liofilizată, compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Conform cerințelor; produs este original de la producătorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standard p/u aparat: 2x0,5 ml	CE, ISO
143	33600000-6	3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set.	Washing cartridge	Coreea	Boditech Med	3. Cartuș de spălare pentru AFIAS, 6 buc/set. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Set cu cartușuri pentru mentenanța tehnică periodică a Componenta setului: 6 rătușuri compatibile cu Analizator automatizat AFIAS-6. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Conform cerințelor; produs este original de la producătorul analizatorului AFIAS-6. Ambalaj standard p/u aparat: 100 buc	CE, ISO
		144. Imunologie express manual. COVID-19						
144	33600000-6	1. Strip-test rapid pentru detectarea Antigenului SARS-CoV-2	SARS-CoV-2 Antigen Detection Kit	Vazyme	China	Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Strip-test imunologic rapid COVID-19 Antigen, metoda imunocromatografie laterală rapidă pentru detectarea calitativă specifică a Antigenului SARS-CoV-2. Componenta setului: (a) Strip-test casete ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Tub pentru recoltarea tamponului naso-faringian sigilat cu soluție tampon sterilă sau soluție tampon ambalată individual pentru extracția și solubilizarea antigenului viral; (c) Capac-duză pentru sigilarea tubului cu antigenul solubilizat după recoltare; (d) Baghete-tampon sterile ambalate individual pentru recoltarea materialului biologic din naso-faringe; (e) Instrucțiune de utilizare. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 84%. Specificitatea clinică a metodei analitice - minim 99%. De prezentat obligator: Certificat European, Certificat de la producător, Declarație de la participant referitor la înregistrarea metodei de analiza în Registrul de Stat.	Strip-test imunologic rapid COVID-19 Antigen, metoda imunocromatografie laterală rapidă pentru detectarea calitativă specifică a Antigenului SARS-CoV-2. Componenta setului: (a) Strip-test casete ambalate individual într-o pungă de folie cu desicant; (b) Tub pentru recoltarea tamponului naso-faringian sigilat cu soluție tampon sterilă sau soluție tampon ambalată individual pentru extracția și solubilizarea antigenului viral; (c) Capac-duză pentru sigilarea tubului cu antigenul solubilizat după recoltare; (d) Baghete-tampon sterile ambalate individual pentru recoltarea materialului biologic din naso-faringe; (e) Instrucțiune de utilizare. Sensibilitatea clinică a metodei analitice mai mult de 97,57%. Specificitatea clinică a metodei analitice - 99,29%.	CE, ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**