

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul LP 21379326 din 03.04.2025

Denumirea LP: Achiziționarea de piese de schimb pentru dispozitive medicale

conform necesitatilor IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie "Diomid Gherman" pentru anul 2025

	Denumirea bunurilor solicitate	Producător	Tara de origine	Cantitatea	u/m	Descrierea tehnică deplina solicitata	Descrierea tehnică propusă de ofertant	Std. de ref.
31	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 (Pompe pentru evacuarea deseurilor)	Erma	Japonia	3	buc	Pompe pentru evacuarea deseurilor CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	Pompe pentru evacuarea deseurilor compatibil cu analizatorul PCE 210	CE, ISO
32	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210 (Valva 3 derectionala)	Erma	Japonia	2	buc	Valva 3 directionala CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	Valva tridirectionala, 3-way solenoid round type PCE 210, compatibil cu analizatorul PCE 210	CE, ISO
33	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210	Erma	Japonia	3	buc	Valva unidirectionala (S) CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	1-way valve, (spring 9mm type), 210L-10	CE, ISO
34	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210	Erma	Japonia	1	buc	Pompa de aer sub presiune CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	Pressure Air Pump, 210L-4	CE, ISO
35	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210	Erma	Japonia	1	set	Inel O pentru seringă de diluant CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	O-ring for Diluent Syringe, 210S-13	CE, ISO
36	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210	Erma	Japonia	1	buc	Inel O pentru seringă de hemolizer CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	O-ring for Hemolizer Syringe, 210S-12	CE, ISO
37	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210	Erma	Japonia	1	set	Inel O pentru seringă de proba CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	O-ring for Sample Syringe p-u PCE-210, 210S-14	CE, ISO
38	Piese de schimb pentru analizatorul PCE-210	Erma	Japonia	3	buc	Pompa tub CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul PCE-210	Pompa tub PCE-210	CE, ISO
39	Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS	Vital	Olanda	1	buc	Rulment cu bile 2.5x6x2.6mm CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS	Bearing, Ball 2.5x6x2.6mm, 3053-037	CE, ISO
40	Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS	Vital	Olanda	1	buc	Filtru IFL 340 CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS	Filter IFL 340, 3067-340	CE, ISO

41	Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS	Vital	Olanda	2	buc	Valva 3 directionala CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS	Valve 3-WAY 12VDC/4W, 3366-920	CE, ISO
42	Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS	Vital	Olanda	1	buc	Unitate de ac de proba CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS	Sample Needle Unit, 6002-007	CE, ISO
43	Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS	Vital	Olanda	2	buc	Curea de distributie 80T/T2.5/200 CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS	Timingbelt 80T/T2.5/200, 3064-016	CE, ISO
44	Piese de schimb pentru analizatorul Selectra Pro XS	Vital	Olanda	1	buc	Kit anual de mentenanta CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro XS	Maintenance kit Yearly Pro XS, 6003-253	CE, ISO
46	Piese de schimb pentru analizator Stat Fax 1904	Awareness	SUA	2	buc	Lampa 10W 6V G4 Lampa 10W 6V G4, compatibil cu Analizatorul Sat Fax 1904	Lampa 10W 6V G4 Lampa 10W 6V G4, compatibil cu Analizatorul Sat Fax 1904	CE, ISO
47	Piese de schimb pentru analizator Selectra Pro M	Vital	Olanda	2	set	Bloc de supape CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M	Valve block p-u PRO M, 3066-072	CE, ISO
48	Piese de schimb pentru analizator Selectra Pro M	Vital	Olanda	1	buc	Kit de mentenanta CE Marca,UNI EN ISO,TUV, compatibil cu analizatorul Selectra Pro M	Maintenance kit Yearly Pro M/EL200, 6003-383	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL _____ Adresa: _mun.Chişinău, str.Albisoara 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.