

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1766412840687				Data: 15.01.2026		
Denumirea licitației: Achiziționarea Dispozitivului Medical Sistem de nimicire a				Lot: 1		
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 1. Sistem de nimicire a deșeurilor medicale						

Sistem de nimicire a deșeurilor medicale	ISS AC 575	Ungaria	Descrierea: Aparatul combina doua funcții: sterilizare cu abur + tocător (shredder), într-un singur vas (cameră), destinat manipulării on-site a deșeurilor biologice / periculoase. Prelucrarea este într-un singur ciclu continuu automat. În final deseurile devin în totalitate nepericuloase ceea ce permite aruncarea ca deșeuri municipale obișnuite. Parametrul Specificația Încărcare - Verticală Construcția interioară, camera de sterilizare, generatorul - din oțel inox rezistent la coroziune și presiune conform Directivei Echipamentelor sub Presiune Volum interior ≥ 150 litri Capacitate de tratare a deseurilor ≥30kg/oră Gama de temperatură: minim 134 °C Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului - obligatoriu Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern obligatoriu Dotat cu pompă de vacuum obligatoriu Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi obligatoriu Sistemul va include compresor de aer - da, fără ulei Sistem de răcire de aburi pentru sistemul de drenaj - obligatoriu Sistemul posedă bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive - obligatoriu Alarmer - acustică, vizuală Limbajul interfeței și meniului - Romană sau engleză Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit - obligatoriu Control electronic - Microprocesor Senzori de presiune - pentru camera de sterilizare Autocurățare - obligatoriu Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal - obligatoriu Imprimantă termică - obligatoriu	Descrierea: Aparatul combina doua funcții: sterilizare cu abur + tocător (shredder), într-un singur vas (cameră), destinat manipulării on-site a deșeurilor biologice / periculoase. Prelucrarea este într-un singur ciclu continuu automat. În final deseurile devin în totalitate nepericuloase ceea ce permite aruncarea ca deșeuri municipale obișnuite - product specification sheet, p.1 Parametrul - Specificația Încărcare - Verticală Construcția interioară, camera de sterilizare, generatorul - din oțel inox rezistent la coroziune și presiune conform Directivei Echipamentelor sub Presiune - da, product specification sheet, p.2 Volum interior = 150 litri, product specification sheet, p.1 Capacitate de tratare a deseurilor - pana la 67 kg - product specification sheet, p.7 Gama de temperatură: minim 134 °C - da, product specification sheet, p.7 Ușa trebuie să fie proiectată cu un sistem de siguranță pentru a preveni accidentarea utilizatorului - da, product specification sheet, p.2 Procedura de sterilizare: cu generator de abur intern - da, product specification sheet, p.2 Dotat cu pompă de vacuum - da, product specification sheet, p.1 Dotat cu pompă de apă de umplere a generatorului de aburi - booster pump, debiteaza generatorul de aburi cu apa - product specification sheet, p.8 Sistemul va include compresor de aer - da, fără ulei - product specification sheet, p.3 Sistem de răcire de aburi pentru sistemul de drenaj - da, drain box - product specification sheet, p.1 Sistemul posedă bio-fitre sau metodă echivalentă de filtrare prin care efectuează evacuarea aerului din camera de sterilizare fără emisii nocive - da, bio filtre de 0,01 microni - product specification sheet, p.1 Alarmer - acustică, vizuală - da, product specification sheet, p.2 Limbajul interfeței și meniului - Rusa sau engleză - da, product specification sheet, p.1 Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit - da, product specification sheet, p.2 Control electronic - Microprocesor - da, product specification sheet, p.2 Senzori de presiune - pentru camera de sterilizare - da, product specification sheet, p.2 Autocurățare - da, cleaning cycle, product specification sheet, p.2 Dispozitivul trebuie să fie echipat cu buton de oprire de urgență pe panoul frontal - da, product specification sheet, p.1 Imprimantă termică - da, product specification sheet, p.1 Monitorizarea procesului - pe ecran LCD - da, product specification sheet, p.7 Monitorizarea în timp real - temperatura in camera de sterilizare, presiune, graficile a ciclului de sterilizare -da, pe ecran LCD, product specification sheet, p.2	CE, ISO
---	---------------	---------	--	---	------------

Semnăt: _____ Numele, prenumele: I. Buznea În calitate de: Product manager
Ofertantul : IM „Becor” SRL Adresa: str. Calea Orheiului 111/5