

Specificatii Tehnice

IMSP Spitalul Raional Soroca „A.Prisacari"

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1768825064620 / 21552303 din 14.02.2026	Alternativa
--	-------------

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea de reactivi-reagenti și consumabile de laborator pentru IMSP Spitalul Raional Soroca „A. Prisacari”, pentru anul 2026	Lot : 14, 15	pag 1 din 1
--	---------------------	-------------

Descrierea bunurilor		Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8

Lotul 14. Expres teste diagnostice pentru investigații la sânge ocult în masele fecale

Test rapid pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	FOB Test Cassette, nr.catalog TFO-602	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	În trusă:Casetă ambalată individual, eprubetă cu diluant și pipetă dozator. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător să fie nu mai mic de 12 luni. Liniile colorate la toate casetele în timpul testării să fie la același nivel. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.	FOB - Test rapid pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale. In trusa sunt incluse : caseta ambalata individual, eprubeta cu diluant si pipeta dozator Cerințe generale pentru lotul 14 . Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare ale produsului sunt indicate pe ambalaj si coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator - nu mai mic de 12 luni. La cerere prezentam mostre pentru testare.. In set sunt inclusi toți reagenții necesari pentru reacție. Instructiunea se anexeaza	Declarația de Conformitate , CE; ISO ; Nr.inregistrarii la AMDM - DM000377425
--	---	-------	---	---	--	--

Lotul 15. Expres teste diagnostice pentru investigații la calprotectină în masele fecale

Test rapid pentru determinarea calprotectinei în masele fecale	Calprotectin - Test rapid cassette, nr.catalog OCAL-602	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Casetă ambalată individual. În ambalajul individual să fie inclusă și o pipetă. 1.Ofertantul prezintă certificatul CE, certificatul de înregistrare și punere pe piață în țara de origine. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni. 2. La cerere de prezentat mostre pentru testare. Ofertantul sa asigure prezența specialistului la procedurile de testare a mostrelor. In set să fie prezenți toți reagenții necesari pentru reacție.	Calprotectin - Test rapid pentru determinarea calprotectinei în masele fecale Cerințe generale pentru lotul 15 . Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare ale produsului sunt indicate pe ambalaj si coincid cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator - nu mai mic de 12 luni. La cerere prezentam mostre pentru testare.. In set sunt inclusi toți reagenții necesari pentru reacție. Instructiunea se anexeaza	Declarația de Conformitate , CE; Certificat ISO
--	--	-------	---	--	--	--

Numele,Prenumele : Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev,6

semnat electronic