

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1771919190533 din 03.03.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea instalației stomatologice combinat cu fotoliu și compresor

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
Achiziționarea instalației stomatologice combinat cu fotoliu și compresor	Instalație "KLT-6220S6" UP, China	China	Foshan Roson	Masa medicului cu brat autobalansant, dotată cu 5 instrumente cu furtunele pe sus (lungime minim de 90 cm): 1. Seringa Spray/apa/aer 2. Furtun turbina fibra optica 3. Furtun cu micromotor electric, greutate maxim 110g, rotații minim 60-maxim 40.000, torq maxim 2Ncm, nivel zgomot – maxim 40dBA 4. Scallor cu LED cu endo funcție 5. Lampa fotopolimer - tastatură pentru funcțiile unit-ului din partea dreapta cu indicatori led a nivelului de putere setat în % - reglarea apei cu un singur maner pentru toate uneltele - Masa cu tava indoita din inox (181x280 +/-10%) - Pedala cu apăsare	Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igiena dentară și tratament stomatologic Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 120°pînă la 180° Tetieră reglabilă Masa medicului cu brat autobalansant, dotată cu 5 instrumente cu furtunele pe sus (lungime minim de 90 cm): Seringa Spray/apa/aer Furtun turbina fibra optica	

				- Lampa scialitica LED - Bloc scuiător cu vas din ceramic - rezervor apă distilată pentru piesele de mână - funcții de umplere pahar și clătire chiuvetă - Aspirație pentru saliva Specificatii tehnice: - Tensiune retea electrica – 220 ÷ 230 V ± 10% - Frecventa – - Putere maxima la 230V/50 Hz - 400 VA + 10% - Nivel minim coborare pacient la fotoliu – maxim 385mm - Nivel maxim ridicare pacient la fotoliu – minim 785mm - Inaltimea maxima a instalatiei stomatologice (inclusiv toate braturile) – maxim 2335 mm Posibilitatea alegerii culorii Cerinte obligatorii: Dispozitivul sa fie inregistrat la AMDM Termen de livrare 5 zile de la data semnarii contractului Ofertantul sa detina certificate ISO:9001 Minim 2 ingineri calificati pentru deservire cu experienta minim 2 ani, confirmat prin diploma de la producator.	Furtun cu micromotor electric, greutate maxim 110g, rotatii minim 60- maxim 40.000, torq maxim 2Ncm, nivel zgomot – maxim 40dBA Scaller cu LED cu endo functie Lampa fotopolimer tastatură pentru funcțiile unit-ului din partea dreapta cu indicatori led a nivelului de putere setat in % reglarea apei cu un singur maner pentru toate uneltele Masa cu tava indoita din inox (181x280 +/-10%) Pedala cu apasare Lampa scialitica LED Bloc scuiător cu vas din ceramic rezervor apă distilată pentru piesele de mână funcții de umplere pahar și clătire chiuvetă Aspirație pentru saliva	
--	--	--	--	--	--	--

					Specificatii tehnice: Tensiune retea electrica – 220 ÷ 230 V ± 10% Frecventa – Putere maxima la 230V/50 Hz - 400 VA + 10% Nivel minim coborare pacient la fotoliu – maxim 385mm Nivel maxim ridicare pacient la fotoliu – minim 785mm Inaltimea maxima a instalatiei stomatologice (inclusiv toate braturile) – maxim 2335 mm Posibilitatea alegerii culorii Compresor	
TOTAL						

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Sergiu Popa În calitate de: Administrator

Ofertantul: Unident-AS SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocelor, 1