

Anexa 22. Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	COP nr. 21300321 / ocds-b3wdp1-MD-1729259288682	Data: 27.09.2023	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Produse parafarmaceutice (repetat III)		Pagina: __ din __

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Mo-del	Țara	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină ofertată	Standarde de referință
1		2		3	4,00	5	6		8
33100000-1	32	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie	4504850 + 2811000	Marea Britanie	Intersurgical	Pediatrie, circuite cu inspirație de aer încălzit și fluxbidirecțional cu d = 15 mm; Calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 0,5-1,0 l, 2) cu conector ungiular, rotație biaxială, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatură în tubul de inspirație: Steril	Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie, circuite cu inspirație de aer încălzit și fluxbidirecțional cu d = 15 mm; Calități: Transparent, gofrat, tip "inspir-expir", Completarea cu: 1) sac de rezervă 1,0L, 2) cu conector ungiular, rotație biaxială, Lungime 150-180 cm, Cu fir/sensor de temperatură în tubul de inspirație, clinic curat	CE, ISO DM000651997 + DM000651999

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B"**