

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1615540708684 din 12.03.21 Serviciul achizitii publice
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziția materialelor de consum pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2021

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-2	1. Lotul nr.4 Dializator, suprafața 1,0 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 6,0$ ml/oră mm Hg;	PURIFIER L100	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,0 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 6 ml/oră Volumul de umplere ≤ 70 m Cerințele specifice Nr Clearance Unitate măsură ml/min	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	

					1 ureea ≥ 168 2 creatinina ≥ 147 3 fosfați ≥ 115 4 vitamina B-12 ≥ 60		
33100000-1	2. Lotul nr.5 Dializator suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 9,0$ ml/oră mm Hg	PURIFIER L140	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,3 – 1,4 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 9 ml/oră Volumul de umplere ≤ 90 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură ml/min 1 ureea ≥ 185 2 creatinina ≥ 172 3 fosfați ≥ 135 4 vitamina B-12 ≥ 75	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	
33100000-1	3. Lotul nr.6 Dializator suprafața 1,5 – 1,6 m-2. Coeficientul de ultrafiltrare $\geq 10,0$ ml/oră mm Hg	PURIFIER L160	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,5 – 1,6 m-2 Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ , β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	

					<p>Coeficientul de UF ≥ 10 ml/oră Volumul de umplere ≤ 100 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 182 2 creatinina ≥ 168 3 fosfați ≥ 130 4 vitamina B-12 ≥ 67</p>		
33100000-1	4. Lotul nr.7 Dializator suprafața 1,7 – 1,8 m-2. Coeficient de ultrafiltrare ≥ 12 ml/oră mm Hg	PURIFIER L180	Turcia	SAFİL TIBBI URUNLER ULUSLARARASI NAK. SAN. TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru Dializator, suprafața 1,7- 1,8 m-2. Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Sterilizare cu vapori, etilenoxidă, γ, β și alte metode de iradiere Da Membrană complet sintetică Da Coeficientul de UF ≥ 12 ml/oră Volumul de umplere ≤ 110 ml Cerințele specifice № Clearance Unitate măsură, ml/min 1 ureea ≥ 186 2 creatinina ≥ 173 3 fosfați ≥ 154 4 vitamina B-12 ≥ 95</p>	Low Flux, Synthetic Dialyser, Gamma Sterilized	
33100000-2	5. Lotul nr.8 (2) Linii pentru sînge (magistrale), artera/vena, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S)	DIARENNEEDLE AV203F	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.	<p>4. Cerințe tehnico-medicale pentru liniile (magistralele) de sînge, arteră/venă, set maturi (pentru aparatele de dializă Fresenius 4008B și 4008S) Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da</p>	Blood Line compitable with FRESENIUS Machines, ETO Sterilized	

					<p>Termen garanție ≥ 2 ani Livrare în set (arteră/venă)+ ac pentru conectare la vasul cu ser fiziologic Da Cameră de captare activă a aerului arterial Da Cameră de captare activă a aerului venos Da Clame montate integral în segment arterial/venos Da Segment conectare/monitorizare tensiune arterială/venoasă cu membrană dublă cu marcaj de culoare corespunzătoare Da Linie pentru heparinizare automată Da Construcție atraumatică a portului de injectare cu membrană de plombare Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Lungimea segmentului (tubului) pentru pompă 350 mm \pm 5 mm. 2 Diametrul segmentului (tubului) pentru pompă 8 mm. 3 Diametrul camerei de captare a sîngelui venos 22 mm. 4 Volumul de umplere la magistrale maturi \leq 161 ml. 5 Lungimea totală a magistralei arteriale \geq 3500 mm. 6 Lungimea totală a magistralei venoase \geq 2700 mm.</p>		
33100000-2	6. Lotul nr.12 Ac pentru puncție, artera (fistuline), 16 G, bucăți	DIARENNEEDLE AVF 16G VR	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, artera (fistuline) - 16G Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da</p>	AV Fistula Needle compitable with FRESENIUS Machines, Gamma Sterilized	

					<p>Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține un orificiu lateral (arterial) Da 2 Vor conține clame integrate. Da 3 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 4 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm – lungimea tubului 150 mm</p>		
33100000-1	7. Lotul nr. 13 Ac pentru puncție, vena (fistuline), 16G, bucăți	DIARENNEEDLE AVF 16G VR	Turcia	FARMASOL TIBBI URUNLER SAN. VE TIC. A.S.	<p>Cerințe tehnico-medicale pentru acele de puncții, vena (fistuline) - 16G Cerințe generale Certificare Internațională (CE sau FDA sau EMEA) Da Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 3 ani Marcaj de culoare corespunzătoare arterie/venă Da Cerințele specifice № Cerința Unitate măsură 1 Vor conține clame integrate. Da 2 Vor conține „fluturași” pentru fixare cu rotație la 360 ° Da 3 Vor avea următorii parametri: – diametrul acului 1,6 mm – lungimea acului 25 mm</p>	AV Fistula Needle compitable with FRESENIUS Machines, Gamma Sterilized	

					– lungimea tubului 150 mm		
--	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadir-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21