

## Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: COP nr. oeds-b3wdp1-MD-1765392231852 din 18.12.2025                                             |                             |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Obiectul de achiziție: Reactivi de laborator și consumabile medicale anul 2026                                                   |                             |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| Denumirea bunurilor                                                                                                              | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul                                     | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Standarde de referință                                     |
| 1                                                                                                                                | 2                           | 3               | 4                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7                                                          |
| <b>Bunuri:</b>                                                                                                                   |                             |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| <b>Lotul 3</b><br><b>Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Teco Coatron X Pro (sistem închis)</b> |                             |                 |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |
| Set pentru determinarea TP pentru coagulometru Teco Coatron X Pro                                                                | A0230-040                   | Germania        | TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH | Flacoane cu PT-reagent liofilizat , ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.              | Flacoane cu PT-reagent liofilizat , ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>              | Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație |
| Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss pentru coagulometru Teco Coatron X Pro                                        | A0511-020                   | Germania        | TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH | Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 40 teste. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 40 teste. Ambalaj 10x2 ml (400 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b> | Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație |
| IBS Buffer pentru fibrinogen pentru coagulometru Teco Coatron X Pro                                                              | A0590-125                   | Germania        | TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH | Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație |

|                                                                                                                                   |           |          |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Plasma de control normală umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro    | P6001-010 | Germania | TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b> | Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație |
| Plasma de control patologică umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro | P6101-010 | Germania | TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. | Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b> | Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație |
| Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro                                                                          | 24 100 00 | Germania | TECO MEDICAL INSTRUMENTS PRODUCTION TRADING GMBH | Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație |

Semnat:\_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9