

Lot nr.46 Autorefractokeratometru Model: FKR900, RedSun Optical

<i>Parametri solicitați</i>	<i>Parametri oferiți</i>
Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +22 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; putere de refracție de la 33.00 până la 67.00 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; astigmatism : să asigure măsurările în intervalul de la -10D până la +10D cu pasul 0.12D și 0.25D; axa 1 - 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 20 mm până la 80 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 5.5 inch; suport cu înălțimea reglabilă electric și minim 2 roți, dacă 4 roți cu sistem de blocare; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu:	Măsurări: diametrul minim al pupilei 2 mm; refracție (diapazoanele minime necesare): sfera de la -25D până la +25 D; cilindru de la -10 D până la +10 D, cu pasul 0.12D și 0.25D; axa de la 0 până la 180°, cu pasul 1°; keratometrie (diapazoanele minime necesare): raza de curbura a corneei de la 5.00 până la 10.00 mm, cu pasul 0.01 mm; axa 1 - 180°, cu pasul 1°; măsurarea distanței interpupilare: automat; manual (de la 10 mm până la 85 mm, pasul 1mm). deplasarea bazei manevrat de joystick; reglarea înălțimii bărbiei motorizată: minim 50 mm; interfețe pentru import/export date: USB, LAN; imprimantă incorporată; monitor LCD tactil color minim 6.5 inch; Masa cu înălțimea reglabilă electric cu 4 roți cu sistem de blocare, Model: AT-20B; alimentare curent alternativ 220V, 50 Hz; Accesorii: Hârtie pentru imprimantă – 10 bucăți. Stic pentru export minim 16 GB -2 bucăți Simulator de testare – 1 bucată. Cerințe de certificare: Anul producerii minim 2022. Termen de garanție nu mai mic de 24 luni din momentul instalării. Instalare, darea în exploatare, instruirea de către participantul câștigător - obligatoriu Training pentru utilizatori la instalare și la solicitare - obligatoriu. Servicii de mentenanță preventivă pe perioada de garanție. În cazul defecțiunii dispozitivului aflat în garanție, termenul reparației va fi adăugat la perioada de garanție totală. Pe perioada garanției timpul de intervenție în caz de defecțiune minim 24h. Documente confirmative: La livrarea dispozitivului medical obligatoriu: Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba

Manual de utilizator în limba română și engleză Manual de service și manual de utilizare în conformitate cu LEGEA Nr. 102 cu privire la dispozitivele medicale din 09.06.2017, capitolul 4 Articolul 14. P. 3. Ghid rapid în limba română laminat atașat de dispozitiv	română laminat atașat de dispozitiv
---	-------------------------------------

AT-3A Motorized Table

Table Size: 480 X 400mm
Range of elevation: 630mm - 820mm
Max Loading: 65kg
Electric Voltage:220V/50Hz or 110V/60Hz
Power:100W
Weight:17.5kg
Volume:60.8(L)x53(w)x26.5(H)cm



AT-20B Motorized Table



Table size:56*48 cm
Table elevator height:63-82cm.
Max loading: 50~75KG
110V 60Hz 220V 50Hz
Rubber wheel

AT-3ADT Motorized Table

There is trial lens set drawer under the table
Table Size: 680 X 400mm
Range of elevation: 630mm - 820mm
Max Loading: 55kg
Electric Voltage:220V/50Hz or 110V/60Hz
Power:100W
Weight:30kg
Volume:60.8(L)x53(w)x26.5(H)cm



AT-116 Motorized Table



Table size:58*47cm
Elevation range for table:67 to 86cm
Input Voltage 110-240V, 50-60Hz
Net weight 15kg

FR-900 FKR900 Auto Refractometer



FR900 without kertometer function

FKR900 With keratometer function

Feature

1. Use Rotating prism principle , same as TOPCON brand ,
Very high accuracy.
2. 6.5" color and touch screen , tilt screen.
3. Vertical auto tracking , motorized chinrest
4. one key lock
5. auto cut paper

Technical Data

Vertex distance (VD):	0mm, 12.0mm, 13.75mm, 15.00mm
Spherical refractive power	-25.00D~+25.00D
Cylindrical refractive power	-10D~+10D
Direction of astigmatic axis	0°~180°
PD measurement	10mm~85mm
Minimum pupil diameter	Φ2.0mm
Corneal curvature radius	5mm~10mm
Direction of corneal astigmatic axis	0°~180°
Cornea diameter	2.0mm~12.0mm
Monitor	6.5 inch Touch LCD monitor
printer	Auto-Cut Data Paper
Saving mode	1/5/10/20/40 minutes automatic screensaver
Power supply	AC220V; 50HZ 75VA
Dimensions/Weight	300(W)*450(D)*500-530(H)mm/20Kg