

Nume Cpd CPV		Denumirea Bunurilor	Produs	Tara de origin	Unitatea De Masura	Capacitatea	Specificatii tehnice solicitate	Specificatii tehnice oferite	Nota
LOT Nr 9. Analizator pentru electroliți EXIAS EI									
33100000-1		Cartus pentru masurare 600	EXIAS	Austria	set	6	Analizator point-of-care automat/semanatizat pentru electroliți. I Certele față de reagenți: reagenți și electrozi încorporați în singur cartus de la producător. II Certe față de cartus: (1) Parametri investigați: Na, K, Cl, Ca ionic, pH, Hematocrit; (2) Valabilitatea cartusului în analizator minim 60 zile; (3) Împachetarea în cartus: 600 investigații, volum de analiză estimat pentru 2 luni; (4) Probe biologice investigate: Ser, Plasma, Singe integral, Urina fără diluție; (5) Limitările metodelor K/Na/Cl să fie maximă pentru posibilitatea de a investiga mostre de urini nediluate; (6) QC executat în 3 nivele. III Certe față de analizator: (1) Compact; (2) Conectare la LIS/HOST; (3) Ecran tactil; (4) Barcode scanner; (5) CE, IVD. Tip împachetare/livrare - cartus, Tip facturare - cartus sau teste.	Analizator point-of-care automat/semanatizat pentru electroliți. I Certe față de reagenți: reagenți și electrozi încorporați în singur cartus de la producător. II Certe față de cartus: (1) Parametri investigați: Na, K, Cl, Ca ionic, pH, Hematocrit; (2) Valabilitatea cartusului în analizator minim 60 zile; (3) Împachetarea în cartus: 600 investigații, volum de analiză estimat pentru 2 luni; (4) Probe biologice investigate: Ser, Plasma, Singe integral, Urina fără diluție; (5) Limitările metodelor K/Na/Cl să fie maximă pentru posibilitatea de a investiga mostre de urini nediluate; (6) QC executat în 3 nivele. III Certe față de analizator: (1) Compact; (2) Conectare la LIS/HOST; (3) Ecran tactil; (4) Barcode scanner; (5) CE, IVD. Tip împachetare/livrare - cartus, Tip facturare - cartus sau teste.	
33100000-1		Control Nivel 1	EXIAS	Austria	Set 1ml x 30 fi	1	Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certificat de conformitate de la producător.	Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certificat de conformitate de la producător.	
33100000-1		Control Nivel 2	EXIAS	Austria	Set 1ml x 30 fi	1	Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certificat de conformitate de la producător.	Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certificat de conformitate de la producător.	
33100000-1		Control Nivel 3	EXIAS	Austria	Set 1ml x 30 fi	1	Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certificat de conformitate de la producător.	Set QC absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Box 1x30. Certificat de conformitate de la producător.	
33100000-1		Capilare	EXIAS	Austria	Set	1	Set de capilare absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Împachetare 100 buci/set. Certificat de conformitate de la producător.	Set de capilare absolut compatibil cu analizator ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat. Împachetare 100 buci/set. Certificat de conformitate de la producător.	
33100000-1		Hirtie termosenzibilă	EXIAS	Austria	Buc	10	Hirtie termosenzibilă absolut compatibilă cu analizatorul ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat.	Hirtie termosenzibilă absolut compatibilă cu analizatorul ionoselectiv din poziția 1 a lotului dat.	