

## SONOLINE "C" COLOUR SCREEN DOPPLER - FOETAL OR VASCULAR

### COLOUR SCREEN POCKET DOPPLER

- portable and lightweight
  - built-in speaker
  - TFT-LCD, real-time display of FHR
  - three working modes: real-time FHR, average FHR and manual calculation
  - display of FHR, bar graph and heartbeat waveform, red alarm for abnormal FHR
  - low power consumption, continuously work for more than 8 hours with two "AA" batteries
  - indication for probe-off and low battery
  - range of probes for foetal or vascular use: 2, 3, 4, 8 MHz probe
- Suitable for use after the 12<sup>th</sup> week of pregnancy



### TECHNICAL SPECIFICATIONS

Ultrasound working frequency:	2 MHz ± 10%
Fetal heart rate:	range: 50-240 bpm resolution: 1 bpm accuracy: ± 2 bpm
Alarm:	high limit: 160 bpm low limit: 120 bpm
Ultrasound intensity:	< 5 mm/cm <sup>2</sup>
Auto power off after 1 minute no signal	
Dimension:	135x92x29 mm
Weight:	245 g
Power supply:	2 AA Batteries LR6 - 1.5 V DC

GIMA code	SONOLINE "C" COLOUR SCREEN DOPPLER
29480	SONOLINE "C" Colour screen doppler - without probe
29481	2 MHz waterproof probe - gynaecology
29482	3 MHz waterproof probe - gynaecology
29483	4 MHz waterproof probe - vascular
29484	8 MHz waterproof probe - vascular

## LATEX PROBE COVERS



- 29510 LATEX PROBE COVERS - transparent - bag of 100 pcs - bulk
  - 29513 LATEX PROBE COVERS - transparent - box of 50
  - 29514 LATEX PROBE COVERS - transparent - box of 500
- Probes for ecography and doppler. Length 17 cm, Ø 3.3 cm  
Individually packed in single plastic bag, except 29510.

## OBSTETRIC STETHOSCOPES

- 32501 SHORT OBSTETRIC STETHOSCOPE - beech-wood
  - 32502 LONG OBSTETRIC STETHOSCOPE - beech-wood
- These stethoscopes are hand-craft manufactured, made in beech-wood accurately selected and seasoned for at least 3 years. They have a perfect finish with a special transparent varnish. Packed in single box. Made in Germany.
- 32505 PINARD STETHOSCOPE - aluminium



## SCHULTZE SALPINGOGRAPH

- 29780 SALPINGOGRAPH
- Instrument for hystero-salpingography and tubal insufflation, Prof. Gunter K. F. Schultze from Berlin type. Made in Germany.
- 29782 WATCH FOR SALPINGOGRAPH
  - 29785 HYSTERO SYRINGE - 20 cc - LUER LOCK - spare

### HYSTEOSALPINGOGRAPH: STANDARD ACCESSORIES

Watch for hystero	Hystero syringe 20 cc Luer Lock
Rack-bar	3 interchangeable cones (small-medium-large)




## SUCTION CUPS

- 29980 SILICONE SUCTION CUP - Ø 60x210 mm
- 29981 SILICONE SUCTION CUP - Ø 70x210 mm



Made in medical grade silicone.

Compatible with Gima aspirators, preferably over 20 l/min.  
Pressure to be adjusted by professional.



Instrument can also be read in the dark thanks to the luminescent substance used on the scale

# HOSPITAL HF ELECTROSURGICAL UNITS 240 AND 380 WATT



**30690** CONTEMPORARY DUAL MODE MB 240 and 380 can be used in the same time in monopolar mode (by handle) and bipolar mode (by footswitch)  
 A special electronic circuit (Skin Plate Electronic Control) continuously warns the plate to patient contact safety and unwanted short circuit in the connecting cable

- 30690 DIATERMO MB 240
- 30692 DIATERMO MB 380



These HF electrocautery units can be used to execute monopolar and bipolar surgery when high precision and reliability are essential, as in the endoscopic surgery.

**EASY TO USE**

Graphic icons allow an easy selection of the operation mode. All operating conditions and selected output controls are represented by bright digital indications.

**CUT**

The monopolar cut can be performed by pure sine current to obtain an incision with a minimum damage for the adjacent tissues and sure recovery for first intention.

Two different modes of modulation allow to reduce bleeding during monopolar cut. In the bipolar mode the cut can be effected by pure sine current.

**HEMOSTASIS**

When the surgical action requires the obliteration of a blood vessel the availability of currents with different coagulative powers enables this type of work both with monopolar and bipolar surgery.

**FULGURATION**

When it is necessary to cause a superficial necrosis of wide areas, protecting the deeper tissues, a special coagulant current that dehydrates the superficial layer of the tissue and reduces the possibility to damage those beneath is available for the operation.

**OUTPUT CONTROL**

Output power levels are adjustable through incremental

encoders that allow the exact pre-sets and repetition of the values. The output function is linearized and controlled by ultra-modern electronic micro-controllers which will interrupt power if any alarm condition happens.

**SAFETY OF USE**

Circuits dedicated to the safety of operator and patient are the priority. This ensure the leakage current is kept well under the international requirements values, whatever the output condition. Monopolar and bipolar output circuits are completely floating and the use of the defibrillator is allowed while the reference plate patient is connected.

**RELIABILITY**


DIATERMO MB uses all solid state electronic circuits and is made with interchangeable units for a fast and effective maintenance. Automatic control circuits protect the units from damage also in case of repeated improper use.



TECHNICAL SPECIFICATIONS DIATERMO MB 240/DIATERMO MB 380					
<b>Activation devices</b>					
Bipolar: footswitch		Working frequency	Max power	Peak to peak voltage	Load resistance
Dual: bipolar - footswitch monopolar - manual		475 kHz	240/MB 380		
Monopolar: footswitch manual	Monopolar output				
Mains: 115/230 Vac 50-60 Hz	Cut output		250W/375W	1.4 kV	300 Ohm
Absorption: 800 VA	Cut/coag 1 output		225W/340W	1.4 kV	300 Ohm
Class I CF	Cut/coag 2 output		200W/300W	1.4 kV	300 Ohm
Weight: 15 kg	Coag 1 output		150W/225W	1.4 kV	300 Ohm
Size: 370x470x150 mm	Coag 2 output		100W/150W	1.4 kV	300 Ohm
Warranty: 12 months (accessories not included)	Coag 3 output (spray)		80W	4.2 kV	2000 Ohm
Norms: IEC 601-2-2 - IEC 601-1 CE, 93/42/EEC	Bipolar output	525 kHz			
	Cut output		90W	0.5 kV	100 Ohm
	Coag output		80W	0.5 kV	100 Ohm

- STANDARD ACCESSORIES**
- 1 - Power supply cord SIEM-CEE 5 m
  - 1 - Two-button autoclavable handle (30536)
  - 5 - Two-button single use handle
  - 1 - Cable for disposable plate
  - 5 - Disposable plate
  - 1 - Water proof double foot switch
  - 3 - Short, general surgery blade electrode
  - 3 - Long, general surgery blade electrode
  - 3 - Short, general surgery needle electrode
  - 3 - Short, general surgery ball electrode
  - 1 - User manual (IT, GB, ES)
  - 1 - Service manual (IT, GB)

## LAPAROSCOPIC ELECTRODES



Laparoscopic electrodes without suction for use with Diatermo MB 240/250/300/380/400 with connecting cable 4 mm (30609)

GIMA code	LAPAROSCOPIC ELECTRODES
30605	L-Hook electrode - 36 cm
30606	J-Hook electrode - 36 cm
30607	Spatula electrode - 36 cm
30609	Monopolar cable - 4 mm - M - F




# BIPOLAR CABLES FOR MAJOR BRANDS

Quality highly flexible silicone bipolar cables. Autoclavable at 134°C for minimum 20 times. 3 m long (10").

Recommended ETO sterilization for max extended life. Suitable for most generators, with connector for European or US forceps.

<p><b>30642</b> • <b>30642 BIPOLAR CABLE ADAPTOR</b></p>	<p>Connector to forceps</p>	<p>Connector to electro-surgical unit</p>	<p>Connector to forceps</p>	<p>Connector to electro-surgical unit</p>						
	<p>Pin distance 29 mm</p>									
<b>GIMA Code</b>	<b>30632</b>	<b>30618</b>	<b>30640</b>	<b>30637</b>	<b>30643</b>	<b>30618+ 30642</b>	<b>30617</b>	<b>30644</b>	<b>30639</b>	<b>30638</b>
<b>Connector to forceps</b>	EU	US	EU	US	EU	US	EU	US	EU	EU
<b>Compatibility brand/model</b>	GIMA: MB 240 MB 380 VALLEY LAB, CONMED, CODMAN, OLYMPUS		GIMA: MB 120 F, MB 200 F, MB 200 D, MB 250, MB 300 D, MB 400 D LED: SURTRON 120, 200, 300, 400 VALLEY LAB, EMC, DOLLEY		GIMA: MB 122, MB 160, MB 200, MB 202		GIMA: MB 80 D, MB 120 D, MB 160 D LED: SURTRON 80, 120, 160		MARTIN BERCHTOLD AESCLAP WOLF	ERBE SELECT DOWNS SIEMENS

# SINGLE USE, METAL AND RUBBER PLATES



- 30492 DISPOSABLE GROUND PADS WITH SOLID GEL - adult
- 30490 DISPOSABLE GROUND PADS WITH SOLID GEL - pediatric
- 30493 REM DISPOSABLE GROUND PADS WITH SOLID GEL - adult
- Adult ground plate with solid gel. Single use plate individually packed
- 30563 CABLE FOR PLATES - 5 m
- Universal cable to connect plates (30490-30495) to diatermo. Safety lock with universal connection - bipolar Ø 6.3 mm plug.
- 30494 DISPOSABLE NON WOVEN GROUND PADS - adult/ped
- 30495 REM DISPOSABLE NON WOVEN GROUND PADS - adult/ped

- 30573 RUBBER PLATE 20x15 cm - without cable
- 30574 REM RUBBER PLATE 20x15 cm - without cable
- 30575 CABLE FOR RUBBER PLATES
- 30566 METAL PLATE - without cable
- 30563 CABLE FOR PLATES - 5 m
- 30559 CABLE FOR PLATES - 2.5 m
- 30564 SURGEON NEUTRAL PLATE 16x12 cm - with cable
- 30561 ROD NEUTRAL PLATE with cable

# 3M ELECTROSURGICAL GROUNDING PADS WITH SAFETY RING

- 30496 3M 9160 SPLIT GROUNDING PAD - box of 100
  - 30497 3M 9160F SPLIT GROUNDING PAD - box of 200 (40 pouches of 5 pieces)
  - 30498 3M 9165 SPLIT GROUNDING PAD - pre-recorded - box of 40
- The 3M 9160, and 9165 Universal Grounding Pads all have a conductor area of 15 square inches and come with the patented 3M Green Safety Ring technology which allows them to perform the same as grounding pads that are up to 33% larger in conductor area. Green Ring allows adult and pediatric use.

In addition, they have fluid resistant, non-woven backing which allows heat to pass through up to 25% faster than foam, and they have no minimum age or weight limit.



**30498**  
(3M 9165)

**30496, 30497**  
(3M 9160)



## GIMA ULTRASOUND GEL



GIMA code	ULTRASOUND GEL	Minimum order
33269	Sterile ultrasound gel - sachet - 20ml - transp	box of 48
33271	Ultrasound gel - sachet - 20ml - transparent	box of 200
33270	Ultrasound gel - tube 60 ml - transparent	box of 12
33272	Ultrasound gel - tube 250 ml - blue	box of 40
33273	Ultrasound gel - tube 250 ml - transparent	box of 40
33274	Ultrasound gel - bottle 1 l - blue	box of 12
33275	Ultrasound gel - bottle 1 l - transparent	box of 12
33276	Ultrasound gel - tank 5 l - blue	box of 2*
33277	Ultrasound gel - tank 5 l - transparent	box of 2*
33278	Ultrasound gel - bag 5 l - blue	box of 4**
33279	Ultrasound gel - bag 5 l - transparent	box of 4**
33283	Pump for tank 5 l and bag 5 l	

\*includes 2 empty bottles 250 ml \*\* includes 4 empty bottles 250 ml and 1 nozzle

### GIMA ULTRASOUND GEL

Hypoallergenic, water soluble gel suitable for ultrasonography, doppler and defibrillator applications. It ensures the ultrasound waves come to the equipment display in a clear and uninterrupted way. Salt, formaldehyde, fragrance free.



## GEL CLEANER

• **33281 GEL PROBE CLEANER 250 ml** 33281  
It removes the gel left over the probe, makes the image clearer and extends the probe life. Thanks to the active agents contained, it prevents the bacteria to pass from patient to patient, and it ensures hygiene. Alcohol-free.



## COSMETIC GEL



## TECARTHERAPY CREAM

• **33251 TECARTHERAPY CREAM 1 l** 33251  
It allows to reduce the contact impedance between the probe and the skin. The high conductivity ensures the best results both in the capacitive phase and in the resistive phase of the treatment. Preservatives and dyes used are non-toxic. Latex free.



## EEG PASTE

• **33262 EEG PASTE - 400 g** 33262  
Used with EEG electrodes in EEG application for brain mapping. Thanks to the active substances in its content, it allows the electrode to cling to the strand of hair easily and provides conductivity. It is hypoallergenic, does not irritate skin, soluble in water and can be cleaned easily. Does not contain oil and oily substances. It has no toxic effects and odour.




### KONIX COSMETIC LASER & CAVITATION GEL

Laser & Cavitation gel reduces the pain that patients experience during depilation and makes the device last longer by cooling the device head and window. Thanks to the vacuum technology, its active substances and its high viscosity it preserves probe from damages. It is not affected by the body salt during the use, ensures an easy application. **Technical properties:** it is hypoallergenic, does not irritate skin, is water soluble and easily cleanable. Oily substances, formaldehyde and salt free. No toxic effects and odourless.

GIMA code	COSMETIC LASER & CAVITATION GEL	Minimum order
33253	Cosmetic gel - tube 250 ml	box of 40
33254	Cosmetic gel - bottle 1 l	box of 12
33255	Cosmetic gel - bag 5 l	box of 4**
33283	Pump for bag 5 l	

\*\* includes 4 empty bottles 250 ml and 1 nozzle for easy refill



Reg. Number	10164 - M	Valid From	2018-10-01
First issue date	2012-10-15	Last change date	2020-05-06
Valid until	2021-10-14		
Previous expiry date			

Quality Management System Certificate  
**ISO 13485:2016**

We certify that the Quality Management System of the Organization:

**GIMA S.p.A.**

Is in compliance with the standard UNI CEI EN ISO 13485:2016 for the following products/services:

Management of design and manufacturing, trade, packaging and assistance of: medical devices (DM), in vitro-diagnostic medical devices (IVD), accessories

Chief Operating Officer  
Giampiero Belcredi

The maintaining of certification is subject to annual surveillance and dependent upon the observance of Kiwa Cermet Italia contractual requirements.

Refer to quality manual for details of exclusion of UNI CEI EN ISO 13485:2016 requirements.

This certificate is composed of 1 page.

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico,  
soggetta all'attività di  
direzione e coordinamento di  
Kiwa Italia Holding Srl

Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia  
(BO)

Tel +39.051.459.3.111

Fax +39.051.763.382

E-mail: [info@kiwacermet.it](mailto:info@kiwacermet.it)

[www.kiwa.it](http://www.kiwa.it)



**GIMA S.p.A.**

**Registered Headquarters**

- Via Grossi, 2 20121 Milano Italia

**Certified Sites**

- Via Marconi, 1 20060 Gessate ( MI ) Italia





Reg. Numero / <i>Reg. Number</i>	MED 26036	Revisione / <i>Revision</i>	22
Primo rilascio / <i>First issue date</i>	2006-10-25	Valido da / <i>Valid from</i>	2016-10-24
Scadenza / <i>Valid until</i>	2021-10-24	Ultima modifica / <i>Last change date</i>	2020-04-24

Pagina / Page 1 di / of 9

## Certificato CE del Sistema di Garanzia della Qualità *EC Quality Assurance System Certificate*

Si certifica che, sulla base dei risultati degli audit effettuati, il Sistema di garanzia di Qualità della Produzione dell'Organizzazione/ *We certify that, on the basis of the audits carried out, the Production Quality Assurance System of the Organization:*

### GIMA S.p.A.

**Sede Operativa / Operational Headquarter:**

Via Marconi, 1  
20060 Gessate, MI - Italia

**Sede Legale / Registered Headquarter**

Via Tommaso Grossi, 2  
20121 Milano, MI - Italia

è conforme ai requisiti applicabili della Direttiva 93/42/CEE e successive modifiche ed integrazioni, Allegato V, attuata in Italia con Dlgs. 46 del 1997/02/24 e successive modifiche ed integrazioni per le seguenti tipologie di Dispositivi Medici / *Is in compliance with the applicable requirements of 93/42/EEC Directive as amended, Annex V, transposed in Italy by Dlgs. 46 of 1997/02/24 as amended for the following Medical Devices:*

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / *Active substances and liquids suctioning devices*  
 Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / *Sterile Single use gynaecology and ENT devices*  
 Dispositivi per aerosolterapia / *Aerosol therapy devices*  
 Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / *Blood pressure measuring devices*  
 Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / *Oxygen saturation measuring devices*  
 Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / *Body temperature measuring devices*  
 Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / *Physiological parameters measuring devices*  
 Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*  
 Dispositivi per terapia termica / *Thermic therapy devices*  
 Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument kit*  
 Strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument*

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

Rif. rapporto di audit/ *Ref. audit report:* del/dated 08-14/11/2019

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:27/04/2020 08:18:48



Organismo Notificato n. 0476  
*Notified Body nr. 0476*



Reg. Numero / <i>Reg. Number</i>	MED 26036	Revisione / <i>Revision</i>	22
Primo rilascio / <i>First issue date</i>	2006-10-25	Valido da / <i>Valid from</i>	2016-10-24
Scadenza / <i>Valid until</i>	2021-10-24	Ultima modifica / <i>Last change date</i>	2020-04-24

## Allegato tecnico al Certificato/ *Technical sheet enclosed to the Certificate*

### Identificazione dei Dispositivi Medici/ *Identification of Medical Devices:*

#### Tipologia / *Medical Devices:*

Dispositivi attivi per l'aspirazione di sostanze e liquidi / *Active substances and liquids suctioning devices*

#### Classe di rischio / *Risk class:*

II a

#### Codice NANDO / *NANDO codes:*

MD 1104

#### Marca / *Brandname:*

VEGA / SUPER VEGA / TOBI / SUPER TOBI / TOBI CLINIC / TOBI HOSPITAL / CLINIC PLUS / HOSPI PLUS

#### Modello / *Model:*

Aspiratori chirurgici e vasi di ricambio / *Surgical aspirators and jars*

#### Tipologia / *Medical Devices:*

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / *Sterile Single use gynaecology and ENT devices*

#### Classe di rischio / *Risk class:*

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / *restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions*

#### Codice NANDO / *NANDO codes:*

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

#### Modello / *Model:*

Kit ORL sterile / *Sterile ENT kit*

#### Modello / *Model:*

Kit pap test / *Pap smear kit*

#### Modello / *Model:*

Spatula cervicale monouso sterile in plastica o legno / *Disposable sterile plastic or wooden cervical spatula*

#### Modello / *Model:*

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - mix / *Disposable sterile vaginal speculum central pin - mix*

#### Modello / *Model:*

Speculum vaginale monouso sterile perno centrale - piccolo, medio, grande / *Disposable sterile vaginal speculum central pin - small, medium, large*

### Chief Operating Officer

*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:27/04/2020 08:19:37





Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	22
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2016-10-24
Scadenza / Valid until	2021-10-24	Ultima modifica / Last change date	2020-04-24

Pagina / Page 3 di / of 9

## **Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate**

### **Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:**

#### **Tipologia / Medical Devices:**

Dispositivi monouso sterili per ginecologia e otorinolaringoiatria / *Sterile Single use gynaecology and ENT devices*

#### **Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile tache - mix / Disposable sterile vaginal speculum tache - mix

#### **Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile vite centrale - mix / Disposable sterile vaginal speculum middle screw - mix

#### **Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale - mix / Disposable sterile vaginal speculum side screw - mix

#### **Modello / Model:**

Speculum vaginale monouso sterile vite laterale (piccolo, medio, grande) / Disposable sterile vaginal speculum side screw - small, medium, large

#### **Modello / Model:**

Tampone di trasporto in plastica sterile / Sterile plastic transport swab

#### **Marca / Brandname:**

Gimabrush Ball / Gimabrush / Gima Collector

#### **Modello / Model:**

Spazzolini cervicali monouso sterile / Sterile disposable cervical brushes

#### **Classe di rischio / Risk class:**

II a

#### **Codice NANDO / NANDO codes:**

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

#### **Modello / Model:**

Proctoscopio adulti / Adult proctoscope

# CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:27/04/2020 08:19:59



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476







Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	22
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2016-10-24
Scadenza / Valid until	2021-10-24	Ultima modifica / Last change date	2020-04-24

Pagina / Page 4 di / of 9

## Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

### Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per aerosolterapia / Aerosol therapy devices

#### Classe di rischio / Risk class:

II a

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1102

#### Modello / Model:

Aerosol a pistone adulti e bambini / Adult and Kids compressor nebulizers

#### Marca / Brandname:

EOLO / CORSIA

#### Modello / Model:

Aerosol professionale a pistone / Professional compressor nebulizers

#### Marca / Brandname:

MISTRAL

#### Modello / Model:

Aerosol professionale a pistone per uso domiciliare / Professional compressor nebulizers for home healthcare environment

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

#### Classe di rischio / Risk class:

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / restricted to the aspects concerned the metrological requirements

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104

#### Marca / Brandname:

BOSTON / BOSTON OLPRESS / BOSTON LOBIVON / BOSTON COMBISARTAN / BOSTON VALPRESSION / DALLAS / GIMATONO / LONDON / ROMA / TOKIO / TOKIO ZANTIPRESS / DAYTON

#### Modello / Model:

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

### Chief Operating Officer

*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 27/04/2020 08:20:27



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476



Reg. Numero /  
Reg. Number MED 26036

Revisione /  
Revision 22

Primo rilascio /  
First issue date 2006-10-25

Valido da /  
Valid from 2016-10-24

Scadenza /  
Valid until 2021-10-24

Ultima modifica /  
Last change date 2020-04-24

Pagina / Page 5 di / of 9

CERTIFICATE

## Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

### Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della pressione sanguigna / Blood pressure measuring devices

#### Marca / Brandname:

SIRIO

#### Modello / Model:

Manometro Aneroide / Aneroid manometer

#### Marca / Brandname:

YTON

#### Modello / Model:

Sfigmomanometri Aneroidi / Aneroid Sphygmomanometers

#### Classe di rischio / Risk class:

II a

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

#### Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali DA POLSO / DA BRACCIO / Digital Sphygmomanometers WRIST / ARM

#### Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali SENZA MERCURIO / Digital Sphygmomanometers WITHOUT MERCURY

#### Marca / Brandname:

DA POLSO/WRIST - DA BRACCIO/ARM / 24 H ABPM

#### Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali Automatici / Digital Automatic Sphygmomanometers

#### Marca / Brandname:

YTON / DOMINO

#### Modello / Model:

Sfigmomanometri Digitali / Digital Sphygmomanometers

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 27/04/2020 08:20:55



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476



Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	22
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2016-10-24
Scadenza / Valid until	2021-10-24	Ultima modifica / Last change date	2020-04-24

## Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

### Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della saturazione di ossigeno / Oxygen saturation measuring devices

#### Classe di rischio / Risk class:

II a

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

#### Modello / Model:

Pulsoximetri / Pulse oximeters

#### Tipologia / Medical Devices:

Dispositivi per la misurazione della temperatura corporea / Body temperature measuring devices

#### Classe di rischio / Risk class:

II a

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 1302, MD 0104, MDS 7010

#### Marca / Brandname:

DIGIT / DIGIT KIDS FARMAMED

#### Modello / Model:

NUB -Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

#### Marca / Brandname:

FARMAMED / LINEA F / CARREFOUR / GS /PBpharma / 36.2 T&B / SUCCHIOTTO °C / BASALE / GIMA

#### Modello / Model:

Termometri clinici digitali classici e flessibili / Digital clinical thermometers classic and flexible

#### Marca / Brandname:

FARMAMED / LINEA F / GIMA

#### Modello / Model:

WATERPROOF- Termometri clinici digitali / Digital clinical thermometers

#### Marca / Brandname:

PBpharma /GIMA

#### Modello / Model:

Termometri clinici digitali auricolari e frontali multifunzione / Digital clinical ear and ahaed multifunction thermometers

### Chief Operating Officer

*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:27/04/2020 08:21:18





Reg. Numero / <i>Reg. Number</i>	MED 26036	Revisione / <i>Revision</i>	22
Primo rilascio / <i>First issue date</i>	2006-10-25	Valido da / <i>Valid from</i>	2016-10-24
Scadenza / <i>Valid until</i>	2021-10-24	Ultima modifica / <i>Last change date</i>	2020-04-24

Pagina / Page 7 di / of 9

## **Allegato tecnico al Certificato/ *Technical sheet enclosed to the Certificate***

### **Identificazione dei Dispositivi Medici/ *Identification of Medical Devices:***

#### **Tipologia / *Medical Devices:***

Dispositivi per la misurazione di parametri fisiologici / *Physiological parameters measuring devices*

#### **Classe di rischio / *Risk class:***

I m - Limitatamente agli aspetti relativi ai requisiti metrologici / *restricted to the aspects concerned the metrological requirements*

#### **Codice NANDO / *NANDO codes:***

MD 1301, MD 0104

#### **Modello / *Model:***

Altimetro - Plicometro - Metro per neonati / *Height meter - Skinfold caliper - Baby measuring meter*

#### **Codice NANDO / *NANDO codes:***

MD 1301, MD 0104, MDS 7010

#### **Modello / *Model:***

Bilancia pesapersona / *Scales - ASTRA - FAMILY - PEGASO*

#### **Tipologia / *Medical Devices:***

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*

#### **Classe di rischio / *Risk class:***

II a

#### **Codice NANDO / *NANDO codes:***

MD 0101

#### **Modello / *Model:***

Cannule di Guedel sterili / *Sterile Guedel airways*

#### **Modello / *Model:***

Maschera per rianimazione CPR / *CPR resuscitator mask*

#### **Modello / *Model:***

Maschere in silicone autoclavabili / *Maschere autoclavabili in silicone GIMA PLUS / Silicone autoclavable face masks / Silicone autoclavable face masks GIMA PLUS*

#### **Modello / *Model:***

Maschere laringee riutilizzabili / *Reusable laryngeal airway masks*

#### **Modello / *Model:***

Palloncini rianimatori in silicone / *Kit Palloncini rianimatori in silicone adulti / Silicone resuscitators / Adult silicone resuscitators kit*

### **Chief Operating Officer**

*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 27/04/2020 08:21:48



Organismo Notificato n. 0476  
*Notified Body nr. 0476*

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

CERMET



Reg. Numero / <i>Reg. Number</i>	MED 26036	Revisione / <i>Revision</i>	22
Primo rilascio / <i>First issue date</i>	2006-10-25	Valido da / <i>Valid from</i>	2016-10-24
Scadenza / <i>Valid until</i>	2021-10-24	Ultima modifica / <i>Last change date</i>	2020-04-24

Pagina / Page 8 di / of 9

## **Allegato tecnico al Certificato/ *Technical sheet enclosed to the Certificate***

### **Identificazione dei Dispositivi Medici/ *Identification of Medical Devices:***

#### **Tipologia / *Medical Devices:***

Dispositivi per rianimazione ed assistenza respiratoria / *Respiratory care and resuscitation devices*

#### **Modello / Model:**

Reservoir monouso (sacche ossigeno) e valvola / *Oxygen reservoir and valve*

#### **Modello / Model:**

Valvola PEEP e adattatore / Valvola antireflusso e posteriore / *Peep valve and adapter / Non-rebreathing valve and intake valve*

#### **Tipologia / *Medical Devices:***

Dispositivi per terapia termica / *Thermic therapy devices*

#### **Classe di rischio / *Risk class:***

II a

#### **Codice NANDO / *NANDO codes:***

MD 1403

#### **Modello / Model:**

Ghiaccio istantaneo TNT / PE / TNT / PE instant ice cold pack

#### **Tipologia / *Medical Devices:***

Kit di strumentario chirurgico monouso sterile / *Sterile single use surgical instrument kit*

#### **Classe di rischio / *Risk class:***

II a

#### **Codice NANDO / *NANDO codes:***

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

#### **Modello / Model:**

Kit per sutura standard / Kit per rimozione sutura / kit procedurale sutura / kit standard per parto / *Standard suture pack / Suture removal pack / Suture procedure pack / Standard delivery pack*

CERTIFICATE

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

**Chief Operating Officer**  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da: BELCREDI GIAMPIERO  
Data: 27/04/2020 08:22:12



Organismo Notificato n. 0476  
*Notified Body nr. 0476*



Reg. Numero / Reg. Number	MED 26036	Revisione / Revision	22
Primo rilascio / First issue date	2006-10-25	Valido da / Valid from	2016-10-24
Scadenza / Valid until	2021-10-24	Ultima modifica / Last change date	2020-04-24

Pagina / Page 9 di / of 9

## Allegato tecnico al Certificato/ Technical sheet enclosed to the Certificate

### Identificazione dei Dispositivi Medici/ Identification of Medical Devices:

#### Tipologia / Medical Devices:

Strumentario chirurgico monouso sterile / Sterile single use surgical instrument

#### Classe di rischio / Risk class:

I s - Limitatamente agli aspetti relativi al mantenimento della sterilità / restricted to the aspects concerned the maintenance of sterile conditions

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

#### Modello / Model:

Forbici per bende di Lister / Forbici chirurgiche standard / Lister bandage scissors / Standard surgical scissors

#### Modello / Model:

Pinza di Magill / Pinza di Hartmann per orecchio / Magill forceps / Hartmann ear forceps

#### Classe di rischio / Risk class:

II a

#### Codice NANDO / NANDO codes:

MD 0106, MDS 7006 Ethylene oxide gas sterilization (EOG)

#### Modello / Model:

Forbici di Mayo / Forbici di Metzenbaum / Forbici Iris / Forbice ombelicale / Forbice per chirurgia orecchio di Bellucci / Pinze per medicazione standard / Pinze di Hunter-Splinter / Pinze emostatiche di Adson / Pinze emostatiche Halstead-Mosquito / Pinza per dissezione McIndoe / Pinze di Pean / Pinza di Spencer-Wells / Pinza portatamponi di Foerster / Portaghi di Hegar- Mayo / Portaghi di Crile-Wood / Mayo scissors / Metzenbaum scissors / Iris scissors / Umbilical scissors / Bellucci ear scissors / Standard dressing forceps / Hunter-Splinter forceps/ Adson haemostatic forceps/ Halstead-Mosquito dissection forceps / McIndoe dissection forceps/ Pean forceps / Spencer-Wells forceps/ Foerster polypus forceps/ Hegar-Mayo needle holder / Crile-Wood needle holder

La lista completa dei codici, relativi ai modelli certificati, è disponibile presso Kiwa Cermet Italia./ *The complete list of the codes related to the certificated models is available at Kiwa Cermet Italia.* Il presente Certificato è soggetto al rispetto dei requisiti contrattuali di Kiwa Cermet Italia ed è valido solo per le tipologie di dispositivi sopra identificate soggette a sorveglianza/ *This Certificate is subject to Kiwa Cermet Italia regulations and it is valid only for the above mentioned Medical Devices that are subject to survey.* L'allegato tecnico è parte integrante del presente Certificato./ *The technical sheet is an integrating part of this Certificate.*

Kiwa Cermet Italia S.p.A.  
Società con socio unico, soggetta  
all'attività di direzione e coordinamento  
di Kiwa Italia Holding S.r.l.  
Via Cadriano, 23  
40057 Granarolo dell'Emilia (BO)  
Tel +39.051.459.3.111  
Fax +39.051.763.382  
E-mail: info@kiwacermet.it  
www.kiwacermet.it

Chief Operating Officer  
*Giampiero Belcredi*

Firmato digitalmente da:BELCREDI GIAMPIERO  
Data:27/04/2020 08:22:36



Organismo Notificato n. 0476  
Notified Body nr. 0476