

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

 Anexa 22
 la Documentatia standard nr 115
 din „15” septembrie 2021

Specificatii tehnice
[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1748613106748 _30.05.2025
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.14)
CPV: 33100000-1 - Echipamente medicale

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 20: Spălător pentru microplăci ELISA automat	Spălător pentru microplăci ELISA automat - APW-200 Microplate Washer	CHINA	Hangzhou Allsheng Instruments Co., Ltd.	Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație/combinare/dozare.	Descriere Este fabricat pentru curățarea diferitor tipuri de microplăci, complet programabil asigurând soluții de diferite concentrații, aspirație, aspirație /combinare/dozare. AS-16020-00 APW-200 microplate washer AS-16011-01- 8 needles washing head AS-16011-03 Washing liquid bottle	cf Anexa 1

Complete Laboratory Solutions

Planning | Designing | Laboratory Equipment Delivery | Installation | Personnel Training | Consumables Delivery | Maintenance | After Sales Service

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertantul LABORATORIUM GRUP	Standard e de referință
					AS-16011-04 Waste liquid bottle	
				Parametru Specificația	Parametrii Specificații:	
				Alimentare 220-240 V, 50 Hz	Alimentare 220-240 V, 50/60 Hz	
				Canale de la 8 până la 12	Canale: 1x 8 (stabdard) sau 1x 12 (optional)	
				Capabile să spele toate tipurile de microplăci da	Capabil să spele toate tipurile de microplăci (placi cu fund plat, in forma de U; V; și C.	
				Dotat cu calibrator da	Dotat cu calibrator	
				Afișare LCD	Afișare LCD 4,3 inch	
				Programabil da	Programabil	
				tastatură: patru taste cheie cu membrană	tastatură: patru taste cheie cu membrană	
				Alarmă da Control automat	Are alarmă și Control automat	
				Numărul ciclurilor de spălare 1...15	Numărul ciclurilor de spălare 1...15	
				Volumul de soluție de dispersare:	Volumul de soluție de dispersare:	
				-50-300 µl cu pas de 50 µl;	50-2000 µl cu pas de 50 µl;	
				-50-400 µl cu pas de 50 µl;	50-2000 µl cu pas de 50 µl;	
				Uniformitate de dispensare (CV): ≤ 4% pe toată suprafața plăcii	Uniformitate de dispensare (CV): ≤ 1,5%@ 300µl	
				Volumul residual ≤5 µl	Volumul residual ≤1 µl	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Cernei Silian În calitate de: Administrator
Ofertantul: LABORATORIUM GRUP Adresa: str. Independentei 1/A, Ap. 93, mun Chişinău
Tel/Mob: +37360999911 Data: 09.07.2025