

Numărul procedurii de achiziție: 21019761 din 17 februarie 2020

Denumirea procedurii de achiziție: Seturi pentru operații cardiocirurgicale și Articole de uz medical pentru Anestezie și Terapie intensiva cardiocirurgie pentru an.2020								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	6	Tub-traheostomice cu manjetă tip „Portex” Nr. 7,5	100/518/075	Smiths	Marea Britanie	Nr 7,5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg-contrast. Presiunea admisibilă în manjetă până la 20mm H2O	Nr 7,5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg-contrast. Presiunea admisibilă în manjetă până la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/075 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/518/080	Smiths	Marea Britanie	Nr 8,0. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg-contrast. Presiunea admisibilă în manjetă până la 20mm H2O	Nr 8,0. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg-contrast. Presiunea admisibilă în manjetă până la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/080 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO
			100/518/085	Smiths	Marea Britanie	Nr 8,5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg-contrast. Presiunea admisibilă în manjetă până la 20mm H2O	Nr 8,5. Material polivinilclorid, steril, siliconizată, netoxică cu linia rg-contrast. Presiunea admisibilă în manjetă până la 20mm H2O Codul Produsului: 100/518/085 Certificat CE , Certificat ISO 13485 Confirmarea precum ca la livrare termenul de valabilitate a produsului va fi nu mai mic de 80% din termenul total de valabilitate a acestuia.	CEE, ISO

Numele, Prenumele: Budurin Igor În calitate de: director

Ofertantul: "GRAZY PRICE MEDICAL" SRL Adresa: mun.Chisinau, str. Gheorghe Madan, 87/7