

a Dispoziti

Numărul licitației:
Denumirea licitației:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului
1	2			3
3310	8	Instalații Stomatologice	8. Instalații Stomatologice	Instalatie "KLT-6220S9

Semnat: _____

Ofertantul: Visi

Specificații tehnice

velor medicale, conform necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (lista sup
 Licitatia publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1725026567168 dir

Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă
4	5	6
China	FOSHAN ROSON MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.	Unitate stomatologică (caracteristici avansate) Cod 120120 Descriere Reprezintă echipamentul stomatologic esențial pentru igienă dentară și tratament stomatologic. Parametrul Specificația Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100° pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 150kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughii obligatoriu Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Camera intraorală obligatoriu

__ Numele, Prenumele: Mihail Arnaut În calitate de: Director

iosystems SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Ghiocilor, 1

1 30.09.2024	
Pagina: __ din __	
Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
	8
<p>Scaun stomatologic Unghi de înclinare de la 100° pînă la 180° Tetieră reglabilă Urcare/ coborîre ≥ 40cm Greutate maximă ≥ 150kg Comandă pedală Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Programe de poziționare minim 3 Accesorii cotiere</p> <p>Scaun medic Suprafața rezistentă la prelucrarea chimică Sarcina maximă ≥ 150kg Înălțime reglabilă Suport spate reglabil Suport picior obligatoriu</p> <p>Masa dentistului Turbină obligatoriu Seringă cu 3 căi apă, aer, spray vîrf angulat 90°, detașabil Scaler cu minim 6 vîrfuri cu iluminare LED obligatoriu Micromotor electric obligatoriu Piesă contraughi obligatoriu Braț asistentă Aspirator de salivă 2 furtunuri Panou de comandă cu aceleași funcții ca la masa dentistului obligatoriu Camera intraorală obligatoriu Lampă fotopolimer obligatoriu</p>	

						Specifi
		<i>va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autor</i>				
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1725026567168				
Denumirea licitației:		Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform n (lista suplim				
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)
1	2		3	4	5	
3310 0000 -1	8	Instalații Stomatologice	Instalații Stomatologice	set	2	141912,67
TOTAL						

Semnat: _____ **Numele, Prenumele: Mihail A**

Ofertantul: Visiosystems SRL Adresa: mun. Cl

Declarații de preț			
Identitatea contractantă – în coloane			
		Data: 30.09.2024	Alternativa nr.: _____
necesităților instituțiilor-medico sanitare publice (anexă la contractul de achiziție publică nr. 16)		Pagina: __ din __	
Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare
6	7	8	9
170295,20	283825,34	340590,40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/ instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS
	283825,34	340590,40	

În calitate de: Director

Str. Ghioceilor, 1

valoarea estimativă	Beneficiar
333333.34 333333.34	SR Drochia