

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție:	ocds-b3wdp1-MD-1621941439948
Denumirea procedurii de achiziție:	Instrumentar chirurgical pentru anul 2021

Cod CPV		Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
		Bunuri						
		Lot 30						
	30.1	Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø - 3.3 mm	723103B	Germania	Karl Storz	Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm,(exterior) lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare endoscop righid ,cu Ø -2,7 mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl - Storz ref.code 723103 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului	Trocar pentru sinoscopie oblic , Ø-3.3 mm,(exterior) lungimea canulei 7,5 cm , pentru utilizare endoscop righid ,cu Ø -2,7 mm,material inox medical, nesteril, reutilizabil,autoclavabil,sau echivalentul la Karl - Storz ref.code 723103 B * Termen de garanție minim 12 luni de la livrarea bunului	EC, ISO

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Cucerenco Olesea În calitate de: Jurisconsult

Ofertantul: SC "Denolga Medical" SRL Adresa: Mun. Chisinau, str. Banulescu Bodoni, 45, of. 316