

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666334971510
Obiectul achiziției: Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Sticlă radioprotectoare pentru cabinetul de radiologie. Cod CPV - 14820000-5	Corning® Med-X® Glass 1000 x 800 mm. (dimensiune fără rama)	Franța	CORNING	Dimensiuni – 1000 x 800 mm. (dimensiune fără rama); Echivalent de plumb cel puțin 2,1 mm. Incorporată în rama de metaloplast. Conformitate: sticla confecționată în conformitate cu normele fundamentale în radioprotecție, material radioprotector însoțit de certificatul de calitate. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.	Dimensiuni – 1000 x 800 mm. (dimensiune fără rama); Echivalent de plumb - 2,1 mm. Incorporată în rama de metaloplast. Conformitate: sticla confecționată în conformitate cu normele fundamentale în radioprotecție, material radioprotector însoțit de certificatul de calitate. Cu livrare și instalare. Adresa de livrare: Comuna Ciorescu, satul Goian. Penitenciarul nr.10.	IEC 61331-1:2014

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Palii Nina În calitate de: specialist achiziții publice

Ofertantul: M-INTER-FARMA SA Adresa: mun. Chișinău, str. Grenoble 23