

Specificații tehnice (F 4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1592898077355	Data: 29 iunie 2020	Alternativa nr.: -
Denumirea licitației:	“Filtre antibacteriene de unică folosință”	Pozitia Nr.: <u>I</u>	Pagina: 1 din 1

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant Ancotec-Sistem SRL	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						

33192400-6	Filtre antibacteriene de unică folosință	SP 0121	Italia	C-ami	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm ² Temperatura maximă de operare – 100oC Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	Filtru antibacterian de unică folosință compatibil cu aspiratorul chirurgical New Hospivac 350 Full 5 Diametru conector – 11 mm Discu hidrofobic 99% – Eficiență bacteriană și virală Zona de filtrare eficientă – 24,6 cm ² Temperatura maximă de operare – 100oC Presiunea maximă de operare – 138kPa Filtrare – 0,27μm	CE, ISO
------------	---	----------------	---------------	--------------	---	---	----------------

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Ancotec-Sistem SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)