

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1778593408606 din 28.05.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat) noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 27.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chişinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat) "

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1778593408606 din 28.05.2026

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 04.11.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 27.05.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

		Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1778593408606 din 28.05.2026				
		Obiectul achiziției:		Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat)				
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu ghid hidrofil	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu ghid hidrofil	DPI0752 DPI0852 DPI0952 DPI1052 Peelable Introducer	CHINA	Beijing Demax Medical Technology	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 11-15 cm diametru 6F-10F cu ghid hidrofil 0.035-0.038". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	Teaca-introducer de tip peel-away cu lungimea – 14 cm diametru7F, 8F,9F,10F cu ghid hidrofil 0.038". (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni)	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000839555 DM000839558 DM000839558 DM000839564
5	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	BPX2502-10 Temporary floating balloon catheter bipolar, 5 French, Length: 110 cm	Singapore	BIOPTIMAL INTERNATIONAL PTE. LTD.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 100-130 cm, stimularea bipolara, d- 5-6F.	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara lungimea – 110 cm, stimularea bipolara, d-5F.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000397966
6	Electrocardiostimulator extern monocameral temporar	Electrocardiostimulator extern monocameral temporar	EPG5392 Medtronic dual-chamber temporary pacemaker	SUA	Medtronic	Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmilor. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Greutatea <700 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare. Electrode lungimea min 125 cm, tip J-curve - 5 buc incluse in set.	Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmilor. Display digital. Moduri de ritm DDD, DOO, DDI, AAI, AOO, VVI, VOO Rata (de baza) (30 ... 200 ppm) ± 1 ppm Rata inalta (80 ... 230 ppm) ± 1 ppm Rata atriala rapida (80 ... 800 ppm) ± 1 ppm Amplitudine (A): 0.1-20 mA Amplitudine (V): 0.1-25 mA Sensibilitate (A) 0.4 ... 10 mV ± 15% Sensibilitate (V) 0.8 ... 20 mV ± 15% Durata impulsului 1-1,5 ms Indicator de alarma Acustic Alimentare baterii tip AA (minim 7 zile pentru 1.5V alcaline) Greutatea: nu mai mult de 700 g Capac de protectie pentru a preveni manipularea accidentala a butoanelor de control. Functie de blocare. Functie de autotestare. Electrode lungimea min 125 cm, tip J-curve - 5 buc incluse in set.	ISO, CE
8	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	DDMC3D4 6935M62 5076-58 DDMC3D4//ICD-DR DDMC3D4 EVERA MRI S IS-1/DF4 GLOB 6935M62//LEAD 6935M62 DF4 ACTIVE SC SPRINT 62 CM LEAD 5076-58 RCMCRD MRI OUS MDR	SUA	MEDTRONIC, INC.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardiei (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, RMN compatibil 1.5T, longivitate dispozitivului minimum 7 ani , inclusiv cu electrod atrial, diametru 5-7F, lungimea 52-60 cm și electrod ventricular de socare lungimea 58-65 cm, diametru 7F-9F, de tip DF-4 sau DF-1/IS-1, cu fixație activă. Algoritme de autocapturare, aautosensing, discriminarea tahicardiei s/ventriculare. 3 zone de tahicardiei (VT1, VT2, VF). Terapii antitahicardice de de socare de la 5-40Dj. Solicitare dimensiunii electrozilor la cerinta specialistului.	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000657430 DM000657450 DM000398858

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1778593408606 din 28.05.2026										
Obiectul achiziției:		Achiziționarea electrocardiostimulatoare conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2026 (repetat)										
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu ghid hidrofil	Introducer 6-9F de tip "peel-away" cu ghid hidrofil	Bucată	30	365.04	438.05	10 951.20	13 141.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
5	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Kit-set cu electrod endocardial pentru stimularea temporara	Bucată	2	3 780.00	3 780.00	7 560.00	7 560.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
6	Electrocardiostimulator extern monocameral temporar	Electrocardiostimulator extern monocameral temporar	Bucată	4	57 083.13	68 499.75	228 332.52	273 999.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
8	Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Cardioverter-defibrilator impalntabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4	Bucată	12	169 969.51	203 963.41	2 039 634.12	2 447 560.92	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							2 286 477.84	2 742 261.42				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1778593408606 din 28.05.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului
- Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea în scris a autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018. Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.
- Numarul de inregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale este indicat in specificatia tehnica, coloana standarde de referitna.

Data completării: 27.05.2026

Cu stimă,
Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____

(semnătura)