

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1548676439476	Data: 20.02.2019.	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Servicii de mentenanta a dispozitivelor medicale si piese de schimb pentru anul 2019	Lot: 3.	Pagina: __din __

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 3: Generator de oxigen								
3	50400 000-9	Generator de oxigen	IMT-PO 2150 OV AP 500/1.0	-	-	Mentenanța la fiecare 2 luni conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Schimbarea rulmentilor motorului compresorului. Certificat de studii de la producatorii Inmatech si Botarine. Codurile de acces in sistema.	Mentenanța la fiecare 2 luni conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Schimbarea rulmentilor motorului compresorului.	ISO, CE

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Director

Ofertantul: Moldan- Service SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16,of.6