

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1774531239864 din 6 apr 2026, 13:00 - 24 apr 2026, 14:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 13)

Cod CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
33100 000-1	5	Videogostroscoop	GIF-H170	Japonia	Olympus	Videogostroscoop compatibil cu videoprosesor CV-170, Olympus-Japonia aflat în dotare Unghiul de vizualizare $\geq 140^\circ$ Adâncimea -min 2-100mm Diametrul exterior ≤ 9.2 mm Lungimea de lucru ≥ 1030 mm Canal pentru instrumente ≥ 2.8 mm Unghiul de înclinare sus/jos $\geq 210^\circ/90^\circ$ stânga/dreapta $\geq 100^\circ/100^\circ$	GIF-H170, Videogostroscoop compatibil cu videoprosesor CV-170, Olympus-Japonia Da, Unghiul de vizualizare 140 grade, gif.pdf, pag 2 Da, Adâncimea 2-100mm, gif.pdf, pag 2 Da, Diametrul exterior 9.2 mm, gif.pdf, pag 2 Da, Lungimea de lucru 1030mm, gif.pdf, pag 2 Da, Canal de lucru 2.8mm, gif.pdf, pag 2 Da, angulatia sus/jos $210^\circ/90^\circ$ gif.pdf, pag 2 stânga/dreapta $100^\circ/100^\circ$ gif.pdf, pag 2	DM0006597 27

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**