

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1624533630931 din 4 iulie 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Echipamente

	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	33100000-1	LOT 8 Agitator magnetic multipost	MULTISTIRRE R6 Digital	Italia	Velp	Conform caietului de sarcini	Agitator magnetic digital cu controlul vitezei, fara incalzire . Viteza de agitare 80-1500 rpm Ajustare viteza: in trepte de 10 rpm Auto-reverse: de la 5 la 900 sec Timer: 1 ...900 min, sau in mod continuu Material platan: otel inox Timer 1 to 900 min/ continuu Display digital pentru viteza System de agitare tip PCM prin antrenare magnetica cu motor mono faza p/u operare incontinuu Structura metalica acoperita cu vopsea epoxida Capacitate max. de agitare 6 locuri x 400 ml Distanta intre zone de agitare 100 mm Putere 3,6 W Dimensiuni (W *H*D) 230*52*370 mm Alimentare : 100 -240 V/50 – 60 Hz	
32	33100000-1	LOT 32 Centrifuga cu răcire	D1524R	China	DragonLab	Conform caietului de sarcini	Maxim rcf: 21,380×g Viteza de rotatie: 200-15000 rpm, cu pasi de 100 rpm Timpul de accelerare pana la viteza maxima: Maxim 25 s	

						<p>Controler timp: 30sec ... 99m sau functionare continua</p> <p>Dimensiuni (W x D x H): 28 x 55 x 33 cm</p> <p>Greutate: 30 Kg</p> <p>Alimentare: 230 / 50-60 Hz, Putere : 500 W</p> <p>ACCESORII:</p> <p>Denumire accesoriu / COD</p> <p>Rotor unghiular la 45°, cu capac etans din aluminiu, protectie la aerosoli, pentru 24 tuburi x 1.5 ml / 2 ml - AS24-2 – 2 bucati</p> <p>Rotor unghiular la 45°, cu capac din polipropilena pentru 36 tuburi x 0.5 ml - AS36-05 – 1 bucata</p> <p>Adaptoare de 0.5 ml - 6 buc./set</p> <p>Adaptoare de 0.4 ml - 6 buc./set</p> <p>Adaptoare pentru tuburi PCR de 0.2 ml - 6 buc</p> <p>Adaptoare pentru tuburi PCR de 0.2 ml pentru rotorul de AS24-2 - 6 buc./set</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau