



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21472138 din 17.10.2025
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 13					
Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	Cardio-Aid 360-B	Ungaria Innomed Medikal	Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Parametru: Specificație Defibrilator: Selectarea energiei: Adult 50-360 J bifazic; 2-20 J pediatric/nou-născut Controlul padelelor: Setarea energiei: Obligatoriu Încărcare: Obligatoriu Descărcarea energiei: Obligatoriu Forma de undă la ieșire: Bifazică Sincronizator: Obligatoriu Regim de operare: Defibrilare manuală: Obligatoriu Defibrilare automată (AED): Obligatoriu Monitor funcții vitale (ECG): Obligatoriu	Descriere: Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate. Parametru: Specificație Defibrilator: Selectarea energiei: Adult 50-360 J bifazic; DA, 2-360 J Bifazic pag.14 „U.Manual” 2-20 J pediatric/nou-născut DA, Pediatric pag.18 „U.Manual” Controlul padelelor: Setarea energiei: Obligatoriu DA, pag.14 „U.Manual” Încărcare: Obligatoriu DA, pag.20 „U.Manual” Descărcarea energiei: Obligatoriu DA, pag.20 „U.Manual” Forma de undă la ieșire: Bifazică DA, Bifazic pag.14 „U.Manual” Sincronizator: Obligatoriu DA, pag.14 „U.Manual” Regim de operare: Defibrilare manuală: Obligatoriu DA, pag.46/50 „U.Manual”	

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Cardiostimulare externă (pacemaker): Obligatoriu Display: Mărimea display: ≥ 6 inch TFT LCD color, LED, obligatoriu Rezoluția: $\geq 640 \times 480$ pixeli Afișarea derivațiilor bipolare: I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor: Obligatoriu Afișarea ritmului cardiac: Obligatoriu Alarmer ale ritmului cardiac: Obligatoriu Frecvența de lucru: Diapazon minim 0.05-100 Hz Modul ECG: Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi: Obligatoriu Diapazon: Minim 30-300 BPM Acuratețe: ± 1 BPM Depistare pacemaker: Obligatoriu Protecție împotriva șocurilor de defibrilare: ≥ 360 J Mesaje de alarmă: HR, Asistolă, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker): Pacemaker: Obligatoriu Modul de stimulare cu rată fixă: Obligatoriu Modul de stimulare demand: Obligatoriu Rata de stimulare: Diapazon minim 30-200 BPM, ± 1 BPM Curentul de ieșire: Diapazon minim 1-200 mA Rezoluția, curent de ieșire: 1 mA Lățimea pulsului: 5-40 msec Durata puls: > 20 ms Imprimantă pentru ECG: Viteza hârtiei: Minim 25, 50 mm/sec Imprimantă termică încorporată: Obligatoriu Printare: Auto sau manuală Adnotări: Ora: Obligatoriu Data: Obligatoriu	Defibrilare automată (AED): Obligatoriu DA, pag.18/20/46 „U.Manual” Monitor funcții vitale (ECG): Obligatoriu DA, pag.127 „U.Manual” Cardiostimulare externă (pacemaker): Obligatoriu DA, pag.130 „U.Manual” Display: Mărimea display: ≥ 6 inch TFT LCD color, DA, 7” pag.122 „U.Manual” LED, obligatoriu DA, LED pag.122 „U.Manual” Rezoluția: $\geq 640 \times 480$ pixeli DA, 800 x 480 x 3 pixel pag.122 „U.Manual” Afișarea derivațiilor bipolare: I, II, III DA, pag.128 „U.Manual” Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor: Obligatoriu DA, pag.127 „U.Manual” Afișarea ritmului cardiac: Obligatoriu DA, 15-300 BPM pag.129 „U.Manual” Alarmer ale ritmului cardiac: Obligatoriu DA, pag.129 „U.Manual” Frecvența de lucru: Diapazon minim 0.05-100 Hz DA, 0.05-150 Hz pag.128 „U.Manual” Modul ECG: Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi: Obligatoriu DA, pag.128 „U.Manual” Diapazon: Minim 30-300 BPM DA, 15-300 BPM pag.129 „U.Manual” Acuratețe: ± 1 BPM DA, $\pm 1\%$ pag.129 „U.Manual” Depistare pacemaker: Obligatoriu DA, pag.128 „U.Manual” Protecție împotriva șocurilor de defibrilare: ≥ 360 J DA, clasa CF pag.128 „U.Manual” Mesaje de alarmă: HR, Asistolă, VF, VT DA, pag.102 / 25 / 129 „U.Manual” Cardiostimulare externă (Pacemaker): Pacemaker: Obligatoriu DA, pag.130 „U.Manual” Modul de stimulare cu rată fixă: Obligatoriu DA, pag.130 „U.Manual” Modul de stimulare demand: Obligatoriu DA, pag.130 „U.Manual”	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Derivația: Obligatoriu Ritmul cardiac: Obligatoriu Modul de operare: Obligatoriu Forma undei descărcate: Obligatoriu Funcția sumară: Obligatoriu Memorie: Memorie internă sau posibilitatea de instalare a cartelei de memorie: Obligatoriu Informația stocată: ECG, șoc, vocele din anturaj Capacitatea de stocare: ≥ 3 ore Alimentare: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu Baterie internă reîncărcabilă: Obligatoriu Timp de lucru baterie: ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări Greutatea: < 8 kg Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Padele: Adult, reutilizabile: 1 set (codul produsului oferit) Pediatrică, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrică): 1 set (codul produsului oferit) Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) Electrozi pacemaker: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit)	Rata de stimulare: Diapazon minim 30-200 BPM, ± 1 BPM DA, 30-200 BPM $\pm 5\%$ pag.130 „U.Manual” Curentul de ieșire: Diapazon minim 1-200 mA DA, 20-200 mA $\pm 5\%$ pag.130 „U.Manual” Rezoluția, curent de ieșire: 1 mA DA, 1mA pag.130 „U.Manual” Lățimea pulsului: 5-40 msec DA, 40 ms pag.130 „U.Manual” Durata puls: >20 ms 40 ms pag.130 „U.Manual” Imprimantă pentru ECG: Viteza hârtiei: Minim 25, 50 mm/sec DA, 25, 50 mm/sec pag.136 „U.Manual” Imprimantă termică încorporată: Obligatoriu DA, pag.136 „U.Manual” Printare: Auto sau manuală DA, pag.136 „U.Manual” Adnotări: DA, pag.119 „U.Manual” Ora: Obligatoriu Data: Obligatoriu Derivația: Obligatoriu Ritmul cardiac: Obligatoriu Modul de operare: Obligatoriu Forma undei descărcate: Obligatoriu Funcția sumară: Obligatoriu Memorie: Memorie internă sau posibilitatea de instalare a cartelei de memorie: Obligatoriu DA, memorie internă extensibilă pag.136/47 „U.Manual” Informația stocată: ECG, șoc, vocele din anturaj DA, pag.136 „U.Manual” Capacitatea de stocare: ≥ 3 ore DA, 10000 events pag.136 „U.Manual” Alimentare: Rețea electrică: 220 V, 50 Hz, obligatoriu DA, pag.121 „U.Manual” Baterie internă reîncărcabilă: Obligatoriu DA, pag.123 „U.Manual”	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comercială Română Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Cablu ECG: Reutilizabil, 3 fire: 1 buc. (codul produsului oferit) Electrozi ECG: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 100 buc. (codul produsului oferit) Hârtie termică: 5 buc. (codul produsului oferit) Gel de contact: 250 ml (codul produsului oferit) Troleu: Da (indicați modelul)	Timp de lucru baterie: ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări DA, 4 ore ECG/ 200 descarcari pag.123 „U.Manual” Greutatea: < 8 kg DA, 6.5 kg/ 7.2 kg pag.121 „U.Manual” Accesorii: Nota: Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic. Operatorul economic are posibilitatea de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificărilor, fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Padele: Adult, reutilizabile: 1 set (codul produsului oferit) FF20437-9 pag.140 „U.Manual” Pediatrică, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrică): 1 set (codul produsului oferit) FF20437-9 pag.140 „U.Manual” Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) K7955 pag.140 „U.Manual” Electrozi pacemaker: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 1 set (codul produsului oferit) K7955P pag.140 „U.Manual” Cablu ECG: Reutilizabil, 3 fire: 1 buc. (codul produsului oferit) R-5651-1 pag.140 „U.Manual” Electrozi ECG: Adult, unică utilizare, cu termen de valabilitate 2 ani la momentul livrării: 100 buc. (codul produsului oferit) KFS50 pag.140 „U.Manual” Hârtie termică: 5 buc. (codul produsului oferit) KP58S-5 pag.140 „U.Manual” Gel de contact: 250 ml (codul produsului oferit) KEG260 pag.140 „U.Manual” Troleu: Da (indicați modelul) DA, inclus in oferta	
Lot 26					
Electrocardiograf cu 12 canale (260230)	SE-1201	China Edan	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230 Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la	Electrocardiograf cu 12 canale, caracteristici de baza Cod 260230	DM000101933

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 12 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz Filtru muscular 25, 35Hz Filtru frecvență joasă obligatoriu Filtru frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare $\geq 50 \text{ M Ohm}$ Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 100 \text{ dB}$ Convertor analog-digital $\geq 16 \text{ bit}$ Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu\text{A}$ Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei $\geq 110 \text{ mm}$ Să se indice numele derivației printate obligatoriu Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu	Descriere Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan, cu display color. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric DA, pag.1 „Electrocardiograph User-Manual” Numărul de canale de procesare 12 DA, pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Configurația Portabil obligatoriu DA, pag.1 „Electrocardiograph User-Manual” Derivațiile Tip înregistrare auto și manual DA, pag.64 „Electrocardiograph User-Manual” Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv DA, pag.65 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5 mm/mv „Electrocardiograph User-Manual” Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 2\%$ DA, pag.66 1 mV, $\pm 1\%$ „Electrocardiograph User-Manual” Gama de frecvență De diagnostic 0.05-150 Hz DA, pag.65 0.01-350 Hz „Electrocardiograph User-Manual” Filtru muscular 25, 35Hz DA, pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Filtru frecvență joasă obligatoriu DA, pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Filtru frecvență înaltă obligatoriu DA, pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Filtru de rețea 50 Hz DA, 50/60 Hz pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Impedanța de intrare $\geq 50 \text{ M Ohm}$ DA, 100 M Ohm pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz $> 100 \text{ dB}$ DA, pag.66 „Electrocardiograph User-Manual” Convertor analog-digital $\geq 16 \text{ bit}$ DA, 24 bit pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Scurgeri spre pacient prin electrozi $\leq 10 \mu\text{A}$	
--	--	--	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Marime ecran ≥ 7 inch Rezoluția $\geq 800 \times 480$ pix Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card/ fără fir(wireless) obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF / XML / DICOM obligatoriu Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM sau $\pm 1\%$ Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 h Protecție defibrilator tip CF Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii	DA, pag.63 „Electrocardiograph User-Manual” Detector de pacemaker obligatoriu DA, pag.66 „Electrocardiograph User-Manual” Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu DA, pag.52 „Electrocardiograph User-Manual” Imprimantă Termică încorporată DA pag.23/65 „Electrocardiograph User-Manual” Mărimea hîrtiei ≥ 110 mm DA 210x140 mm pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Să se indice numele derivației printate obligatoriu DA pag.44 „Electrocardiograph User-Manual” Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s DA 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/s pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Derivațiile înscrise minim 12 DA pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Numărul de derivații înscrise simultan 3, 6, 12 DA pag.44 „Electrocardiograph User-Manual” Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu DA pag.57 „Electrocardiograph User-Manual” Display Grafic, LCD TFT color obligatoriu DA LCD pag.64 „Electrocardiograph User-Manual” Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu DA pag.52/37 „Electrocardiograph User-Manual” Marime ecran ≥ 7 inch DA 10 inch pag.64 „Electrocardiograph User-Manual” Rezoluția $\geq 800 \times 480$ pix DA 1920x1200 pix pag.64 „Electrocardiograph User-Manual” Numărul de derivații afișate simultan 12 Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG Ethernet / USB / SD card/ fără fir(wireless) obligatoriu Format date ECG BMP / JPG / GIF / PDF /	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferite de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. indicați modelul oferit Hîrtie termică ≥ 30 buc., indicați modelul oferit Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit	XML / DICOM obligatoriu DA pag.38/44 „Electrocardiograph User-Manual” Memorie ≥ 200 înregistrări ECG obligatoriu DA, 800 înregistrări pag.2 „Brosura ECG SE-1201” Soft specializat pentru analiza rezultatelor ECG la calculator obligatoriu DA, pag.39 „Electrocardiograph User-Manual” Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea DA, pag.28 „Electrocardiograph User-Manual” Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu DA, pag.35 „Electrocardiograph User-Manual” Identificarea aritmiei obligatoriu DA Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM DA, 30-300 bpm pag.65 Acuratețea ± 1 BPM sau ±1% DA, pag.65 „Electrocardiograph User-Manual” Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu DA, pag.34 „Electrocardiograph User-Manual” Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; DA, pag.35-36 „Electrocardiograph User-Manual” Timpul interpretării minim 10 s DA, pag.4 „Electrocardiograph User-Manual” Alimentarea 220 V, 50 Hz DA pag.64 „Electrocardiograph User-Manual” Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu DA, pag.23 „Electrocardiograph User-Manual” Timp operare autonomă ≥ 2 h DA, 4 ore pag.64 „Electrocardiograph User-Manual” Protecție defibrilator tip CF DA, pag.63 „Electrocardiograph User-Manual” Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu DA, pag.26 „Electrocardiograph User-Manual”	
--	--	--	--	--	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				status sistem obligatoriu DA pag.56 „Electrocardiograph User-Manual” deconectare alimentare rețea obligatoriu DA pag.13 „Electrocardiograph User-Manual” baterie descărcată obligatoriu DA pag.52 „Electrocardiograph User-Manual” Accesorii Nota:Modelele accesoriilor (coduri) sunt obligatorii a fi prezentate și oferitate de operatorul economic.Totodată operatorul economic are posibilitate de a ajusta/completa aceste coduri/modele ca urmare a clarificarilor fără ca această ajustare să fie considerată modificare a ofertei inițiale. Cablul pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. indicați modelul oferit 01.57.471500 pag.60 „Electrocardiograph User-Manual” Hîrtie termică ≥ 30 buc., indicați modelul oferit 01.57.471374 pag.60 „Electrocardiograph User-Manual” Gel de contact ≥ 1 litru, indicați modelul oferit 01.25.078047 pag.61 „Electrocardiograph User-Manual”	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator

Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21472138 din 17.10.2025										
Obiectul de achizitie: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.21)										
Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	13	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)	Buc.	2	98.000,00	117.600,00	196.000,00	235.200,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	26	Electrocardiograf cu 12 canale	Buc.	3	26.433,00	31.719,60	79.299,00	95.158,80		
TOTAL							275.299,00	330.358,80		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1