

LOT 64 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specific tehnică deplină propusă de către ofertant <u>T 8060</u> <u>T HEALTH MEDIKAL IC VE DIS TICARET LIMITED</u> <u>SIRKETI, Turica</u>	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 250 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit grosimea min. 14 cm husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții DA Tip pacient adult DA Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice DA Funcționalități poziționare sedentară DA poziționare Trendelenburg DA poziționare anti-Trendelenburg DA Controlul de către asistentă Blocarea control pacient DA Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 250 kg DA Înălțime Ajustabilă 45-85 cm Rotile Diametru 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile DA Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) DA Sectiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 35 \times 43$ cm DA Bampere/roțile pe fiecare colț a patului fabricat din cauciuc sau alt material moale amortizator DA Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională DA	CE/ DM000655603

LOT 64 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400

Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit	Alimentare 220 V, 50 Hz DA Saltea ortopedică, lavabilă da, să se indice codul produsului oferit TMV 01 grosimea 14 cm DA husă cu fermoar da, să se indice codul produsului oferit TMV 01 Stativ pentru infuzie cu ajustare pe înălțime da, să se indice codul produsului oferit C 8012	
--	---	--

Numele, Prenumele:

Botnaru Andrei

În calitate de: Director

Ofertantul: SC „Neotec” SRL

Adresa: Str. Zaikin, 37, mun. Chișinău

LOT 64 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) 140400