

## Specificații tehnice (F4.1)

| Numărul licitației:   |         |                                                                               | LD nr. 21465533/ ocde-b3wdp1-MD-1754913019391                                                                                                                                   |                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Data: „20” 09 2025                                                                                                                                                                                                                                                 |                         |
|-----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Denumirea licitației: |         |                                                                               | Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2026 |                                                                                       |                 |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pagina: 1 din 1                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |
| Cod CPV               | Nr. Lot | Denumire Lot                                                                  | Denumirea poziției                                                                                                                                                              | Modelul articolului                                                                   | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă                                                                                                                                                                                                       | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant                                                                                                                                                                                                             | Standard e de referință |
| 1                     |         | 2                                                                             |                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                     | 4               | 5            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                       |
| 3310000-1             | 3       | Virfuri sterile 10-100 ul, N96                                                | Virfuri sterile 10-100 ul, N96                                                                                                                                                  | 640405, <b>DM000421986</b>                                                            | China           | Boen         | Virfuri sterile 10-100 ul, N96 ;Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN                                                                                                                                                                                                            | Vârfuri cu filtru sterile de ARN/AND,100 mkl,nr.96                                                                                                                                                                                                                 | CE,ISO                  |
| 3310000-1             | 9       | Ac cu holder universal                                                        | Ac cu holder universal                                                                                                                                                          | 631808 + 632201 <b>DM000420906</b>                                                    | China           | Boen         | Ac cu holder universal compatibil cu Vacutainer K3 EDTA 3 ml și Vacutainer K3 EDTA 8 ml                                                                                                                                                                                         | Ac G 21 cu holder universal compatibil cu vacutainer K3 EDTA3 ml și Vacutainer K3 EDTA 8 ml                                                                                                                                                                        | CE,ISO                  |
| 3310000-1             | 22      | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.                                                                                                   | EI 2111-9601 M Treponema pallidum IgM,96 teste <b>DM000561958</b>                     | Germania        | Euroimmun    | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%  | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa contin toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%   | CE,ISO                  |
| 3310000-1             | 23      | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum. | Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.                                                                                                   | EI 2111-9601 G Treponema pallidum IgG,96 teste <b>DM000561957</b>                     | Germania        | Euroimmun    | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici Ig G anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 98.0% Specificitatea ≥ 99.0% | Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici Ig G anti Treponema palidum. Stripuri detașabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa contine toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0% | CE,ISO                  |
| 3310000-1             | 24      | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M         | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M                                                                                                           | Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgM , 24 teste/DY 2111-2401M <b>DM000106806</b>  | Germania        | Euroimmun    | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%                                          | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa contine toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea - 100.0% Specificitatea - 98.0%                                       | CE,ISO                  |
| 3310000-1             | 25      | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G         | Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G                                                                                                           | Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgG ,24 teste/ DY 2111-2401G, <b>DM000106804</b> | Germania        | Euroimmun    | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conțină toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%                                          | Test westernblot pentru detectarea proteineor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa contine toți reactivi și consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea - 100.0% Specificitatea - 100.0%                                      | CE,ISO                  |

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chișinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.