

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718349017087 din: 18 iun 2024, 15:00 - 24 iun 2024, 15:00

Obiectul achiziției: Servicii de reparație externă (mentenanță corectivă externă) a dispozitivelor medicale pentru anul 2024

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
504200 00-5	Lot 2. Instalarea softului pentru bloc de control uscălor dMED 80	Software for dMED 80 SN: 201301870	Suedia	Atlas Copco	Instalarea softul nou actual la bloc de control (lr244507 type 4) uscălor dMED 80 Garanție la soft instalat minim 12 luni	Instalarea softul nou actual la bloc de control (lr244507 type 4) uscălor dMED 80 Garanție la soft instalat minim 12 luni Update procesor de comanda si control ELEKTRONICON Mk5 si setarea parametrilor de lucru in regim LAN pe instalatia de productie a aerului medical ATLAS COPCO dMED80 si compresoarelor GA22 (3 buc.)	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**