

SPECIFICAȚII TEHNICE

Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate.

Numărul licitației publice: 21431175, ocds-b3wdp1-MD-1749648390707							Data: 11.07.2025	Alternativa nr.
Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice							Lot:	pag. 1 din 1
Nr d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
-	1	2	3	4	5	6	7	8
3	33100000-1	Analizator hematologic automat (5 diff)	Analizator hematologic automat (5 diff) URIT-5160	China	URIT	Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530 Descriere: Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei componentei sanguine. Parametru Specificația optică (5 diff), Procedura de curățire automată, Parametri determinați și calculați: WBC, RBC, Hgb, Hct, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM #, MON#, NEU#, BAS#, EOS#, LYM%, MON%, NEU%, BAS%, EOS%, RDW, PDW, MPV, PCT. Capacitate (probe/oră) ≥ 60, Diluarea automată, Afișaj grafic, Imprimantă color, Introducerea datelor manual, Interfața PC obligatoriu, Afișarea histogramelor obligatoriu, Stocarea datelor obligatoriu, Calibrarea automată, manuală. Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum). Scattergrame WBC - 5 diff. Afișarea pe ecran a tuturor datelor-, histograme, rezultate, grafice, rezultate din arhivă, date de servis. Monitorizarea datelor pacientului nume pacient, ID pacient, sex, vârsta. Monitorizarea reactivelor numărul lotului, data expirării, volumul rămas. Afișarea rezultatelor pe imprimantă. Parametri determinați și calculați histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT, date despre pacient. Indicatori de avertizare obligatoriu. Control al calității ≥ 3 nivele. Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings. Memorie internă ≥ 1000 pacienți. Alimentarea 220 V, 50 Hz. Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus	Analizator hematologic automat (5 diff) URIT-5160 + . Descriere: Clasificare celulară multi-dimensională cu lumina laser; Mod RBC rezistent; Până la 60 de probe pe oră; Numărare WBC prin WIC și WOC; Cu ecran tactil. Parametri: 34 parametri: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Eos%, Bas%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P_LCR, P_LCC, RETIC%, RETIC_ABS, IRF. Parametri de cercetare: ALY#, ALY%, LIC#, LIC%, NRBC#, NRBC% 2 histograme pentru RBC, PLT; 2 diagrame de dispersie: diagramă de dispersie diferențială în 5 părți: Diagrame pentru euzinofile și neutrofile; 2 stereograme 3D. Principii de operare: WBC/DIFF: Citometrie în flux, clasificare celulară multi-dimensională cu laser semiconductor; Analiza WBC: Măsurători optice și de impedanță; Test HGB: Colorimetrie cu reactive fără cianură. Reactivi: Diluent, Sheath, Detergent, Lyse. Mod de prelevare: Sânge integral: 20 mL; Pre-diluat: 20 mL. Diametrul orificiului: WBC: 100 mkm; RBC/PLT: 68 mkm. Capacitate de lucru: Sânge integral: până la 60 probe/oră; Pre-diluat: până la 60 probe/oră. Stocare date: Până la 200.000 rezultate de probe cu diagrame. Alerte: Mesaje de eroare. Display: Ecran tactil de 10.4 inch. Dimensiuni: L490 x H332 x I459 mm. Putere: 250 VA. Greutate: 35 kg. UPS, Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse sunt incluse. Numărul de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale: DM000381518	ISO, CE.

Semnat: _____

Numele, prenumele: **Mordvinov Ghenadie**

În calitate de: **Director firmă**

Ofertantul: **DAC-SpectroMed SRL**

Adresa: **MD-2060, Moldova, or. Chișinău, str. Cuza Vodă, 5/1**

Data: 11.07.2025

Valabilitatea ofertei - 160 zile.