

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-172311347155 din 08.08.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice (lista suplimentată 11)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul nr. 7 - Lot nr. 9 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370						
Lotul nr. 7 - Lot nr. 9 Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	Brancarda sanitara Model U0039 AMDM DM000568654	Turcia	IHC MEDIKA L A.S.	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni ≥ 200 x 75 cm "Mînere pentru transportarea brancardei" obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă "Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete" obligatoriu	<u>Brancarda sanitara (caracteristici de baza)</u> Descriere "Brancardă destinată pentru transportarea pacienților" <u>Parametru Specificație</u> Poziționare Tredelinburg ≥ 15°; Control - Gaz lift - (BY GAS SPRING) ; Caracteristici Bare laterale - DA ; Diametrul roților - 15 cm ; Frâne 2 - DA ; Sarcina maximă - 210 kg ; Dimensiuni 212 x 75 cm ; "Mînere pentru transportarea brancardei"- DA ; Saltea, rezistentă la prelucrare și apă - DA ; Saltea detașabilă - DA ; Sunt dotate cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"- DA ; A se vedea broshura	
Lotul nr. 10 - Lot nr. 12 Pulsoximetru de buzunar 260440						
Lotul nr. 10 - Lot nr. 12 Pulsoximetru de buzunar 260440	Pulsoximetru de buzunar Model SONOSAT	China	JIANGSU KONSUN G BIO	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru	Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoară pulsul, Indicele de perfuzie (PI) și	

	F02T AMDM DM000305460		MEDICAL SCIENCE AND TECHNO LOGY., LTD	medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% între 70-100% Pulsul ±3% între 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri,căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv obligatoriu Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" obligatoriu "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	saturația de oxigen (SpO2) – DA ; <u>Parametru Specificație</u> Interval de măsurare SPO2 0 - 100% - DA ; Pulsul 30 - 250 bpm - DA ; Acuratețe SPO2 ± 2% între 70 - 100 - DA ; Pulsul (18 - 250) 25 - 250 ± 3 bpm - DA ; Rezoluția SPO2 1% 0...100% - DA ; Pulsul - DA 1 bpm ; Afișaj SPO2 - DA ; Indicele de perfuzie (PI) - DA ; Valoare pulsului - DA ; Indicator baterie descărcată - DA ; Carcasa Rezistent la șocuri, căderi - DA ; Display LED type OLED 0.96 inch - DA ; Alarmer Auditiv ,Vizual - DA ; Alimentare Baterie tip AAA Alkaline - DA ; Stingerea automată în caz de neutilizare - DA ; Durata de funcționare în continuu ≥ 20 ore - DA ; Set de baterii inclus 1 set - DA ; Broshura F02T.	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
 Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3