

### Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1708683031833</b>									
Denumirea procedurii de achiziție: <b>Piese p/u utilaj medical - 2024</b>									
Autoritatea contractantă: <b>IMSP Institutul de Medicina Urgenta</b>									
Cod CPV	Nr.Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	2.	Lampă bactericidă 30W	Lampă bactericidă 30W	UV-C	China	Haining Xinguangyuan Lighting Technology Co.,Ltd.	G30w T8, conector G13, UV-C Ozone Free. Termen efectiv de lucru minim 10000 ore. Lămpile să dispuna de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul de ore efectiv de lucru.	G30w T8, conector G13, UV-C Ozone Free. Termen efectiv de lucru 10000 ore.	CE,Declaratie de conformitate
	4.	Corp de iluminat p/u lampă bactericidă	Corp de iluminat p/u lampă bactericidă	Corp de iluminat p/u lampă bactericidă	China	Haining Xinguangyuan Lighting Technology Co.,Ltd.	Standard de conexiune p/u lămpi G13, fixare prin șuruburi pe perete, 220V, demaror sau electrical balast. Putere de consum 1x30W. Profil din aluminiu sau metal vopsit rezistent la ultraviolet.	Standard de conexiune p/u lămpi G13, fixare prin șuruburi pe perete, 220V, cu electrical balast. Putere de consum 1x30W. Metal vopsit rezistent la ultraviolet.	CE,Declaratie de conformitate
	9.	Termometru de frigider	Termometru de frigider	TC-7-M1 "10"	Ucraina	Steklopribor	Unitatea de măsură: grade Celsius (°C). Gama de măsură: 30°C - -30°C; Rezoluție 1 grad; Protecție Cilindru plastic cu capac+ ventuză p/u fixare verticală sau orizontală; Cerințe obligatorii: număr de uzină imprimat; Documente obligatorii: Certificat metrologic.	Unitatea de măsură: grade Celsius (°C). Gama de măsură: -30°C - +100°C; Rezoluție 1 grad; Protecție Cilindru plastic cu capac+ ventuză p/u fixare verticală sau orizontală; Cu număr de uzină imprimat; Certificat metrologic.	CE, Declaratie de conformitate

10.	Higrometru +15 ...+40°C	Higrometru +15 ...+40°C	VIT 2	Ucraina	Steklopribor	Carcasă din plastic cu gradație p/u temperatură și umiditate; Două coloane din sticlă p/u determinarea temperaturii și umidității + colbă din sticlă p/u coloana de identificare a umidității.	Carcasă din plastic cu gradație p/u temperatură și umiditate; Două coloane din sticlă p/u determinarea temperaturii și umidității + colbă din sticlă p/u coloana de identificare a umidității.	CE, Declarație de conformitate
-----	----------------------------	----------------------------	-------	---------	--------------	--	--	--------------------------------

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova