

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1775626384043 din 08.04.2026			
Obiectul achiziției: Teste Ureazice pentru Helicobacter pylori (necesar urgent 2-3 luni)			
Denumirea bunurilor	Denumirea serviciilor	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4
Lot1. Teste Ureazice pentru Helicobacter pylori	ProntoDry (Gastrex, Franța)	Cerințe tehnice minime: Tip test: test rapid ureazic pentru detectarea Helicobacter pylori Format: lichid sau solid (gel/casetă), gata de utilizare Timp de citire a rezultatului: maxim 5 minute Tip rezultat: calitativ (pozitiv/negativ), evidențiat prin schimbare clară de culoare Condiții de păstrare: la temperatura camerei (aprox. 15–25°C), fără necesitatea refrigerării	Cerințe tehnice minime: Tip test: test rapid ureazic pentru detectarea Helicobacter pylori Format: solid (casetă), gata de utilizare Timp de citire a rezultatului: maxim 5 minute Tip rezultat: calitativ (pozitiv/negativ), evidențiat prin schimbare clară de culoare Condiții de păstrare: la temperatura camerei (aprox. 15–25°C), fără necesitatea refrigerării

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bunic Gheorghe În calitate de: Director
Ofertantul: Ericon SRL Adresa: Mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Vasile Lupu 6