

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1744953690252 din 20 apr 2025, 8:40 - 23 apr 2025, 8:40

Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță și deservire a dispozitivelor medicale și piese de schimb pentru anul 2025 (Repetat)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
	2	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru ventilator de transport Heyer Port+						
504 000 00-9	2.1	Servicii de mentenanță și deservire tehnică pentru ventilator de transport Heyer Port+	-	-	-	Timpul de intervenție în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de către personal instruit de producator, confirmat prin certificat.	Timpul de intervenție în caz de defect - 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Deservirea să fie efectuată de către personal instruit de producator, confirmat prin certificat.	-
504 000 00-9	2.2	Kit de mentenanță annual	Maintenance kit for Heyer Port+	Heyer	Germania	Ambalaj original de la producator	Ambalaj original de la producator	-
504 000 00-9	2.3	Piese de schimb, acumulatori – 2 buc., sensor-1 buc.	Battery for Heyer Port+, Oxygen sensor for Heyer Port+	Heyer	Germania	Ambalaj original de la producator	Ambalaj original de la producator	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**