

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1749553801694 din 10.06.2025**

Denumirea procedurii de achiziție: **Amestecuri de gaze etalon**

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea bunurilor și specificația tehnică deplină solicitată	Modelul articolu- lui	Țara de origine	Producă- torul	Specificarea tehnică deplină	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standar-de de referință
		Lot 1. Amestecuri de gaze etalon						
1	24110000-8	Amestec de gaze O2 în N2 2,1 %. Butelie 10 litri.	O2 în N2 2,1 %	Ucraina	Ucrmetrteststandart	• proditusul trebuie să corespundă caracteristicilor declarate; • incertitudinea extinsă absolută nu trebuie să depășească 0,02%; • din punct de vedere al calității, produsul trebuie să respecte standardele, condițiile și specificațiile tehnice ale producătorului și, de asemenea, să aibă un certificat care confirmă conformitatea; • buteliile trebuie să aibă marcaje corespunzătoare; • în timpul depozitării și transportării, robinetul de pe butelie trebuie să fie închis, să aibă dop de montaj și capac de protecție; • pentru a preveni coroziunea, buteliile trebuie protejate de excesul de umezeală (precipitații); • în timpul transportării buteliile trebuie așezate orizontal și fixate, să nu se rostogolească și să nu cadă.	• proditusul trebuie să corespundă caracteristicilor declarate; • incertitudinea extinsă absolută nu trebuie să depășească 0,02%; • din punct de vedere al calității, produsul trebuie să respecte standardele, condițiile și specificațiile tehnice ale producătorului și, de asemenea, să aibă un certificat care confirmă conformitatea; • buteliile trebuie să aibă marcaje corespunzătoare; • în timpul depozitării și transportării, robinetul de pe butelie trebuie să fie închis, să aibă dop de montaj și capac de protecție; • pentru a preveni coroziunea, buteliile trebuie protejate de excesul de umezeală (precipitații); • în timpul transportării buteliile trebuie așezate orizontal și fixate, să nu se rostogolească și să nu cadă.	ISO
2	24110000-8	Amestec de gaze CO în N2 198 ppm. Butelie 5 litri.	CO în N2 198 ppm	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
3	24110000-8	Amestec de gaze CO în N2 977 ppm. Butelie 10 litri.	CO în N2 977 ppm	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
4	24110000-8	Amestec de gaze CH4 în N2 2,00%. Butelie 10 litri.	CH4 în N2 2,00%.	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
5	24110000-8	Amestec de gaze CH4 în N2 1,07%. Butelie 5 litri.	CH4 în N2 1,07%.	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
6	24110000-8	Amestec de gaze CH4 în N2 0,75%. Butelie 5 litri.	CH4 în N2 0,75%	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
7	24110000-8	Azot deosebit de pur. Butelie 10 litri.	N2 deosebit de pur	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
8	24110000-8	Amestec de gaze O2 în N2 6,0 %. Butelie 5 litri.	O2 în N2 6,0 %	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
9	24110000-8	Amestec de gaze NO în N2 170 ppm. Butelie 5 litri.	NO în N2 170 ppm	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
10	24110000-8	Amestec de gaze NO în N2 980 ppm. Butelie 5 litri.	NO în N2 980 ppm	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
11	24110000-8	Amestec de gaze NO2 în N2 160 ppm. Butelie 5 litri.	NO2 în N2 160 ppm	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO
12	24110000-8	Amestec de gaze NO2 în N2 250 ppm. Butelie 5 litri.	NO2 în N2 250 ppm	Ucraina	Ucrmetrteststandart			ISO

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Michiciuc Gheorghe**

În calitate de: **Director**

Oferatntul: **SRL «Mic — Tan»**

In calitate de: **Director**

Adresa: **mun. Chișinău str. Alexandru cel Bun, 38**

Valabilitatea ofertei: **60 zile**

16.06.2025