

**SPECIFICAȚII TEHNICE
IMSP Spitalul Raional Cahul**

Anexa nr.22

Numărul procedurii de achiziției: ocds-b3wdp1-MD-1673937295207 / 21071763	din 03 februarie 2023
Obiectul de achiziției: Servicii de deservire tehnică a dispozitivelor medicale pentru anul 2023	

Nr	Cod CPV /	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0		1	2	3	4	5	6	7
	Lotul 12							
12.1	50400000-9	Analizator Sysmex XS-1000i	XS-1000i	Japonia	Sysmex	Servicii de mentenanță, diagnostică a dispozitivelor medicale odată la 3 luni, inclusiv schimbul consumabilelor necesare pentru funcționarea corectă a dispozitivelor. Consumabilele de schimb trebuie să fie originale sau compatibil funcționale cu dispozitivele. Între perioadele de mentenanță, agentul economic garantează funcționalitatea dispozitivelor și înlăturarea defecțiunilor apărute cu timp de reacție 24h.	Conform cerințelor	Certificat de instruire pe această categorie de dispozitive

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Iurchevici Valeriu**

În calitate de: **Director**

Ofertantul: **"Echipamed - Plus" SRL**

Adresa: **str.Valea Trandafirilor 24"B" of.2-7**