

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1738570902376 din 07.03.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru analizatoarele din laboratorul clinico-biochimic.

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 06.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP SCM Gheorghe Paladi

adresa: 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Melestiu, 20

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru analizatoarele din laboratorul clinico-biochimic."
prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1738570902376 din 07.03.2025

pentru o durată de 60 (șaizeci) zile, respectiv până la data de 06.05.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 06.03.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738570902376 din 07.03.2025									
Obiectul achiziției:						Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru analizatoarele din laboratorul clinico-biochimic.			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.1	Lotul 1. Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	12531 ASPARTATE AMINOTRANSFERASE (AST/GOT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	
1.2		ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) ambalaj specific p/u analizatorul A-15	12533 ALANINE AMINOTRANSFERASE(ALT/GPT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE	

1.3	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)ambalaj specific p/u analizator A-15	12547 ALBUMIN	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.4	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	12518 ALKALINE PHOSPHATASE(ALP)-AMP	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	12550 alpha-AMYLASE - DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.6	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12506 BILIRUBIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.7	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12504 BILIRUBIN (DIRECT)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.8	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	12570 CALCIUM-ARSENAZO	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.9	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	12505 CHOLESTEROL	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Colesterol Oxidase /peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 2.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.10	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	12502 CREATININE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffé compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Jaffé compensat.. Determinare cinetică cu calibrator. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mcmmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.05 Coeficientul de variație extraserial: < 0.05 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.11	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12520 gamma-GLUTAMYL TRANSFERASE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.12	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12503 GLUCOSE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detecție pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.13	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12509 IRON FERROZINE	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.9 mmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.14	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12580 LACTATE DEHYDROGENASE (LDH)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.15	Lipaza (Lipase)DGGR (Flacoane cu volumul 1flx20ml+1flx10ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12760 LIPASE BSA	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.16	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 0-20ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12797 MAGNESIUM	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrica Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată ,urina, LCR. Limita minimă de detecție pentru set: < 0.02m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.06 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.17	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12500 PROTEIN (TOTAL)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.18	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	12528 TRIGLYCERIDES	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică GPO Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 3.5 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.19	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12516 UREA/BUN - UV	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Ureze UV Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 2.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.20	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	12521 URIC ACID	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urecaze/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă.Urecaze/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mcmol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina până la 0,18 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.21	LDL Coolesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15	12785 CHOLESTEROL LDL DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic până la 3,0 mmol/l, Bilirubina până la 0,9 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11 g/l Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.22	HDL Coolesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A15	12757 CHOLESTEROL HDL DIRECT	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator. Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 2.0 Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE

1.23	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15	12524 CREATINE KINASE (CK)	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.24	Creatinchinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15	12566 CREATINE KINASE-MB	Spania	Biosystems	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 2,5 Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie pină la 600 mg/dl. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.	ISO, CE
1.25	multicalibrator biochimic	18044 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	Spania	Biosystems	Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	Calibrator biochimic în mod obligatoriusă fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 5x5 ml Tot de un lot	ISO, CE
1.26	ser uman de control normal	18042 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	Spania	Biosystems	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	ISO, CE
1.27	Ser uman de control patologic	18043 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	Spania	Biosystems	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	ISO, CE
1.28	ser uman de controlCK,CK-MB	11824 Creatine Kinase-MB Standard	Spania	Biosystems	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	ISO, CE

1.29	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml, ambalaj specific ,compatibil cu A-15	13921 C-REACTIVE PROTEIN (CRP)	Spania	Biosystems	Ambalajul stnsdsrd p/u A-15, set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml, reactive să dispună de certificate sau declarația CE, certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15, eliberat de la producătorul utilajului, reactivi să fie obligatorii în ambalaj producătorului, firma furnizoare de reactivi să dispună de inginericalificați, certificați d producătorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Ambalajul reactivilor să fie compatibil cu A-15, date de identitate (lot, seria, valabilitate, condițiile păstrării) ale produsului indicate pe ambalaj, să fie obligatoriuc cele de pe tichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot.	Ambalajul stnsdsrd p/u A-15, set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml, reactive să dispună de certificate sau declarația CE, certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15, eliberat de la producătorul utilajului, reactivi să fie obligatorii în ambalaj producătorului, firma furnizoare de reactivi să dispună de inginericalificați, certificați d producătorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Ambalajul reactivilor să fie compatibil cu A-15, date de identitate (lot, seria, valabilitate, condițiile păstrării) ale produsului indicate pe ambalaj, să fie obligatoriuc cele de pe tichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot.	ISO, CE
1.30	Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,,	31113 C-REACTIVE PROTEIN -hs STANDARD (CRP-hs)	Spania	Biosystems	calibrator pentru CRP în mod obligatoriusă fie de la același producător cu reactive și standarde. Set 1x1ml Tot de un lot	calibrator pentru CRP în mod obligatoriusă fie de la același producător cu reactive și standarde. Set 1x1ml Tot de un lot	ISO, CE
1.31	Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	31213 RHEUMATOID CONTROL SERUM I	Spania	Biosystems	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și calibratoru	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și calibratoru	ISO, CE
1.32	Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	31214 RHEUMATOID CONTROL SERUM II	Spania	Biosystems	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și calibratoru	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și calibratoru	ISO, CE
1.33	Cuva pentru ser 13,75x24,90mm, 2,0ml, certificat de compatibilitate cu analizor A-15	AC10770 SAMPLE WELLS	Spania	Biosystems	1000 buc /set	1000 buc /set	ISO, CE
1.34	Rotor de reacție (certificat CE cu autorizare de la producator)	AC11485 REACTION ROTOR	Spania	Biosystems	10 buc/set	10 buc/set	ISO, CE
1.35	Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	BO13416 CONCENTRATED WASHING SOLUTION	Spania	Biosystems	flacon 100 ml	flacon 100 ml	ISO, CE
1.36	Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	BO11524 CONCENTRATED SYSTEM LIQUID 1 L	Spania	Biosystems	flacon 1000 ml	flacon 1000 ml	ISO, CE
1.37	Ac pentru A-15	AC11500 THICK PROBE	Spania	Biosystems	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE
1.38	Lampa pentru A-15	LA10429 6V/10W HAL.LAMPS PACK(5 UNITS) - A-15	Spania	Biosystems	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE
1.39	Capac pentru buteliasistem lichid A-15	BO15206 CAP BOTTLE	Spania	Biosystems	COMpatibil cu A-15	COMpatibil cu A-15	ISO, CE
1.40	Hidro pneumo cilindru	ME13377 HYDRO-PNEUM. CYLINDER OF THE COVER HINGE	Spania	Biosystems	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE
1.41	cablu pentru manipulator A-15	AC13365 OPERATING ARM HOSE	Spania	Biosystems	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE
1.42	Garnitura pentru pompa dozatoare A-15	AC11527 DISPENSING PUMP SEAL (garnitura pentru pompa de dozare)	Spania	Biosystems	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE
1.43	Hirtie pentru analizor A-15	*** Hirtie pentru analizorul A-15 / A-25 / BA-400	Spania	Biosystems	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE

1.44		set de control uman PREVECAL	18045 Human Biochemistry Prevecal	Spania	Biosystems	control extern biochimic cu parametrii:ALT,AST,albumin,amilaza,bilirubin(total,direct),calcium, chloride,cholesterol,cholesterase,HDL-cholesterol,LDL-cholesterol,CK, acid phosphotase,alcalinephosphotase,F.glucoza,GGTP,iron,LDH,lipaza, Mg,K,Na,,trigliceride,uric acid,urea,,Raportarea lunara timp de 12 luni.set din 12 flacoane a câte 5 ml,prodicator controlului se detina certificat ISO 17043	control extern biochimic cu parametrii:ALT,AST,albumin,amilaza,bilirubin(total,direct),calcium, chloride,cholesterol,cholesterase,HDL-cholesterol,LDL-cholesterol,CK, acid phosphotase,alcalinephosphotase,F.glucoza,GGTP,iron,LDH,lipaza, Mg,K,Na,,trigliceride,uric acid,urea,,Raportarea lunara timp de 12 luni.set din 12 flacoane a câte 5 ml,prodicator controlului se detina certificat ISO 17043	ISO, CE
1.45		Kit de mentenanță cu instalare	Kit mentenanță	0	0	compatibil cu A-15	compatibil cu A-15	ISO, CE
3.1	Lotul 3 Teste pentru analizatorul imunologic cu fluorescență „Lansionbio LS-1100”	Test pentru determinarea "HbA1C" (cutie 25 teste) HbA1C - Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	*** Test pentru determinarea "HbA1C" (cutie 25 teste) HbA1C – Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.2		Test pentru determinarea "TSH" (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tiotropina)	*** Test pentru determinarea "TSH" (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tiotropina)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.3		Test pentru determinarea "TT3" (cutie 25 teste) TT3 -Triiodotironin	*** Test pentru determinarea "TT3" (cutie 25 teste) TT3 – Triiodotironin	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.4		Test pentru determinarea "TT4" (cutie 25 teste) TT4 -Tiroxina	*** Test pentru determinarea "TT4" (cutie 25 teste) TT4 - Tiroxina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.5		Test pentru determinarea "PCT" (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina	*** Test pentru determinarea "PCT" (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.6		Test pentru determinarea "Myo" (cutie 25 teste) Myo - Mioglobina	*** Test pentru determinarea "Myo" (cutie 25 teste) Myo -Mioglobina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.7		Test pentru determinarea "cTnI" (cutie 25 teste) cTnI - Troponina cardiacă I	*** Test pentru determinarea "cTnI" (cutie 25 teste) cTnI – Troponina cardiacă I	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.8		Test pentru determinarea "D-Dimer" (cutie 25 teste)	*** Test pentru determinarea "D-Dimer" (cutie 25 teste)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.9		Test pentru determinarea "NT-proBNP - N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrate (cutie 25 teste)	*** Test pentru determinarea "NT-proBNP" (cutie 25 teste) NT-proBNP – N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrate	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE

3.10	Test pentru determinarea "PSA" (cutie 25 teste) PSA - Antigenul specific prostatic	*** Test pentru determinarea "PSA" (cutie 25 teste) PSA – Antigenul specific prostatic	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.11	Test pentru determinarea "Ferritin" (cutie 25 teste)	*** Test pentru determinarea "Ferritin" (cutie 25 teste)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.12	Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb - micro albumina în urină	*** Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb – micro albumina în urina	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.13	Controlul calității (pentru HbA1C)	*** Controlul calitatii (pentru HbA1C)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.14	Controlul calității (pentru TSH)	*** Controlul calitatii (pentru TSH)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.15	Controlul calității (pentru TT3)	*** Controlul calitatii (pentru TT3)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.16	Controlul calității (pentru TT4)	*** Controlul calitatii (pentru TT4)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.17	Controlul calității (pentru PCT)	*** Controlul calitatii (pentru PCT)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.18	Controlul calității (pentru Myo)	*** Controlul calitatii (pentru Myo)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.19	Controlul calității (pentru cTnI)	*** Controlul calitatii (pentru cTnI)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.20	Controlul calității (pentru D-Dimer)	*** Controlul calitatii (pentru D-Dimer)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.21	Controlul calității (pentru NT-proBNP)	*** Controlul calitatii (pentru NT-proBNP)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.22	Controlul calității (pentru PSA)	*** Controlul calitatii (pentru PSA)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.23	Controlul calității (pentru Ferritin)	*** Controlul calitatii (pentru Ferritin)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE
3.24	Controlul calității (pentru mAlb)	*** Controlul calitatii (pentru mAlb)	China	Lansionbio	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – cutie 25 teste. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	Cerințe generale Marcaj CE, material pentru investigații – sânge. Ambalaj – 1 flacon. Compatibil cu analizatorul portativ imunologic LS-1100 (sistem închis).	ISO, CE

4.1	Lotul 4 Teste pentru analizatorul biochimic cu discuri „Pointcare M4” (set cu 10 discuri) pentru testarea rapidă pacienților din secțiile UPU și REANIMAȚII.	Glucose&lipid	Glucose&lipid	0	0	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: GLU, GSP, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
4.2		Renal Function	Renal Function	0	0	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: ALB, CRE, UREA, UA, Ca2+, P, CO2. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: ALB, CRE, UREA, UA, Ca2+, P, CO2. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
4.3		Myocardial Enzym	Myocardial Enzym	0	0	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: CK, CK-MB, LDH, α-HBDH, AST. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
4.4		General Chemistry IV	General Chemistry IV	0	0	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, CRE, UREA, UA. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	Set din 10 discuri cu parametrii biochimici: TP, ALB, GLO*, A/G*, ALT, AST, GGT, ALP, TBIL, DBIL, IBIL*, TG, CHOL, HDL-C, LDL-C*, GLU, CRE, UREA, UA. Cerințe generale Marcaj CE. Compatibil cu analizatorul POCT Pointcare M4 (sistem închis)	ISO, CE
5.1	Lotul 5 Teste pentru analizatorul hematologic automat cu VSH „Mindray”	Ds Diluent (20L) 20	105-012283-00 DS Diluent (20L)	China	Mindray	1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	1 x 20L. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.2		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	105-012288-00 M-6 LD Lyse (1L×4)	China	Mindray	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.3		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	105-012292-00 M-6 LH Lyse (1L×4)	China	Mindray	set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.4		M-6 LD Dye (12 ml*4) 12 ml*4	105-012298-00 M-6 FD Dye (12mL×4)	China	Mindray	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 12 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.5		ESR Solution Reagent (1L*4) 1L*4	105-026689-00 ESR Solution Reagent (1L×4)	China	Mindray	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 4 x 1 lit. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

5.6	PROBE CLEANSER (50ml) 50 ml	105-002225-00 PROBE CLEANSER (50ml)	China	Mindray/Arche m	50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	50 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE
5.7	BC-6D Control 6*45 ml Tri-pack (2 L,2N, 2H) 6*4,5 ml	105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	China	Mindray	set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	set 6 x 4.5 ml. Reactivii să dispună de certificat, sau declaratia CE, certificatul de compatibilitate a reactivilor cu analizorul Mindray (sistem închis), eliberat de catre producătorul utilajului, Reactivii să fie obligatoriu în ambalajul producătorului, Firma furnizoare de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificați de producătorul echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizarea a reactivilor, Toate pozițiile lotului să fie produse de același producător.	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1738570902376 din 07.03.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea reactivelor de tip închis, pentru analizoarele din laboratorul clinico-biochimic.							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Lotul 1. Reactivi pentru laboratorul clinic-biochimic cu analizatorul biochimic A-15 (system închis)	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	ml	3 000	1.97	2.13	5 910.00	6 390.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.2		ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) ambalaj specific p/u analizatorul A-15	ML	3 000	1.97	2.13	5 910.00	6 390.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.3		Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)ambalaj specific p/u analizator A-15	ML	750	0.79	0.85	592.50	637.50	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.4		Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25 -50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	ML	1 200	2.47	2.67	2 964.00	3 204.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.5		alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj specific p/u analizator A-15	ML	2 500	9.27	10.01	23 175.00	25 025.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.6		Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ML	2 800	0.89	0.96	2 492.00	2 688.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.7		Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ML	1 500	0.91	0.98	1 365.00	1 470.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.8		Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	ML	1 250	1.12	1.21	1 400.00	1 512.50	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.9		Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u analizator A-15	ML	1 250	1.43	1.54	1 787.50	1 925.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.10		Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	ml	3 000	0.56	0.60	1 680.00	1 800.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-

1.11	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1 000	3.71	4.01	3 710.00	4 010.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.12	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	3 000	0.56	0.60	1 680.00	1 800.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.13	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1 000	2.80	3.02	2 800.00	3 020.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.14	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1 250	1.72	1.86	2 150.00	2 325.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.15	Lipaza (Lipase)DGGR (Flacoane cu volumul 1 flx20ml+1 flx10ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	600	32.38	34.97	19 428.00	20 982.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.16	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 0-20ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	250	1.59	1.72	397.50	430.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.17	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ML	1 200	0.79	0.85	948.00	1 020.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.18	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMBALAJ SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	ML	1 250	1.64	1.77	2 050.00	2 212.50	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.19	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	3 000	2.01	2.17	6 030.00	6 510.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.20	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj solicitat specific p/u A-15	ML	1 000	1.62	1.75	1 620.00	1 750.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.21	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ML	800	24.31	26.25	19 448.00	21 000.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.22	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A15	ML	800	14.48	15.64	11 584.00	12 512.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.23	Creatin chinază totală (Creatinkinază totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)ambalaj specific p/u A15	ML	1 000	12.76	13.78	12 760.00	13 780.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-

1.24	Creatin chinaz a MB (Creatinkinase MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) ambalaj specific p/u A15	ML	1 000	22.79	24.61	22 790.00	24 610.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.25	multicalibrator biochimic	ml	100	56.74	61.28	5 674.00	6 128.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.26	ser uman de control normal	ml	200	56.74	61.28	11 348.00	12 256.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.27	Ser uman de control patologic	ml	200	56.74	61.28	11 348.00	12 256.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.28	ser uman de control CK, CK-MB	ML	18	185.36	200.19	3 336.48	3 603.42	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.29	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml, ambalaj specific ,compatibil cu A-15	ml	1 500	11.81	12.75	17 715.00	19 125.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.30	Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,,	ml	30	115.75	125.01	3 472.50	3 750.30	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.31	Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	ml	30	245.80	265.46	7 374.00	7 963.80	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.32	Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	ml	30	245.80	265.46	7 374.00	7 963.80	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.33	Cuva pentru ser 13,75x24,90mm,2,0ml,certificat de compatibilitate cu analizor A-15	set	20	495.26	594.31	9 905.20	11 886.20	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.34	Rotor de reacție (certificat CE cu autorizare de la producator)	SET	60	1 723.57	2 068.28	103 414.20	124 096.80	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.35	Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	ml	200	15.85	19.02	3 170.00	3 804.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.36	Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	SET	3	1 328.35	1 594.02	3 985.05	4 782.06	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.37	Ac pentru A-15	buc	1	6 414.82	7 697.78	6 414.82	7 697.78	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.38	Lampa pentru A-15	buc	2	931.80	1 118.16	1 863.60	2 236.32	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.39	Capac pentru buteliasistem lichid A-15	BUC	3	199.62	239.54	598.86	718.62	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-



1.40		Hidro pneumo cilindru	buc	2	2 264.06	2 716.87	4 528.12	5 433.74	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.41		cablu pentru manipulator A-15	buc	1	3 456.53	4 147.84	3 456.53	4 147.84	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.42		Garnitura pentru pompa dozatoare A-15	buc	1	1 336.42	1 603.70	1 336.42	1 603.70	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.43		Hîrtie pentru analizor A-15	buc	20	92.40	110.88	1 848.00	2 217.60	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.44		set de control uman PREVECAL	set	1	5 230.00	5 648.40	5 230.00	5 648.40	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
1.45		Kit de mentenanță cu instalare	set	1	8 000.00	9 600.00	8 000.00	9 600.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
					TOTAL LOT 1			376 064.28	423 922.88		-	-
3.1	Lotul 3 Teste pentru analizatorul imunologic cu fluorescență „Lansionbio LS-1100”	Test pentru determinarea ”HbA1C” (cutie 25 teste) HbA1C - Hemoglobină glicolizată (hemoglobină glicată)	buc	1200	49.99	53.99	59 988.00	64 788.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.2		Test pentru determinarea ”TSH” (cutie 25 teste) TSH - Hormonul de stimulare tiroidiană (tiotropina)	buc	300	49.99	53.99	14 997.00	16 197.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.3		Test pentru determinarea ”TT3” (cutie 25 teste) TT3 -Triiodotironin	buc	100	49.99	53.99	4 999.00	5 399.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.4		Test pentru determinarea ”TT4” (cutie 25 teste) TT4 -Tiroxina	buc	100	49.99	53.99	4 999.00	5 399.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.5		Test pentru determinarea ”PCT” (cutie 25 teste) PCT - Procalcitonina	buc	1500	149.95	161.95	224 925.00	242 925.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.6		Test pentru determinarea ”Myo” (cutie 25 teste) Myo - Mioglobina	buc	100	89.97	97.17	8 997.00	9 717.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.7		Test pentru determinarea ”cTnI” (cutie 25 teste) cTnI - Troponina cardiacă I	buc	1200	89.97	97.17	107 964.00	116 604.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.8		Test pentru determinarea ”D-Dimer” (cutie 25 teste)	buc	500	89.97	97.17	44 985.00	48 585.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.9		Test pentru determinarea ”NT-proBNP - N-terminal prohormonul peptidei natriuretice de tip B sau cerebrate (cutie 25 teste)	buc	150	214.93	232.12	32 239.50	34 818.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.10		Test pentru determinarea ”PSA” (cutie 25 teste) PSA - Antigenul specific prostatic	buc	50	89.97	97.17	4 498.50	4 858.50	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-

3.11		Test pentru determinarea "Ferritin" (cutie 25 teste)	buc	500	99.97	107.97	49 985.00	53 985.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.12		Test pentru determinarea "mAlb" (cutie 25 teste) mAlb - micro albumina în urină	buc	1500	109.97	118.77	164 955.00	178 155.00	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.13		Controlul calității (pentru HbA1C)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.14		Controlul calității (pentru TSH)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.15		Controlul calității (pentru TT3)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.16		Controlul calității (pentru TT4)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.17		Controlul calității (pentru PCT)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.18		Controlul calității (pentru Myo)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.19		Controlul calității (pentru cTnl)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.20		Controlul calității (pentru D-Dimer)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.21		Controlul calității (pentru NT-proBNP)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.22		Controlul calității (pentru PSA)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.23		Controlul calității (pentru Ferritin)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
3.24		Controlul calității (pentru mAlb)	set	3	282.51	305.11	847.53	915.33	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 3	733 702.36	792 414.46				
4.1	Lotul 4 Teste pentru analizatorul biochimic cu discuri „Pointcare M4” (set cu 10 discuri) pentru testarea rapidă pacienților din secțiile UPU și REANIMAȚII.	Glucose&lipid	set	10	1 787.54	1 930.54	17 875.40	19 305.40	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1		
4.2		Renal Function	set	10	1 841.62	1 988.95	18 416.20	19 889.50	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1		
4.3		Myocardial Enzym	set	10	1 841.62	1 988.95	18 416.20	19 889.50	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1		
4.4		General Chemistry IV	set	30	1 949.77	2 105.76	58 493.10	63 172.80	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1		
						TOTAL LOT 4	113 200.90	122 257.20			-	-
5.1		Ds Diluent (20L) 20	set	30	1 061.12	1 146.01	31 833.60	34 380.30	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-

5.2	Lotul 5 Teste pentru analizatorul hematologic automat cu VSH „Mindray”	M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	set	7	6 764.65	7 305.82	47 352.55	51 140.74	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
5.3		M-6 LD Lyse (1L*4) 1L*4	set	3	7 162.57	7 735.58	21 487.71	23 206.74	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
5.4		M-6 LD Dye (12 ml*4) 12 ml*4	set	17	4 907.69	5 300.31	83 430.73	90 105.27	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
5.5		ESR Solution Reagent (1L*4) 1L*4	set	9	12 127.10	13 097.27	109 143.90	117 875.43	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
5.6		PROBE CLEANSER (50ml) 50 ml	set	11	368.28	441.94	4 051.08	4 861.34	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
5.7		BC-6D Control 6*45 ml Tri-pack (2 L,2N, 2H) 6*4,5 ml	set	1	7 371.04	7 960.72	7 371.04	7 960.72	pe parcursul anului 2025, la solicitare	33100000-1	-	-
						TOTAL LOT 5	304 670.61	329 530.54			-	-
						TOTAL Oferta	1 527 638.15	1 668 125.08				

Semnat:_____Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1738570902376 din 07.03.2025
din cadrul IMSP SCM Gheorghe Paladi**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va prezenta mostre în termen de 3 zile de la solicitare
- Bunurile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Datele de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj vor coincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.

Data completării: 06.03.2025

Cu stimă,
Poiata Vitalie
Administrator
SRL Biosistem mld _____
(semnătura)