

Specificatie tehnica completat

Modelul: FG-29V; Număr DM: DM000459183 ; Producător: HOYA CORPORATION/Pentax Medical; Țara: Japonia.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de ofertant
Fibrogastroscoop Cod 290200 Descriere Fibreogastroscoop destinat diagnosticului și tratamentul potiuunii esofago-gastro-duodenale	Fibrogastroscoop DA Cod 290200 Descriere Fibreogastroscoop destinat diagnosticului și tratamentul potiuunii esofago-gastro-duodenale DA pag. 7 din Instruction for USE FG29V
Parametrul Specificația	Parametrul Specificația
Sistem optic	Sistem optic
Unghiul câmpului de vedere ≥ 100 grade	Unghiul câmpului de vedere 100 grade DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Înclinarea câmpului vizual 0 grade	Înclinarea câmpului vizual 0 grade DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Adâncimea câmpului vizual 3- 100mm	Adâncimea câmpului vizual 3- 100mm DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Capul distal ≤ 9.8 mm	Capul distal - 9.8 mm DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Diametrul exterior ≤ 9.8 mm	Diametrul exterior - 9.8 mm DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Înclinarea capului distal sus/jos 210/90 grade	Înclinarea capului distal sus/jos 210/120 grade DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
dreapta/ stînga 100/100 grade	dreapta/ stînga 120 grade DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Diametrul tubului introdus ≤ 9.8 mm	Diametrul tubului introdus - 9.8 mm DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Lungimea de lucru ≥ 1000 mm	Lungimea de lucru -1050 mm DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Canalul de instrumente ≥ 2.8 mm	Canalul de instrumente - 2.8 mm DA pag. 96 din Instruction for USE FG29V
Completarea	Completarea
Lampă de halogen de rezervă - 1 unit.	Lampă de halogen de rezervă - 1 unit. DA inclus
Piesă bucală -2 unit.	Piesă bucală -2 unit. DA inclus
Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit.	Tester automat (sa se indice modelul) - 1 unit. DA inclus SHA-P6
"Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. (sa se indice modelul)"	"Sursa de lumină halogen (minim 150 W) - 1 unit. DA inclus LH-150PC (sa se indice modelul)"
Pensă de biopsie- 2 unit.	Pensă de biopsie- 10 unit de singura utilizare. DA inclus