

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației: ocds-b3wdp1-MD-1580291814146	Data: 19.02.2020
Denumirea licitației: Servicii de mentenanta a dispozitivelor medicale si piese de schimb pentru anul 2020	Lot: 3.

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Lotul 3: Generator de oxigen								
3	50400 000-9	Generator de oxigen	IMT-PO 2150 OV AP 500/1.0	-	-	Mentenanța la fiecare 2 luni conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Schimbarea set din 7 supape de admisie aer oxigen. Schimbare integrală a panoului de control (TCP) nou și a softului compatibil cu toate ajustările necesare pentru funcționare (calibrare).	Mentenanța la fiecare 2 luni conform manualului de deservire a generatorului. Timpul de intervenție în caz de defect până la 12 ore Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore. Schimbarea set din 7 supape de admisie aer oxigen. Schimbare integrală a panoului de control (TCP) nou și a softului compatibil cu toate ajustările necesare pentru funcționare (calibrare).	ISO, CE

Semnat electronic

Numele, Prenumele: Loghinov Rodion

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Moldan- Service SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Sciusev 16