

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1666167332209 / 21065771					Data: 19/11/2022		
Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a materialelor de sutură, conform necesităților IMSP-urilor beneficiare pentru anul 2023					Lot: 5, 42, 43, 45-54, 59, 60, 61, 64-66, 68-93, 95, 96, 98, 100-109, 112, 113, 120-123, 125-128.		
Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Model, cod produs	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
5	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0	MONAMID; MA4387	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lungimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740)	Fire atraumatice cardiovasculare cu 1 ac Poliamid sintetic USP 0 ; Lungimea suturii(cm)-150,cu bucla; Lungimea acului(mm)-40 ±2%; Curbura acului-1/2; Forma acului-Taper; (Echivalent cu CT;W740)	ISO, CE
42	Matase ac rotund 22mm	SILK; SB3674	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L- minim 75cm ac rotund 22mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
43	Matase ac- taper point 26mm ½	SILK; SB4218	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 0 L- minim 75cm un 1 ac- taper point 26mm ½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
45	Matase 1ac 1/2 tăios-30mm	SILK; SB3389	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -minim 75 cm. 1ac 1/2 tăios-30mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
46	Matase ac 3/8 tăietor 38-40	SILK; SB3972	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 2/0L- minim 75cm ac 3/8 tăietor 38-40 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
47	Matase ac 3/8 tăietor 29-30mm	SILK; SB3399	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Matase. USP 3/0 Lungime- minim 75cm, ac 3/8 tăietor 29-30 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
48	Matase ac rotund 25-26mm	SILK; SB3255	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½, 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L- minim 75cm ac rotund ½, 25-26 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
49	Matase ac rotund 30mm	SILK; SB3859	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm ±2%½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP2/0L-minim 75cm ac rotund 30mm ±2%½. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
50	Matase ac rotund 35mm	SILK; SB4301	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 0 L-minim 75cm ac rotund 35mm ½ ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
51	Matase ac tăietor 24-25mm	SILK; SB3237	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0L-minim 75cm ac tăietor 3/8, 24-25 mm corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Model, cod produs	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
52	Matase ac taos 25mm	SILK; SB3270	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L-minim 75cm ac taos 25mm ±2% ٪. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L-minim 75cm ac taos 25mm ±2% ٪. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
53	Matase USP 3/0	SILK; SB2929	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	USP 3/0 L -minim 60cm. fara ac .culoarea suturii- neagra ; Cantitatea in pachet -12 buc.	ISO, CE
54	Nylon 10,0	MONAMID; MA1066	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0 ±2% mm; diametru 0,14mm ±2%, curbura 3/8 , steril.	Neilon negru monofilament: lungimea suturii 30 cm, 2 ace, spatulă, lungimea 6,0 ±2% mm; diametru 0,14mm ±2%, curbura 3/8 , steril.	ISO, CE
59	Poliester 5,0	POLISIL; PS1766	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm ±2%, diametru 0,33 mm ±2%, curbura ¼, sterile	Polyester verde împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 8 mm ±2%, diametru 0,33 mm ±2%, curbura ¼, sterile	ISO, CE
60	Poliglicolic acid (PGA)	GLIKOSORB; GS6283	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA) USP 0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
61	Poliglicolic acid (PGA)	GLIKOSORB; GS4863	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid (PGA). USP 1 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 64 mm ± 2% . Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
64	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 1	FASTSORB; FS4667	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
65	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 2/0	FASTSORB; FS3785	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
66	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 36-38 mm, USP 2/0	FASTSORB; FS3949	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 2/0-L minim 75cm. 1 ac ½rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
68	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid), 26-28 mm, USP 3/0	FASTSORB; FS3312	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	Poliglicolic acid rapid (PGA rapid). USP 3/0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund- 26-28 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
69	Poliglicolic acid rapid USP 0	FASTSORB; FS4249	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
70	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm	FASTSORB; FS4374	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L-minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 40mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
71	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm	FASTSORB; FS4249	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Model, cod produs	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
72	Poliglicolic acid rapid USP 0 L-90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38mm	FASTSORB; FS5505	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 36-38 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
73	Poliglicolic acid rapid USP 1-L 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm	FASTSORB; FS4798	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L minim 90cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
74	Poliglicolic acid rapid USP 1-L-90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm	FASTSORB; FS4612	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
75	Poliglicolic acid rapid USP 2/0 L -75cm	FASTSORB; FS3857	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L - minim 75cm. 1 ac ½rotund 30mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
76	Poliglicolic acid rapid USP 2-L 100cm	FASTSORB; FS5051	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2-L minim 100cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
77	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-70cm	FASTSORB; FS3080	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- minim 70cm. 1 ac ½rotund 17-18 mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
78	Poliglicolic acid rapid USP 3/0 L-75cm	FASTSORB; FS3141	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L-minim 75cm. 1 ac ½rotund - 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
79	Poliglicolic acid USP 0	GLIKOSORB; GS4439	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 0 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
80	Poliglicolic acid USP 1	GLIKOSORB; GS4796	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1 L- minim 75cm. 1ac 1/2 rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
81	Poliglicolic acid USP 2	GLIKOSORB; GS5050	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2; Lungimea suturii (cm) – minim 75; 1 ac rotund 1/2– 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
82	Poliglicolic acid USP 2/0	GLIKOSORB; GS3858	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 2/0 L- minim 75cm, 1ac 1/2 rotund 30 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
83	Poliglicolic acid USP 3/0	GLIKOSORB; GS3313	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
84	Poliglicolic acid USP 3/0	GLIKOSORB; GS3141	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3/0 L- minim 75cm 1 ac ½ rotund 20 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Model, cod produs	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
85	Poliglicolic acid USP 4/0	GLIKOSORB; GS2584	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 4/0 L- minim 75cm, 1 ac ½ rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
86	Poliglicolic acid USP 5/ 0	GLIKOSORB; GS1990	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.	USP 5/ 0 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 15mm ±2%.	ISO, CE
87	Poliglicolic acid USP 5/0 L-75cm 1 ac ½rotund 17mm	GLIKOSORB; GS2165	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 5/0 L- v 75cm 1 ac ½rotund 17mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
88	Poliglicolic acid USP	SILK; SB5128	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3&4 L- minim 75cm. 1 ac ½rotund 48mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 3, L- minim 75cm. 1 ac ½, rotund 50mm. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
89	Polipropilen	MONOPROLEN; ML1566	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen. USP 6/0 L -75 cm 2ace ½ rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
90	Polipropilen (monofilament)	MONOPROLEN; ML3197	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 3/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
91	Polipropilen (monofilament)	MONOPROLEN; ML1987	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polipropilen (monofilament). USP 5/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac rotund 16 mm, corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
92	Polipropilen (monofilament) USP	MONOPROLEN; ML4613	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	USP 1-L- minim 90cm. 1 ac 1/2 rotund 30mm± 2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură.	ISO, CE
93	Polipropilen (monofilament) USP 2/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm.	MONOPROLEN; ML3787	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 26 mm. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
95	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm	MONOPROLEN; ML2656	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L – minim 45 cm, 1/2 ac tăietor 19 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
96	Polipropilen (monofilament) USP 4/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm	MONOPROLEN; ML2700	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 20 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
98	Polipropilen (monofilament) USP 6/0 L – 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm	MONOPROLEN; ML1565	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 6/0 L – minim 75 cm, 1/2 ac rotund 13 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
100	Polipropilen USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ½	MONOPROLEN; ML3654	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm 2 ace ½rotund 20mm ±2% ½. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Model, cod produs	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
101	Polipropilen USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm	MONOPROLEN; ML3796	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L -90cm. 2 ace ½rotund 26 mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
102	Polipropilen USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm	MONOPROLEN; ML3323	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 26mm ±2%. Corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
103	Polipropilen USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm	MONOPROLEN; ML2588	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 4/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 17mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
104	Polipropilen USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm	MONOPROLEN; ML1997	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 5/0 L -90 cm 2 ace ½rotund 16mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
105	Polydioxanone (PDO) USP 4/0	POLIDIOX; PX5914	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 4/0 L - minim 90 cm ac ½rotund 17mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
106	Polydioxanone (PDO) USP 7/0	POLIDIOX; PX5997	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	Polydioxanone (PDO). USP 7/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ± 2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
107	Polydioxanone (PDS) USP 3/0 L -90 cm 1 ac ½rotund 26mm	POLIDIOX; PX3318	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L - minim 90 cm 1 ac ½rotund 26mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
108	Polydioxanone (PDS) USP 6/0 L -70cm ac ½rotund 13mm	POLIDIOX; PX1564	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 6/0 L - minim 70cm ac ½rotund 13mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
109	Polyglactin (PGA) 6,0	GLIKOLAK; GL1381	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm ±2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura ¼, 90° , sterilă.	Polyglactin (PGA) 6,0. PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm ±2%, diametru 0,24 mm ± 2%, curbura ¼, 90° , sterilă.	ISO, CE
112	Polyglactin 910 USP 2/0 L – 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm	GLIKOLAK; GL3955	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 2/0 L – minim 90 cm, 1/2 ac rotund 36 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
113	Polyglactin 910. USP 3/0 L – 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm	GLIKOLAK; GL3196	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	USP 3/0 L – minim 70 cm, 1/2 ac rotund 22 mm ±2%. corespunderea grosimii acului cu grosimea firului de sutură	ISO, CE
120	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	POLIDIOX; PX3360	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 25± 2%; Curbura acului - 3/8 cutting;să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	ISO, CE

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	Model, cod produs	Țara de origine	Producătorul	Specificația tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
121	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	POLIDIOX; PX2540	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO) USP 4/0; Lungimea suturii (cm) – 60-75; Lungimea acului (mm) – 16-17; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – violet; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile..	ISO, CE
122	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO)	POLIDIOX; PX2021	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 17± 2%; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – alba; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac monofilament Polydioxanone (PDO). USP 5/0; Lungimea suturii(cm.) – 60-75; Lungimea acului(mm.) – 16; Curbura acului – 3/8 cutting; culoarea suturii – violet; să-și mențină proprietățile de 75-80% la 14 zile și 40-50% la 21 de zile.	ISO, CE
123	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA)	GLIKOLAK; GL4422	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă cu un ac, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi (PGLA). USP 0; Lungimea suturii (cm) – minim 75; Lungimea acului (mm) – 45± 2%; Curbura acului - 1/2 Taper;	ISO, CE
125	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0;	GLIKOLAK; GL3950	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 2/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37-36; Curbura acului – ½ Taper;	ISO, CE
126	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0;	GLIKOLAK; GL3437	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75-90 ; Lungimea acului (mm) – 37 ± 2%; Curbura acului – ½ Tapercut;	ISO, CE
127	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0;	GLIKOLAK; GL3018	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – cutting;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 3/0; Lungimea suturii (cm) – 75 ; Lungimea acului (mm) – 16-17 ; Curbura acului – 1/2, cutting;	ISO, CE
128	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0;	GLIKOLAK; GL4422	Turcia	BOZ TIBBI MALZEME SANAYI VE TIC. A.Ş.	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	Sutură atraumatică absorbabilă PGLA, împletită și acoperită cu substanța pentru a trece mai ușor prin țesuturi. USP 0/0; Lungimea suturii (cm) – minm 75 ; Lungimea acului (mm) – 45 ± 2%; Curbura acului – 1/2 Taper;	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru Bolea În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova