

Specificația tehnică completată

Lot1. Dezinfectanți și sterilizanți pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
<p>1.1 Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor SteelcoXide-A sau echivalentul soluției dezinfectante</p> <p>Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea chimică a instrumentelor endoscopice SteelcoXide-A sau echivalentul, compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2</p> <p>Certificări: Conform ISO 15883</p> <p>Conform ISO 14937</p> <p>-Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului;</p> <p>-Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor</p> <p>-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului</p> <p>Cerințe tehnice Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar.</p> <p>Soluție necorozivă, să nu fie alergică. Să conțină componente active cu effect cu ADAVAMIR COMPLEX, asigurând o sterilizare eficientă.</p> <p>Ambalaj: canistră 5 litri</p>	<p>1.1Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea instrumentelor SteelcoXide-A sau echivalentul soluției dezinfectante</p> <p>Substanță pentru dezinfectarea și sterilizarea chimică a instrumentelor endoscopice SteelcoXide-A compatibile cu mașinile de tip Steelco EW 2/2 DM000302767</p> <p>Certificări: DA Conform ISO 15883 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical DA Conform ISO 14937 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical</p> <p>-DA Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului;</p> <p>- DA confirmam precum la livrare termenul de valabilitate a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total.</p> <p>- DA Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor. Numarul este indicat mai sus</p> <p>- DA Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului. Este descrisa în manulul de utilizare a echipamentului EW 2/2 pag. 33-34 Versiunea Engleza si pag. 34-35 Versiunea Rusa.</p> <p>Cerințe tehnice DA Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Soluție necorozivă, să nu fie alergică. DA Să conțină componente active cu effect cu ADAVAMIR COMPLEX, asigurând o sterilizare eficientă. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Ambalaj: canistră 5 litri pag. 3 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B</p>

Anexa 1

<p>Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16.</p> <p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>	<p>DA Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Vor fi oferite la semanrea contractului exemplarele cu stampila</p> <p>DA Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Volumul de 5 L</p> <p>Forma cubica cu dimensiunile</p> <p>Lățimea 175 mm x Lungimea 155 mm x Înălțimea 254 mm</p> <p>DA Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. DA producatorul dezinfectantelor este si producatorul masinilor de sterilizare</p> <p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>
<p>1.2 Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul</p> <p>Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2</p> <p>Certificări: Conform ISO 15883</p> <p>Conform ISO 14937</p> <p>-Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului;</p>	<p>1.2Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B sau echivalentul</p> <p>Component pentru sporirea eficacității sterilizării chimice, utilizat în combinație cu produsul din poziția nr. 1.1 pentru instrumente endoscopice de tip SteelcoXide-B compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2</p> <p>DM000302766</p> <p>Certificări: DA Conform ISO 15883 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical</p> <p>DA Conform ISO 14937 pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical</p> <p>-DA Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului;</p>

Anexa 1

<p>-Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor</p> <p>-Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului.</p> <p>Cerințe tehnice Compoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar.</p> <p>Soluție necorozivă, să nu fie alergică.</p> <p>Ambalaj: canistră 5 litri Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură.</p> <p>Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16.</p> <p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>	<p>-DA Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total</p> <p>- DA Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor Numarul este indicat mai sus</p> <p>-DA Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului Este descrisa în manulul de utilizare a echipamentului EW 2/2 pag. 33-34 Versiunea Engleza si pag. 34-35 Versiunea Rusa.</p> <p>Cerințe tehnice DACompoziție: Peroxid de hidrogen sau un agent chimic active cu effect similar. pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Soluție necorozivă, să nu fie alergică.</p> <p>Ambalaj: canistră 5 litri pag. 3 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B DA Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. Vor fi oferite la semanrea contractului exemplarile cu ștampila DA Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.</p> <p>Volumul de 5 L Forma cubica cu dimensiunile Lățimea 175 mm x Lungimea 155 mm x Înălțimea 254 mm DA Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. DA producatorul dezinfectantelor este si producatorul masinilor de sterilizare</p> <p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă. Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>
<p>1.3 Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul</p>	<p>1.3Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul</p>

Anexa 1

Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip SteelcoXide-DT sau echivalentul, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2

Certificări:
Conform ISO 15883

Conform ISO 14937

- Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului;
- Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total
- Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor
- Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului

Cerințe tehnice

Compoziție: Detergent sintetic compatibil cu procesul de sterilizare.

Soluție necorozivă, să nu fie alergică.

Ambalaj: canistră 5 litri

Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură.

Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.

Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16.

Detergent concentrat pentru curățarea preliminară a instrumentelor endoscopice de tip **SteelcoXide-DT**, compatibil cu mașinile de tip Steelco EW 2/2
DM000302765

Certificări:
DA Conform ISO 15883 **pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical**

Conform ISO 14937 **pag. 2 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B, pag. 3 din Brosura Process Chemical**

- DA** Fișa tehnică de securitate a produsului copie, sau original în limba de circulație internațională și traducerea în limba română avizat cu ștampila participantului;
- **DA** Confirmare precum la livrare termenul de valabilitate .a produsului nu va fi mai mic de 80% din termenul total
- DA** Înregistrarea produsului în Registrul de stat a dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale până la deschiderea ofertelor
- Instrucțiune de folosire a produsului în limba engleză sau rusă și traducere în limba de stat la livrare copie, sau original avizat cu ștampila participantului. **Numarul este indicat mai sus**

Cerințe tehnice

DA Compoziție: Detergent sintetic compatibil cu procesul de sterilizare. **pag. 1 din Technical Data Sheet SteelcoXide –A & SteelcoXide-B**

DASoluție necorozivă, să nu fie alergică.

DA Ambalaj: canistră 5 litri **pag. 3 din Technical Data Sheet SteelcoXide –DT**

DA Catalogul producătorului/documente tehnice de conformitate oferit pe support de hîrtie /copie confirmată prin ștampilă și semnătură. **Vor fi oferite la semanrea contractului exemplarele cu ștampila**

DA Operatorul economic va indica forma și mărimea ambalajului.

Volumul de 5 L

Forma cubica cu dimensiunile

Lățimea 175 mm x Lungimea 155 mm x Înălțimea 254 mm

DA Soluția dezinfectantă să fie acceptată urmarea scanării de către mașina de dezinfecție de tip Steelco EW 2/2 din dotarea instituției. Astfel, se vor prezenta mostre la solicitarea autorității contractante conform pct.16. **DA producatorul dezinfectantelor este si producatorul masinilor de sterilizare**

Anexa 1

<p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>	<p>Autoritatea contractantă poate respinge ofertă pentru motivul că produsele oferite nu sunt conforme cu cerințele din prezentul lot, în cazul în care ofertantul nu dovedește în oferta sa, spre satisfacția entității contractante, prin orice mijloc corespunzător, că oferta pe care o propune satisface, în orice manieră echivalentă, cerințele definite prin specificația tehnică pentru soluția dezinfectantă.</p> <p>Un mijloc corespunzător poate fi considerat un dosar tehnic de la producător sau un raport de încercare de la un organism recunoscut.</p>
--	--